



DZP/381/65A/2017

Katowice / 07.07.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

mgr Andrzej Rechowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax: (32) 251 84 37

sekretariat@ucc.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury laboratoryjnej

PYTANIE 1 : Część 1 Ad. Termin dostawy: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury laboratoryjnej oraz przeszkolenie użytkowników nastąpi w terminie do: dla części nr 1 -7 dni kalendarzowych, dla części nr 2 – do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Czy Zamawiający dopuści, aby mikroskop (część nr 1) został dostarczony w czasie do 20 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 2 : Część 1 Ad. Stolik metalowy, dwuwarstwowy X, Y z mechanizmem zębatkowym metalowym Czy Zamawiający dopuści, aby mikroskop był wyposażony w stół o konstrukcji metalowej z pokryciem ceramicznym odpornym na zadrapania?


ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza stół metalowy, dwuwarstwowy X, Y, z mechanizmem zębatkowym metalowym i dodatkowo z pokryciem ceramicznym, odpornym na zadrapanie.

PYTANIE 3 : Część 1 Ad. Pokrowiec antystatyczny oraz mikrofibra do optyki Czy Zamawiający dopuszcza, aby mikroskop był wyposażony w zestaw do czyszczenia optyki wraz z instrukcją?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 4 : Część 1 Ad. Możliwość rozbudowy o obiektyw plan achromat „suchy” 60x Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z możliwością rozbudowy o obiektyw suchy o powiększeniu 63x?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych