



DZP/381/28/EAT/2020

Katowice /05.10.2020

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu

**Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym do 30 000 euro
na dostawę videolaryngoskopu**

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

1. **Pytanie** - Ad. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie akumulatora litowej 3,7V o czasie działania min. 120 minut.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie videolaryngoskopu o parametrze wskazanym w pytaniu.
2. **Pytanie** - Ad. 6, 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności widocznej na ekranie ikony baterii z procentowym wskaźnikiem.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie videolaryngoskopu o parametrach wskazanych w pytaniu.
3. **Pytanie** - Ad. 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie videolaryngoskopu o masie 315 g +/- 2g.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie videolaryngoskopu o parametrze wskazanym w pytaniu.
4. **Pytanie** - Ad. 10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nakładek / tyłek jednorazowego mikrobiologicznie czystych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie videolaryngoskopu o parametrach wskazanych w pytaniu.
5. **Pytanie** - Ad. 11, 12 - Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści urządzenie z ekranem niewodoodpornym, a jego dezynfekcja odbywa się za pomocą odpowiednich chusteczek dezynfekujących.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie videolaryngoskopu o parametrze wskazanym w pytaniu.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych