



DZP.381.4A.2022

Katowice 16.03.2022 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawa lampy szczelinowej z tonometrem aplanacyjnym oraz OCT z funkcją przedniego odcinka oka- DZP.381.4A.2022**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: dotyczy pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie tonometru aplanacyjnego zawieszanego na lampę przed wykonywaniem badania, i ściąganego po zakończeniu badania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2: dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie lampy szczelinowej o poniższych parametrach

- o 5 stopniowym powiększeniu 6x10x 16x 25x, 40x
- długość szczeliny: płynna regulacja od 1 mm do 14 mm,
- szerokość szczeliny: płynna regulacja od 0 do 14mm
- średnice otworów: 14mm, 8mm, 3,5mm, 0,2mm
- kąt szczeliny: 0 stopni 180 stopni
- ustawienia rozstawu źrenic: 52mm 78mm
- okulary 12.5x
- kąt pomiędzy okularami 13 stopni
- regulacja mocy okularu: +/- 6D
- filtry: niebieski (kobaltowy), zielony, absorbujący światło, żółty
- źródło światła LED
- podstawa: ruch wzdłużny 110mm, ruch boczny 110mm, ruch podstawy 15mm, ruch pionowy 30mm
- lampa wyposażona w podbródek z regulacją 80 mm, z oparciem na czoło

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3: dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie stolika o elektrycznej regulacji w wys. min. 580mm, wys. max. 830mm; Wymiary blatu: 880mm x 460mm; kolumna umieszczona asymetrycznie.

Odpowiedź:

Zgodnie z informacjami wskazanymi przez Zamawiającego w Zestawieniu Parametrów Technicznych (dalej w treści ZPT) Zamawiający w poz. 20 wymaga zaoferowania stolika o wymiarach blatu co najmniej 860 x 440 mm. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie co najmniej 250 mm.

Zaproponowane przez Wykonawcę w pytaniu wymiary i zakresy regulacji wysokości spełniają zatem wymagania Zamawiającego.

Zaoferowana przez Wykonawcę kolumna umieszczona asymetrycznie również spełnia wymagania Zamawiającego wskazane w ZPT (poz. 19).

KRS: 0000049660

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych