

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE - OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LAMPA DO FOTOTERAPII DIODOWA STATYWOWA – pakiet nr 1

PO MODYFIKACJI

PARAMETRY	Wartość wymagana	Wartość oferowana
Wymiary lampy max 550x300x93 mm	Tak, podać	Zgodnie z formularzem ofertowym
Waga lampy max 2,5kg	Tak, podać	Zgodnie z formularzem ofertowym
Źródło światła diody LED	Tak	
Liczba diod LED światła niebieskiego w panelu - minimum 24 szt. Super LED	Tak, podać	Zgodnie z formularzem ofertowym
Czas pracy diod minimum 20 000 h	Tak, podać ≥20 000 h – 0 pkt ≥40 000 – 5 pkt ≥ 65 000 – 10 pkt	Parametr punktowany - zgodnie z formularzem ofertowym
Typ światła terapeutycznego - niebieskie	Tak	
Długość fali min 430 - 470nm	Tak, podać	Zgodnie z formularzem ofertowym
Regulacja naświetlania - wybór pomiędzy poziomami natężenia światła (min 4 poziomy) w zakresie: min. 20 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ - 100 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$	Tak, podać	Zgodnie z formularzem ofertowym
Efektywna powierzchnia naświetlania minimum 45 x 20 cm	Tak, podać	Zgodnie z formularzem ofertowym
Wbudowany kolorowy wyświetlacz TFT lub LCD min 4 cal	Tak	
Wskaźniki na wyświetlaczu LCD: - Ustawianie intensywności światła - Aktualny czas naświetlania - Całkowity czas pracy - Data i czas - Temperatura ciała pacjenta	Tak, opisać	Zgodnie z formularzem ofertowym
Komunikaty w j. polskim	Tak	
Możliwość zaprogramowania czasu terapii – kiedy ustawiony czas naświetlania dobiegnie końca urządzenie wyłączy się automatycznie	Tak	
Przycisk czasowego wstrzymania naświetlania (pauza)	Tak	
Poziom hałasu poniżej 50 dBA	Tak	
Długość kabla zasilającego minimum 3 m	Tak	
Klasa ochronności elektrycznej Klasa II typ B	Tak, podać	Zgodnie z formularzem ofertowym
Możliwość postawienia bezpośrednio na inkubatorze lub zamocowania na stojaku jezdnym z teleskopową regulacją wysokości	Tak	
Alarmy dźwiękowe i wizualne	Tak, opisać	Zgodnie z formularzem ofertowym
Stojak mobilny:		
Stojak na 3 kółkach z blokadą	Tak	
Waga stojaka nie większa niż 10kg	Tak, podać	Zgodnie z formularzem ofertowym
Regulacja wysokości	Tak, podać	Zgodnie z formularzem ofertowym
Możliwość regulacji kąta nachylenia lampy zamocowanej na statywie min. 90°	Tak	