



DZP.381.30.EAT.2021

Katowice 07.09.2021 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na **Dostawę detektora promieniowania gamma – DZP.381.30.EAT.2021**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia SG-04 z sondą przewodową firmy Crystal Photonics spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, ale charakteryzującego się odmiennymi parametrami w zakresie: Punkt Lp. 4 w tabeli Załącznika nr 2

- sonda przewodowa o zakresie energii od 20 keV do 600 keV

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza sondy przewodowej

Pytanie nr 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia SG-04 z sondą przewodową firmy Crystal Photonics spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, ale charakteryzującego się odmiennymi parametrami w zakresie: Punkt Lp. 5 w tabeli Załącznika nr 2

- urządzenia z sygnalizacją dźwiękową i liczbową bez wyświetlacza słupkowego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do zaproszenia (Zestawienie Parametrów Technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia SG-04 z sondą przewodową firmy Crystal Photonics spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, ale charakteryzującego się odmiennymi parametrami w zakresie: 3. Punkt Lp. 6 w tabeli Załącznika nr 2

- urządzenia wyposażonego w duży ekran OLED dwukolorowy (niebieska czcionka wyświetlana na żółtym tle) o przekątnej 5,5 cala

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do zaproszenia (Zestawienie Parametrów Technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia SG-04 z sondą przewodową firmy Crystal Photonics spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, ale charakteryzującego się odmiennymi parametrami w zakresie: Punkt Lp. 7 w tabeli Załącznika nr 2

- urządzenia wyposażonego w sondę bezprzewodową osiowo prostą na całej długości z wbudowanym kolimatorem, średnica głowicy 15 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do zaproszenia (Zestawienie Parametrów Technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia SG-04 z sondą przewodową firmy Crystal Photonics spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, ale charakteryzującego się odmiennymi parametrami w zakresie: Punkt Lp. 9 w tabeli Załącznika nr 2

- urządzenia wyposażonego w kryształ scyntylacyjny GAGG. Jest to aktualnie najnowszy kryształ bardziej trwały i niezawodny od technologii (CdZnTe).

Odpowiedź:

KRS: 0000049660



Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do zaproszenia (Zestawienie Parametrów Technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 6:

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu dostawy do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu lub braku wymogu przeglądów na zakończenie okresu gwarancji w cenie oferty.

Odpowiedź:

Kwestia ta została określona w § 4 ust. 11 wzoru umowy, gdzie Zamawiający wskazał iż: „co najmniej jeden przegląd Aparatu odbędzie się w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji”.

Pytanie nr 8:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie wymogu przedłożenia z ofertą: cyt. „Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczany wyrób medyczny odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. w odniesieniu do detektora promieniowania gamma” w przypadku wyrobów medycznych w klasie wyższej niż I (pierwsza).

W przypadku wyrobów medycznych (urządzeń) klasyfikowanych w klasie wyższej niż pierwsza jednostką upoważnioną do kontroli (przeprowadzania audytów) jest jednostka notyfikowana, która potwierdza jakim normom odpowiada wyrób medyczny a także dopuszcza lub zabrania wprowadzenia wyrobu na rynek (sprzedaży).

W związku z powyższym podmiotem uprawnionym do kontroli wytwórcy jest jednostka notyfikowana i zakres zaświadczenia jest równoważny deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć

- a) deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi
- b) certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (jeśli dotyczy)

Określenie Zamawiającego „jeśli dotyczy” oznacza iż wymagane jest wtedy, kiedy wymagają tego przepisy prawa.

Pytanie nr 9:

Dotyczy: Zestawienie parametrów technicznych. Pozycja nr 7

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga sondy bezprzewodowej osiowo prostej na całej długości, z dołączonym kolimatorem zewnętrznym, średnica głowicy 14 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do zaproszenia (Zestawienie Parametrów Technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 10:

Dotyczy: Wzór umowy. §2. ust. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenie instrukcji obsługi w wersji elektronicznej na nośniku CD / DVD ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym modyfikuje zapis §2. ust. 7 wzoru umowy który przyjmuje brzmienie zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją wzoru umowy.



Pytanie nr 11:

Dotyczy: Wzór umowy. §4. ust. 12

Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość dostarczenia sprzętu zastępczego (tak w wypadku napraw Aparatu §4 ust. 7) w wypadku, gdy czas przeglądu technicznego Aparatu będzie dłuższy niż zawarty w ustępie termin 10 dni roboczych od daty zgłoszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym modyfikuje zapis §4 ust. 12 wzoru umowy, który przyjmuje brzmienie zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją wzoru umowy.

Pytanie nr 12:

Dotyczy: Wzór umowy. §4. ust. 15

Wnosimy o zmianę §4 ust. 15 o pierwotnym brzmieniu:

W razie nieprzystąpienia Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej albo niewykonania obowiązków wynikających z ust. 11 lub 12 powyżej Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

na

*W razie nieprzystąpienia Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej albo niewykonania obowiązków wynikających z ust. 11 lub 12 powyżej Zamawiający uprawniony będzie **po uprzednim upomnieniu i powiadomieniu Wykonawcy**, do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.*

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym wykreśla §4. ust. 15 wzoru umowy zgodnie z brzmieniem dołączonej do niniejszych odpowiedzi modyfikacją wzoru umowy.

Pytanie nr 13:

Dotyczy: Wzór umowy. §4. ust. 16

Prosimy o skrócenie okresu dostępności części zamiennych do Sprzętu do 8 lat od daty dostarczenia Aparatu do siedziby Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym modyfikuje zapis §4 ust. 16 wzoru umowy, który przyjmuje brzmienie zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją wzoru umowy.

Pytanie nr 14:

Dotyczy: Wzór umowy. §5. ust. 1

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych §5. ust. 1 lit. a-d, z 0,5% do 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

A także ustalenie maksymalnego pułapu łącznie naliczanych kar umownych na 5% kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

UWAGA

Zmianie ulega nazwa załącznika nr 4 do zaproszenia z „Załączniki do procedury PB – 4.4.6-02” Na „Załączniki do procedury BHP-8”. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść załącznika nr 4 zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Zamawiający niniejszym przesuwą termin składania ofert:

z 08.09.2021 r. godz. 12⁰⁰ na 14.09.2021 r. godz. 12⁰⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych