



DZP.381.58B.2023

Katowice 03.07.2023

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

Dot. postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na obsługę serwisową aparatury monitorującej parametry pacjenta

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

- 1. PYTANIE** - Czy w związku z zaleceniami producenta Zamawiający wymaga wymiany akumulatorów w trakcie przeglądu, w kardiomonitorach wchodzących w skład Części 1? ?

ODPOWIEDZ- Zgodnie z zapisami umowy §2 pkt 7 obsługa serwisowa będzie realizowana zgodnie z zaleceniami producenta aparatów. Zamawiający nie wymaga aby podana cena zawierała koszty związane z wymianą akumulatorów.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych