



DZP.381.146A.2023

Katowice 24.01.2024r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa systemu odprowadzania dymów”

Do wszystkich Wykonawców

DYREKTOR

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Zamawiający na podstawie art. 135 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w niniejszym postępowaniu udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji treści załączników SWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Dotyczy: pozycja nr 2

Prosimy o dopuszczenie okresu gwarancji minimum 12 miesięcy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Dotyczy: pozycja nr 3

Prosimy o dopuszczenie niezależnego ewakuatora dymu, sterowanego i programowalnego z poziomu urządzenia, umożliwiając włączanie odsysacza podczas pracy koagulacji lub cięcia za pomocą samego urządzenia lub dedykowanego urządzenia do automatycznej aktywacji

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy: pozycja nr 4

Prosimy o dopuszczenie możliwości montażu jedynie w pozycji poziomej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy: pozycja nr 5

Prosimy o dopuszczenie ręcznego ustawiania parametrów odsysacza dymu dla każdego ustanowionego programu i trybu pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Dotyczy: pozycja nr 8

Prosimy o dopuszczenie możliwości ustawienia opóźnienia w granicach 0-10sek, które ma na celu wychwycenie pozostałości dymu, które mogą pozostać po wyłączeniu urządzenia elektrochirurgicznego, bez wymogu ustawiania dwóch niezależnych czasów odsysania z dwoma różnymi wartościami siły odsysania, tj. możliwością ustawienia siły oddymiania przy cięciu i koagulacji oraz siły odsysania w tle.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 6

Dotyczy: pozycja nr 9

Prosimy o dopuszczenie filtra głównego ULPA o skuteczności 99,999%.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza filtr o podanej skuteczności, podtrzymując wymóg nadzoru stanu filtra na ekranie urządzenia.

Pytanie nr 7

Dotyczy: pozycja nr 10

Prosimy o dopuszczenie filtra głównego o skuteczności 99,999% i cząstek o wielkości 0,1-0,2µm, warstwowy z wykorzystaniem węgla aktywnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazany filtr.

Pytanie nr 8

Dotyczy: pozycja nr 11

Prosimy o odstąpienie możliwości zapamiętywania ustawień i parametrów odsysacza dymu indywidualnie dla każdego programu diatermii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

Dotyczy: pozycja nr 12

Prosimy o dopuszczenie maksymalnego natężenie przepływu zasysanego powietrza nie mniejszego niż 708 l/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy: pozycja nr 14

Prosimy o dopuszczenie następującego wyposażenia:

Na wyposażeniu dla wszystkich 3 odsysaczy:

- Filtr główny do systemu odprowadzania dymów ULPA – 4szt.
- Pułapka wodna do ochrony kasety filtra głównego – 40szt.
- Sterylne jednorazowe uchwyty do odsysania dymu, krótki z powlekaną elektrodą szpachlową pokrytą powłoką nieprzywieralną, kablem przyłączeniowy 3 m – 60szt.
- Uchwyt clip-on do odsysania dymów – 60 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Prosimy tym samym o odstąpienie od wymogu dodatkowego wyposażenia:

Zestaw drenów do laparoskopii z zaworem trąbkowym, długość 3m – 30 szt.

Filtr wstępny do odsysacza dymu – 45szt..

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstąpi od wskazanego wymogu.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym załączników, druków i wymaganych dokumentów.



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający informuje o przesunięciu terminu:

składania ofert:

z 01.02.2024r. godzina 10.00 na 05.02.2024r. godzina 10:00

otwarcia ofert:

z 01.02.2024r. godzina 10:30 na 05.02.2024r. godzina 10:30

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
[Signature]
Renata Wachowicz