

Protokół z czynności wykonanych w trakcie udzielenia zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro

Nr postępowania: DZP/381/21/ADZ/2018

Nazwa postępowania: Dostawa odczynników laboratoryjnych na potrzeby pracowni andrologicznej

Dot. Wniosku nr ADZ/2405B/2/18

1. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie internetowej Szpitala dnia 15.05.2018 r.
2. W terminie składania ofert tj. do dnia 23.05.2018 r. do godz. 12.00 złożono następującą ofertę:
TK Biotech Sp. z o.o. Sp. k., ul. Królewicza Jakuba 40A, 02-956 Warszawa.
3. Po sprawdzeniu oferty proponuję odrzucić ofertę Wykonawcy oraz unieważnić postępowanie.

Uzasadnienie:

Oferta firmy TK Biotech Sp. z o.o. Sp. k., ul. Królewicza Jakuba 40A, 02-956 Warszawa podlega odrzuceniu, ponieważ nie spełnia warunków określonych przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert w następujących punktach:

- a) w zakresie pozycji III.1 formularza asortymentowo-cenowego Wykonawca nie złożył wymaganego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. w odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia – deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi (dotyczy wszystkich wyrobów medycznych), certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (jeśli dotyczy). Zaoferowany produkt jest produktem leczniczym (do diagnostyki in vitro) w związku z czym dokument ten był bezwzględnie wymagany.
- b) W pozycji II.1. formularza asortymentowo-cenowego Wykonawca w kolumnie „Ilość oznaczeń w opakowaniu” wskazał „25-300” podając jednocześnie w kolumnie „ilość opakowań” liczbę 3 opakowań. W złożonych przez Wykonawcę wyjaśnieniach wskazano, iż do wykonania wymaganej ilości analiz należy dostarczyć 3 zestawy testu a podana wartość 300 analiz jest wartością maksymalną, nie zawsze możliwą do realizacji, dlatego zdaniem Wykonawcy może ona nie gwarantować wykonania wymaganej ilości badań. W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający nie był w stanie dokonać sprawdzenia poprawności zarówno przeliczeń jak i zaproponowanych ilości opakowań.

Podpis Koordynatora

INSPEKTOR
Dział Zamówień
na Abanagels
.....

Podpis przedstawiciela DZP

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Kamzela
.....
Ewa Kamzela

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
opre
mgr Ewa Kopiec

Podpis Dyrektora

.....
DYREKTOR
Ireneusz Ryszkiewicz