



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

DZP.381.8EAT.2022

Katowice 22.06.2022 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na :

Dostawę wirówki laboratoryjnej i wytrząsarki do płytek – DZP.381.7EAT.2022

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

PYTANIE NR 1

W parametrach technicznych wyspecyfikowanej przez Zamawiającego wirówki laboratoryjnej został zamieszczony parametr Max. RCF [x g]: 29 703.

Wyspecyfikowana przez Zamawiającego wirówka posiada obecnie, według aktualnej specyfikacji 22 270 xg.

Parametr zawarty w załączniku nr 2.1 jest już nieaktualny.

Czy Zamawiający omyłkowo zamieścił w parametrach technicznych nieaktualny parametr?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia parametrów.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

KRS: 0000049660
Księga rej.: 000000018597