



„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE  
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach

DYREKTOR

mgr Renata Wachowicz  
ul. Ceglana 35  
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60  
tel.: (32) 358 12 00  
fax : (32) 251 84 37  
sekretariat@uck.katowice.pl

DZP.381.50A.2023

Katowice 10.08.2023

**SZANOWNI WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa urządzeń do Zakładu Patomorfologii II**

**1.PYTANIE** - W związku z koniecznością prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia prosimy Zamawiającego o skonkretyzowanie wymagania zawartego w załączniku nr 7 dotyczącego zadania nr 4 - punkt 27.

Zamawiający wymaga: "System awaryjnego podtrzymania za pomocą CO<sub>2</sub> . Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki niskotemperaturowej, wyposażonej w backup CO<sub>2</sub> wraz z butlą i zapewnieniem jej napełnienia CO<sub>2</sub> w okresie trwania gwarancji". Jest to zapis skrajnie nieprecyzyjny, gdyż Zamawiający nie określił ile raz będzie wymagał napełnienia butli gazem CO<sub>2</sub> w trakcie trwania gwarancji. W związku z powyższym prosimy o konkretne podanie przewidywanej liczby napełnień butli CO<sub>2</sub> w ciągu roku. Bez tej informacji nie ma możliwości prawidłowej wyceny zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Tych napełnień de facto może być jedno w przeciągu 1 roku, ale również może być ich 365. Przy czym należy również zauważyć, iż Zamawiający wymaga minimum 2 lat trwania gwarancji.

Należy również zauważyć, iż tak nieprecyzyjny zapis narusza podstawowe przepisy PZP, co potwierdzają liczne orzeczenia KIO.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie konkretyzuje wymagania w zakresie zaoferowanej butli dotyczącej wielkości i ilości wymian. System awaryjnego podtrzymania za pomocą CO<sub>2</sub> jest uruchamiany jak sama nazwa mówi awaryjnie. Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że jest to rzadkość i zależy od rozwiązania stosowanego przez Wykonawcę.

  
DYREKTOR  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  
Im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Renata Wachowicz