



DZP.381.30A.2021

Katowice 09.07.2021 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania przetargowego p.n.: **Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu – DZP.381.30A.2021**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Pytania do Zamawiającego – dotyczące pakietu nr. 2:

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Czy Zamawiający dopuści Aparaty fabrycznie nowe – rok produkcji: przelom 2020/2021 (niektóre wyprodukowane w 2020 r., niektóre w 2021r.) ? (dot. Lp. 1)

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 2:

Pytania do Zamawiającego – dotyczące pakietu nr. 2:

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne nie posiadające wbudowanego, niedemontowanego uchwytu – jednak uchwyt jest elementem oddzielnym, zaprojektowanym w sposób niemalże integralny, również skutecznie umożliwiający przenoszenie pompy? (dot. Lp. 7)

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 3:

Pytania do Zamawiającego – dotyczące pakietu nr. 2:

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne posiadające duży, czytelny wyświetlacz wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia, o przekątnej 9 cm, oraz o wymiarach 80cm x 45 cm? (dot. Lp. 14)

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 4:

Pytania do Zamawiającego – dotyczące pakietu nr. 2:

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna objętościowa

Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne objętościowe o klasie ochronności I, typ CF? (dot. Lp. 3)

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Pytania do Zamawiającego – dotyczące pakietu nr. 2:

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna objętościowa

Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne objętościowe z funkcją KVO w zakresie 0,1- 5 ml/h? (dot. Lp. 25)

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”

II POMPA STRZYKAWKOWA

Pakiet 2 Pkt.14.

Czy Zamawiający dopuści pompę z kolorowym wyświetlaczem, z dobrze kontrastującymi literami i elementami rysunków instruktażowych, opartym na matrycy 240 x 320 pikseli, widocznymi z każdej strony pod kątem 80°, o wymiarach 50 x 40 mm ? Większy wyświetlacz

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

KRS: 0000049660



zmniejsza powierzchnię panelu sterującego urządzeniem, co za tym idzie pogarsza ergonomię i bezpieczeństwo pracy urządzenia.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH” II POMPA STRZYKAWKOWA

Pakiet 2. Pkt.15.

Czy Zamawiający dopuści pompę z rejestrem 1000 zdarzeń w czasie rzeczywistym?

W oferowanej pompie dostęp do większej liczby zdarzeń możliwy jest w trybie serwisowym lub przy podłączeniu przez użytkownika, z użyciem programu, do informatycznej sieci szpitalnej.

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 8:

Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH” II POMPA STRZYKAWKOWA

Pakiet 2. Pkt.18

Czy Zamawiający dopuści pompę ze skalibrowanymi 26 modelami strzykawek w zakresie pojemności : 2, 3, 5, 10, 20 , 30 i 50 ml. ?

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 9:

Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH” II POMPA STRZYKAWKOWA

Pakiet 2. Pkt.19.

Czy Zamawiający dopuści pompę z prędkością od 0,1 do 999,9 ml/h w trybie podaży standardowej z możliwością stosowania prędkości od 1 do 1800 ml/ h w trybie bolusa?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH” II POMPA STRZYKAWKOWA

Pakiet 2. Pkt.22.

Czy Zamawiający dopuści pompę o dokładności podaży liczonej $\pm 2\%$ zgodnie z IEC/EN 60601-2-24 ?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH” II POMPA STRZYKAWKOWA

Pakiet 2. Pkt.29.

Prosimy o dopuszczenie pompy, w której bolus ręczny uruchamia się przy pomocy trzymania klawisza „Bolus” na wymagany czas jego trwania. Brak możliwości manualnego przesunięcie tłoka strzykawki zmniejsza ryzyko podania niezaprogramowanej dawki leku.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH” II POMPA STRZYKAWKOWA



Pakiet 2. Pkt.46.

Prosimy o dopuszczenie pompy, która według ustawień fabrycznych informuje o końcu infuzji na 3 minuty przed jej końcem, niezależnie od objętości. W oferowanej pompie istnieje możliwość zaprogramowania objętości infuzji do podania z dokładnością co do 0,01 ml lub z inne ustawienie objętości i czasu, po którym nastąpi alarm w trybie serwisowym, zgodnie z oczekiwaniem użytkownika.

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 13:

**Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”
II POMPA STRZYKAWKOWA**

Pakiet 2. Pkt.41.

Czy Zamawiający dopuści pompy z funkcją stand-by, regulowaną w zakresie od 1 minuty do 99 godzin i 59 minut? Inne ustawienia nie mają zastosowania klinicznego.

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 14:

**Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”
II POMPA STRZYKAWKOWA**

Pakiet 2. Pkt.41.

Czy Zamawiający dopuści pompę z następującymi jednostkami: mg, µg, ng, IU, mEq, mmol ?

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 15:

**Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”
III POMPA OBJĘTOŚCIOWA**

Pakiet 2. Pompa objętościowa. Pkt nr 4.

Pkt. 5. „Czas pracy z akumulatora wewnętrznego minimum 8 godz. przy przepływie 25ml/h”.

Czy Zamawiający dopuści pompę o czasie pracy akumulatora 6 godzin przy przepływie 25ml/h. W warunkach szpitalnych dłuższe czasy zasilania nie mają znaczenia i wiążą się ze zwiększaniem wymiarów i masy pompy.

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 16:

**Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”
III POMPA OBJĘTOŚCIOWA**

Pakiet 2. Pompa objętościowa. Pkt nr 10.

Czy Zamawiający dopuści pompę z następującymi jednostkami: mg, µg, ng, IU, mEq, mmol w przeliczeniu na kg wagi pacjenta lub nie ?

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 17:

**Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”
III POMPA OBJĘTOŚCIOWA**

Pakiet 2. Pompa objętościowa. Pkt nr 22.

„Rejestr na min.1400 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym”.

Czy Zamawiający dopuści pompę z rejestrem 1000 zdarzeń w czasie rzeczywistym?

W oferowanej pompie dostęp do większej liczby zdarzeń możliwy jest w trybie serwisowym lub przy podłączeniu przez użytkownika, z użyciem programu, do informatycznej sieci szpitalnej.

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.



Pytanie nr 18:

Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”

III POMPA OBJĘTOŚCIOWA

Pakiet 2. Pompa objętościowa. Pkt nr 24.

„Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 10 poziomów”

Czy Zamawiający dopuści pompę z 9 poziomami ciśnienia okluzji, przy zachowaniu zakresu ustawień od 50 mm Hg do 750 mm Hg. Zwiększanie ilości poziomów komplikuje obsługę urządzenia.

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 19:

Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”

III POMPA OBJĘTOŚCIOWA

Pkt.33. Pompa objętościowa. Pkt nr 32.

Pkt. 32. „Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia”.

Czy Zamawiający dopuści pompę bez alarmu rozłączenia linii- spadku ciśnienia ?

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Załącznik nr 4 tabela Pakiet 2 - Dostawa USG, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, platformy monitorującej, wideobronchoskopu POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH”

III POMPA OBJĘTOŚCIOWA

Pompa objętościowa.

Czy Zamawiający wymaga by pompa miała możliwość podaży żywienia dojelitowego w drenie z końcówką w systemie ENFit, umożliwiającym bezpieczną podaż z pojemnika dowolnego producenta? Takie rozwiązanie zmniejsza konieczność stosowania dodatkowych urządzeń i wprowadza ustandaryzowanie terapii w oddziale.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 21:

Pakiet 4: Dostawa wideobronchoskopu

Pkt I, 5

Prosimy o dopuszczenie zapisu: "przesył obrazu z użyciem światłowodu"

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Pakiet 4: Dostawa wideobronchoskopu

Pkt I, 6.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: "bronchoskop wyposażony w źródło (żarówki ledowe) umieszczone w dokręcanym do rękojeści bateryjnym źródle światła"

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Pakiet 4: Dostawa wideobronchoskopu

Pkt I, 7.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: "Zewnętrzny monitor z kamerą na system optyczny"

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Pakiet 4: Dostawa wideobronchoskopu

Pkt II, 1.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: "Monitor dotykowy TFT LCD min. 5" o rozdzielczości min.1280 x 800"

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie nr 25:

Pakiet 4: Dostawa wideobronchoskopu

Pkt II, 2.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: " Monitor z możliwością rotacji w lewo, w prawo: 170 stopni, w górę, w dół; 60-160°" – parametr lepszy.

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 4.

Pytanie nr 26:

Pakiet 4: Dostawa wideobronchoskopu

Pkt II, 2.

Prosimy o wykreślenie zapisu: " Monitor z możliwością rotacji w lewo, w prawo, w górę, w dół; kąt rotacji nie mniejszy niż 150°". – parametr dotyczy monitora montowanego na rękojeść.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Pakiet 4: Dostawa wideobronchoskopu

Pkt II, 7.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: " Pole widzenia min 90 °" – obecny zapis uniemożliwia złożenia oferty na urządzenie o lepszych parametrach.

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 4.

Pytanie nr 28:

Pakiet 4: Dostawa wideobronchoskopu

Pkt II, 12.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: " Nagrywanie oraz zdjęcia na 2 osobnych przyciskach"

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 4.

Pytanie nr 29:

Pakiet 4: Dostawa wideobronchoskopu

Pkt II, 15.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: " Automatyczny balans bieli" – parametr lepszy

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 4.

Pytanie nr 30:

Pakiet 4: Dostawa wideobronchoskopu

Pkt III, 1.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: " Całkowita waga w zakresie 5-10 kg, wózek posiada cztery koła z możliwością rotacji wokół osi"

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 4.

Pytanie nr 31:

Pakiet 4: Dostawa wideobronchoskopu

Pkt III, 4.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: " Posiada przynajmniej jeden pojemnik na dodatkowe elementy, długość pojemnika nie mniejsza niż 170 mm"

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 4.

Pytanie nr 32:

Pakiet 4: Dostawa wideobronchoskopu

Pkt III, 5.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: " Regulowana wysokość robocza o zakresie nie mniejszym niż 200 mm"

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 4.



Pytanie nr 33:

Pakiet 4: Dostawa wideobronchoskopu

Pkt III, 6.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: " Maksymalna nośność nie mniejsza niż 10 kg"

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 4.

Pytanie nr 34:

Pkt III, 7.

Prosimy o dopuszczenie zapisu: " Posiada co najmniej dwie osłony chroniące endoskop"

Odp.:

Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 4.

Pytanie nr 35:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe bez zintegrowanej z obudową ręczki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 36:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z ustawianiem parametrów infuzji za pomocą wygodnego, dużego, 4,3" ekranu dotykowego ? Jest to zdecydowanie lepsze i szybsze rozwiązanie.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 37:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z dużym, czytelnym wyświetlaczem o przekątnej 4,3" ?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 38:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z rejestrem zdarzeń z możliwością zapisania do 5000 pozycji z przeglądem objętości płynów podanych we wlewie bez wydzielenia na 24 godziny ?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością wyboru trybu pracy, w który pompa przechodzi automatycznie po zakończeniu infuzji: zatrzymanie infuzji, tryb KVO (utrzymanie drożności naczynia), kontynuacja infuzji z poprzednią prędkością – zaledwie po wciśnięciu przycisku START ?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów



Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe bez trybu „Emergency” ? Tryb „Emergency” nie jest bezpiecznym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę budowę pompy i zastosowanie kliniczne. Bardziej dokładne i bezpieczne będzie manualne podanie leku przez wykwalifikowane osoby, bezpośrednio, bez użycia pompy. Dodatkowo manualne przesuwanie tłoka przy włączonej infuzji ingeruje w mechanizmy pompy i po dłuższym czasie może doprowadzić do uszkodzeń.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały ? Są to podstawowe i powszechnie używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z jednym trybem programowania ciśnienia w zakresie od 75 – 900 mmHg z rozdzielczością 75 mmHg ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy i poprawnego zaprogramowania ciśnienia względem podawanego leku.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowalną funkcją Stand-by w zakresie od 1 min do 99 godzin 59 minut ?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 44:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pkt. 46 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z alarmem końca infuzji z możliwością ustawienia wystąpienia po 2, 5 lub 10 min ?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 45:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna strzykawkowa

Pkt. 47 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z ogólnym alarmem niewłaściwej instalacji strzykawki ?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna objętościowa

Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF i lepszą klasą ochrony obudowy IP 34? Klasa I ochrony przed defibrylacją jest zdecydowanie wystarczająca dla urządzenia tego typu,



a dodatkowa zaleta w postaci wzmocnionej obudowy powoduje, że pompa jest bardzo trwałym urządzeniem.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna objętościowa

Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z możliwością mocowania do statywów, stacji dokujących i poziomych szyn przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 48:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna objętościowa

Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, µg, mg, mlU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 49:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna objętościowa

Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z możliwością pracy z wszystkimi standardowymi (grawitacyjnymi) aparatami infuzyjnymi? Daje to użytkownikowi możliwość pracy na własnych aparatach, bez potrzeby kupowania drogich u producenta pompy.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

Pytanie nr 50:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna objętościowa

Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z funkcją KVO w zakresie od 0,01 do 5 ml/h?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Pompa infuzyjna objętościowa

Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy objętościowe z jednym trybem programowania ciśnienia w zakresie od 150 – 975 mmHg z rozdzielczością 75 mmHg? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy i poprawnego zaprogramowania ciśnienia względem podawanego leku.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52:

PAKIET 2

POMPY INFUZYJNE ZE STACJAMI DOKUJĄCYMI - 6 kompletów

Stacja dokująca

Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy z możliwością mocowania do stacji dokującej, wraz z uchwytem do przenoszenia, przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 – pakiet 2.

XXXXX

Zamawiający niniejszym przesuwą termin składania ofert:

z 19.07.2021 r. godz. 10⁰⁰ na 20.07.2021 r. godz. 10⁰⁰

oraz przesuwą termin otwarcia ofert

z 19.07.2021 r. godz. 10³⁰ na 20.07.2021 r. godz. 10³⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madoj
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

