



Katowice 25.04.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa płynów dializacyjnych, materiałów jednorazowych do prowadzenia zabiegów nerko zastępczych - DZP/381/28A/2018

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytanie:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie doświadczeń własnych wymaga cewników silikonowych zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 8 z pakietu zbiorczego.

Pytanie 3

Proszę o określenie stężenia cytrynianu trójsodowego w pozycji 4 pakietu zbiorczego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania cytrynianu trójsodowego o stężeniu 46,7%



Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 (cytrynian sodu – citra lock) z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Wydzielenie pozycji pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej.

W przypadku odmownej odpowiedzi proszę o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 4 z pakietu zbiorczego ponieważ wszystkie pozycje pakietu są elementami kompleksowej terapii nerkozastępczej i wymaga aby wszystkie pozycje były kompatybilne z urządzeniem.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści do postępowania produkt Cytrynian sodu™ 1000 ml z przeliczeniem zamawianej ilości (1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na⁺ 1352 – Citrate³⁻ 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produkt zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pozycjach 1 i 3 dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produkt zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2 i 3 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1, 2 i 3 do osobnego pakietu

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o



wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie doświadczeń własnych wymaga cewników silikonowych zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z Pakietu zbiorczego- dostawa płynów dializacyjnych i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 8 z pakietu zbiorczego.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr. J. Kozłowski
Kierownik Działu Zamówień i Sprzedaży