



DZP/381/40/EAT/2020

Katowice 07.01.2021 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na **Obsługę serwisową aparatury neonatologicznej II – Ligota (II) - DZP/381/40/EAT/2020**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami umowy §1. Pkt 3 „Przez przeglądy techniczne rozumie się wykonywanie czynności (których zakres i ilość określają zalecenia producenta aparatu) takich jak weryfikacja poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymiana części zużywalnych (jeżeli jest przewidziana przez producenta) i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego aparatu.” Jako autoryzowany przedstawiciel producenta sprzętu Drägerwerk Ag&Co.KGaA, Dräger Polska Sp. z o.o., informuję, że do wykonania czynności konserwacyjnych zgodnie z zakresem czynności serwisowych urządzeń z pakietu 2 oraz 3 niezbędne jest posiadanie dostępu do specjalistycznego oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców przedstawienia licencji na użytkowanie portalu ServiceConnect (jedynej na bieżąco uaktualnianej przez producenta bazy dokumentacji technicznej oraz oprogramowania) lub autoryzacji producenta w celu potwierdzenia zdolności technicznej do wykonania konserwacji zgodnie z treścią zaproszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców przedstawienia licencji na użytkowanie portalu ServiceConnect i autoryzacji.

Zamawiający wskazał, iż przez przeglądy techniczne rozumie wykonywanie czynności (których zakres i ilość określają zalecenia producenta aparatu) takich jak weryfikacja poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymiana części zużywalnych (jeżeli jest przewidziana przez producenta) i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego aparatu. Zatem to na Wykonawcy spoczywa obowiązek aby przy czynnościach związanych z wykonywaniem umowy postępował z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Jednocześnie przedmiot zamówienia ma być realizowany nie tylko zgodnie z zaleceniami producenta aparatów ale również obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż., przez osoby posiadające potrzebne kwalifikacje do wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych