



DZP/381/87A/2018

Katowice /28.08.2018

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Andrzej Rechowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

**Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
Rezonansu magnetycznego 3T z wyposażeniem oraz z adaptacją pomieszczeń na
potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego**

Pytanie - Dotyczy punktu 1.1. postępowania DZP/381/87A/2018 Załącznik nr 1 ZMIENIONY

Wnosimy o zmianę zapisu w punkcie 1.1 na następujący:

1.1.	Indukcja pola magnetycznego B ₀	3 T; podać wartość [T]	Bez punktacji	
------	--	---------------------------	---------------	--


Uzasadnienie.

Producenci współczesnych rezonansów magnetycznych stosują magnesy o indukcji pola magnetycznego różniące się nieznacznie, ze względu na konieczność dostosowania jej do przyjętych różnych częstotliwości rezonansowych. Dobór tych częstotliwości zależy od wielu czynników, doświadczeń, przeprowadzonych analiz i ma na celu jej optymalne dopasowanie do właściwej pracy i unikanie wzajemnych zakłóceń, a często także uwzględnienie częstotliwości rezonansowych izotopów innych niż wodór ¹H.

Nie oznacza to w żaden sposób, że jeden aparat jest pod tym względem gorszy lub lepszy od innego. Dlatego wartości te nie mogą być porównywane bez rozróżnienia konstrukcji i uwzględnienia motywów doboru indukcji pola do danej częstotliwości rezonansowej. Wprowadzenie wymogu określającego indukcję pola magnetycznego B₀ w postaci 3,0T uniemożliwia złożenie oferty przez naszą firmę..

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku 1 ZMIENIONYM w poz. 1.1 w sposób opisany w pytaniu .

Jednocześnie Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 24.08.2018 w następujący sposób : Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanej w pytaniu strzykawki o ile strzykawka jest dwukomorowa (co nie wynika z przesłanego opisu) i przeznaczona do pracy w polu magnetycznym o indukcji 3T.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych