



DZP.381.3.EAT.2023

Katowice 10.05.2023r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

Dot. postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00

fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

1 PYTANIE

Dot. Załącznik nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mikroskopów bez przystawki konsultacyjnej dla jednego użytkownika z nasadką okularową binokularową, FN20?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza.

2 PYTANIE

Czy w treści zaproszenia w rozdziale IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA „Dostawa do 14 dni od podpisania umowy” nie pojawił się błąd, nie powinno być 6 tygodni?

Zgodnie ze wzorem umowy § 2. WARUNKI REALIZACJI UMOWY, pkt. 1. „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować, uruchomić Mikroskopy oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy”.

ODPOWIEDZ

Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska. Termin realizacji zamówienia wynosi 6 tygodni.

3 PYTANIE

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści umowy § 4. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, ust. 6 z „Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego lub wadliwego Mikroskopu w czasie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności wymiany części zamiennych 5 (pięć) dni roboczych od daty zgłoszenia.” na „Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego lub wadliwego Mikroskopu w czasie nie dłuższym niż 10 (dziesięć) dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności wymiany części zamiennych 14 (czternaście) dni roboczych od daty zgłoszenia.”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody.

4 PYTANIE

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści umowy § 5. KARY UMOWNE, ust. 2. z „Łączna wysokość kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę na podstawie umowy nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust 1.” na „Łączna wysokość kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę na podstawie umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust 1.”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2023r. o godz. 12:00

Sposób składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych