



DZP.381.103A.2023

Katowice 18.10.2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Pytania nr 1

Dotyczy: załącznika nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Oferenta aparatu fabrycznie nowego, nieużywanego, nie rekondukcjonowanego, nie powystawowego, z rokiem produkcji nie starszym niż 2022 ?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o cechach wskazanych w pytaniu. W załączeniu - zmodyfikowany OPZ – zał. nr 3

Pytanie nr 2

Dotyczy: załącznika nr 5 wzór umowy, § 4 warunki gwarancji i serwisu, pkt. 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych do Aparatu przez okres minimum 8 lat od daty dostarczenia Aparatu do siedziby Zamawiającego.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy – zał. nr 5.

Pytanie nr 3

Dotyczy: SWZ – Rozdz. IV pkt. 1a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drobnego niemedycznego wyposażenia oferowanego zestawu (stawka vat 23%) tj. np. elementy wyposażenia wózka aparaturowego, które nie posiadają dokumentów opisanych w Rozdz. IV pkt. 1a) SWZ ?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie wiersza w formularzu cenowym dla produktów z różną stawką vat tj. 8% i 23% ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zmianę formularza dopuszczono w SWZ rozdz. XIV pkt 10.

Pytanie nr 4

Dotyczy: wzoru umowy Par. 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący ?

Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego lub wadliwego Aparatu w czasie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności wymiany części zamiennych 12 (dni) dni roboczych od daty zgłoszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów.



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach


W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający informuje o przesunięciu terminu:

składania ofert:

z 26.10.2023 godzina 10.00 na 27.10.2023 godzina 10:00

otwarcia ofert:

z 26.10.2023 godzina 10:30 na 27.10.2023 godzina 10:30

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych