



DZP.381.18B.2022

Katowice 29.06.2022 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy: Dotyczy postępowania w trybie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
p.n.: Obsługa serwisowa aparatów do znieczulania - **DZP.381.18B.2022**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE NR 1

Pytanie 1 dot. pakietu 3

W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty Fabius GS Premium, w których podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację czujników ciśnienia, poprawności wskazań, szczelności układu miksera i zaworu zwrotnego, sprawdzenie poprawnego podawania przepływu przez zawór bezpieczeństwa. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odpowiedź:

Tak

PYTANIE NR 2

Pytanie 2 dot. pakietu 3

W przedmiotowym pakiecie znajduje się respirator Savina. Naprawy oraz kompleksowa konserwacja tego urządzenia medycznego mogą być przeprowadzane jedynie przez ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę udokumentowaną certyfikatami szkoleń u producenta na dany rodzaj aparatu, dojścia do dokumentacji technicznej zawierającej aktualizowane informacje przez producenta, dojścia do oryginalnych części producenta. Spełnienie wszystkich powyższych punktów warunkuje poprawność wykonania procedury producenta. Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich wykonawców spełnienia powyższych warunków?

Odpowiedź:

Tak

PYTANIE NR 3

Pytanie 3 dot. pakietu 3

W przedmiotowym pakiecie znajduje się respirator Savina. Podczas procedury przeglądowej co 8 lat powinna być wymieniona turbina jako standardowa część przeglądu. Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców wymiany turbiny podczas procedury przeglądowej?

Odpowiedź:

Tak

Zamawiający przesława:

termin składania ofert:

z dnia 01.07.2022 r. godz. 10:00 na dzień 04.07.2022 r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert:

z dnia 01.07.2022 r. godz. 10:30 na dzień 04.07.2022 r. godz. 10:30

KRS: 0000049660

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych