



DZP/381 / 124B/ 2018

Katowice 22.11.2018

Do wszystkich Wykonawców

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Odpowiedzi na pytania

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na obsługę serwisową aparatury anestezyjologicznej

1 PYTANIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd urządzeń objętych przedmiotowym zamówieniem uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

ODPOWIEDZ

W ramach zaferowanego wynagrodzenia za przegląd urządzeń Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatora.

2 PYTANIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki jest rok produkcji urządzeń uwzględnionych w przedmiotowym postępowaniu – zamówieniu? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

ODPOWIEDZ

Monitor parametrów życiowych BeneView T8 oraz Centrala monitorowania parametrów życiowych Hypervision VI posiadają rok produkcji 2015

3 PYTANIE

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012.

Z upoważnienia Dyrektora
Umowy Wykonawczego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych