



DZP.381.68B.2023

Katowice 3.07.2023r

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania w trybie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji p.n. Obsługa serwisowa ultrasonografów II - DZP.381.68B.2023

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Dotyczy pakietu 3 – aparatów USG

Zgodnie z zapisami SWZ wykonawca zobowiązany jest do kalibracji, konserwacji jak również do wymiany części zużywalnych. Dostęp do oryginalnych części producenta, które zapewniają poprawne funkcjonowanie sprzętu oraz zapewniają odpowiednią jakość wykonywanych badań, mają wyłączni autoryzowani przedstawiciele producentów. Czy zamawiający będzie wymagał przedstawienia autoryzacji na serwis?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o modyfikację warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia autoryzacji na serwis.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Z uprzejmą prośbą o zgodę
Uniwersyteckiego Gibińskiego
Śląskiego Uniwersyteckiego Katowice
mg: *Madej*
Kierownik Działu Zamówień Publicznych