



DZP.381.42.EAT.2021

Katowice 08.09.2021 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na **Obsługę serwisową aparatury neonatologicznej – DZP.381.42.EAT.2021**

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1 dot. pakietu 1

W przedmiotowym pakiecie znajduje się miernik bilirubiny, który zgodnie z instrukcją obsługi i wymaganiami producenta powinien być kalibrowany podczas procedury przeglądowej. Kalibracja jest wykonywana w warunkach warsztatowych za pomocą dedykowanej aparatury kontrolnopomiarowej. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania kalibracji miernika podczas procedury przeglądowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert – zapis we wzorze umowy §1 ust. 3

Pytanie 2 dot. pakietu 1

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dokumentacją serwisową opracowaną przez producenta sprzętu, która stanowi podstawę do prawidłowego wykonania przeglądu technicznego, a także dokonywania poprawnych diagnoz przy ewentualnych naprawach co znacznie przyspieszy i zaoszczędzi koszty Zamawiającego związane z częściami i przestojem aparatu?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert – zapis we wzorze umowy §1 ust. 3

Pytanie 3 dot. pakietu 1

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z pakietu imiennych certyfikatów ze szkolenia serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis? Tylko specjalistyczne szkolenie odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczający zapewnia posiadanie wiedzy i umiejętności do wykonania czynności serwisowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga przedstawiania przez Wykonawców imiennych certyfikatów ze szkolenia serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis, przy czym jednak Zamawiający wskazał, iż przedmiot zamówienia ma być realizowany m. in. zgodnie z zaleceniami producenta aparatów. Jednocześnie Zamawiający zaznaczył, iż przez przeglądy techniczne rozumie wykonywanie czynności (których zakres i ilość określają zalecenia producenta aparatu) takich jak weryfikacja poprawności działania urządzenia, przeprowadzenie koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymiana części zużywalnych (jeżeli jest przewidziana przez producenta) i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego aparatu.

Zatem to na Wykonawcy spoczywa obowiązek aby przy czynnościach związanych z wykonywaniem umowy postępował z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Jednocześnie przedmiot zamówienia ma być realizowany nie tylko zgodnie z zaleceniami producenta aparatów ale również obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż., przez osoby posiadające potrzebne kwalifikacje do wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych.

KRS: 0000049660

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych