

Katowice dn. 17.08.2017r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego : na dostawę sprzętu do zabiegów endowaskularnych, neuroradiologicznych i obwodowych oraz diagnostyki wewnątrznaczyniowej - D/ZP/381/71A/17.

Pytanie 1

Kryterium „termin przydatności do użycia liczony od dnia dostarczenia produktów na przechowanie” w odniesieniu do produktu opartego na **materiale biologicznym (korek ulegający biodegradacji)** nie ma zastosowania, szczególnie w tym przypadku , gdyż materiał biologiczny używany w zamykaczach do tętnic posiada krótki termin użycia tj. 6 – 9 miesięcy. Materiał ten ulega bowiem całkowitej biodegradacji w ściśle określonym czasie.

Ponadto produkt oparty na materiale biologicznym wymaga przechowywania i transportu w specjalnych warunkach. Dla zapewnienie pełnego bezpieczeństwa opakowanie zamykaczy wyposażone jest w specjalny znacznik wskazujący czy zostały spełnione wymagane warunki transportu i przechowywania.

Wobec powyższego prosimy o zmianę kryterium oceniania dla Pakietu 8 oraz o określenie minimalnej wymaganej przez Zamawiającego daty ważności dla produktu opisanego w Pakiecie 8 na 10 miesięcy od dnia dostawy.

Jako dystrybutor z dużym doświadczeniem gwarantujemy sukcesywną wymianę produktów z krótkim terminem przydatności jeśli zajdzie taka potrzeba

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje minimalny okres przydatności do użycia zaoferowanych produktów w Pakiecie nr 8, z 12 na 6 miesięcy od dnia dostarczenia produktów na przechowanie

W związku z powyższym w zakresie Pakietu nr 8

Termin przydatności do użycia wymagany przez zamawiającego nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostarczenia produktów na przechowanie.

Jeżeli wykonawca wpisze termin przydatności do użycia krótszy niż 6 miesięcy to przygotuje ofertę niezgodnie z SIWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje termin przydatności do użycia 6 miesięcy licząc od dnia dostarczenia produktów na przechowanie.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zamykające nakłucie tętnicy udowej za pomocą korka ulegającego biodegradacji z terminem przydatności do użycia 10 miesięcy od dnia dostawy?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. urządzenia z terminem przydatności do użycia nie krótszym niż 6 miesięcy licząc od dnia dostarczenia produktów na przechowanie.

W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy i stanowiący załącznik nr 4.8 do SIWZ.

DYREKTOR

Ireneusz Ryszkiewicz

Pakiet 8

Sprzęt do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych
 Urządzenie do zamykania nacięć tętnic udowych

L. P.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT%	Podatek kwota	Wartość brutto	Producent/ Klasa wyrobu medycznego	Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, itp.
1.	Urządzenie zamykające nacięcie tętnicy udowej za pomocą korka ulegającego biodegradacji	szt.	200							

Wymagania

Termin ważności przedmiotu umowy / przydatności do użycia/ nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.

Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie "Wymagane ilości " formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.

.....
 Podpis i pieczęć osoby/osób
 uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy