

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli medycznych

Część 2 – Lodówki medyczne.

Pozycja 3 – Lodówka medyczna duża

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do lodówkę medyczną (dużą) z chłodzeniem wymuszonym? Chodzenie grawitacyjne w przypadku lodówki farmaceutycznej nie sprawdzi się w opisanej lodówce.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza lodówkę z chłodzeniem wymuszonym.

Część 3 – Szafy medyczne

Pozycja 1 – Szafa endoskopowa

Pytanie 2: Czy Zamawiający może sprecyzować do jakich modeli endoskopów firmy Karl Storz będzie wykorzystywana szafa lub podać specyfikę (wymiary) endoskopów? Bez tych informacji nie jest możliwe przygotowanie i wycenienie przez producenta odpowiednich wieszaków.

Odpowiedź: 96 cm.

Pytanie 3: Czy zamawiający dopuści szafę na endoskopy przeszkloną ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (1.4301) wykonanej w technologii korpusu samonośnego spawanego z bokami i tyłem wykonanymi z blachy pojedynczej o grubości 1 mm? Tylne ściana dodatkowo wzmocniana profilem trapezowym uniemożliwiającym uwypuklanie się i stabilną konstrukcję.

Odpowiedź: Tak – pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę na endoskopy z podstawą szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania?

Odpowiedź: Tak – pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pozycja 2 – Szafa do przechowywania bronchofiberoskopu

Pytanie 5: Czy Zamawiający może sprecyzować do jakich modeli endoskopów firmy Karl Storz będzie wykorzystywana szafa lub podać specyfikę (wymiary) endoskopów? Bez tych informacji nie jest możliwe przygotowanie i wycenienie przez producenta odpowiednich wieszaków.

Odpowiedź: 96 cm.

Pytanie 6: Czy zamawiający dopuści szafę na endoskopy przeszkloną ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (1.4301) wykonaną w technologii korpusu samonośnego spawanego z bokami i tyłem wykonanymi z blachy pojedynczej o grubości 1 mm? Tylne ściana dodatkowo wzmocniana profilem trapezowym uniemożliwiającym uwypuklanie się i stabilną konstrukcję.

Odpowiedź: Tak – pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę na endoskopy z podstawą szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania?

Odpowiedź: Tak – pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pozycja 3 Szafa lekarska dwudrzwiowa

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści szafę o szerokości 900 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści 4 nóżki z blachy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści szafę z 4 nóżkami wykonanymi ze stali pomalowanej farbą proszkową, zabezpieczonej przed rdzewieniem oraz odpornej na stosowanie środków dezynfekcyjnych? Pragniemy zaznaczyć iż nóżki z profili nierdzewnych stosuje się do szaf wykonanych ze stali nierdzewnych, a to znacznie podwyższa jej wartość.

Odpowiedź: Nie.

Pozycja 4 Szafka na płyny infuzyjne

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści szafę z tolerancją w wymiarach głębokość i szerokość +/-10?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści 4 nóżki z blachy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści szafę z 4 nóżkami wykonanymi ze stali pomalowanej farbą proszkową, zabezpieczonej przed rdzewieniem oraz odpornej na stosowanie środków dezynfekcyjnych? Pragniemy

zaznaczyć iż nóżki z profili nierdzewnych stosuje się do szaf wykonanych ze stali nierdzewnych, a to znacznie podwyższa jej wartość.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści szafę jednodrzwiową o głębokości 435 mm (różnica 5 mm) pozostałe wymiary bez zmian? Pragniemy zaznaczyć, że taka mała różnica nie wpłynie na jej prawidłowe funkcjonowanie.

Odpowiedź: Tak.

Pozycja 5 – Szafka medyczna

Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuści szafkę medyczną ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (1.4301) wykonaną w technologii korpusu samonośnego spawanego z bokami i tyłem wykonanymi z blachy pojedynczej o grubości 1 mm? Tylna ściana dodatkowo wzmacniana profilem trapezowym uniemożliwiającym uwypuklenie się i stabilną konstrukcję.

Odpowiedź: Tak – pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem wykonanym ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (1.4301) i płyty HPL spełniającej wszystkie wymogi zgodnie z SIWZ o łącznej grubości 20 mm. Czy Zamawiający dopuści blat z płytą HPL w kolorze czarnym? Wszystkie pozostałe parametry zostają zachowane.

Odpowiedź: Tak – pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę medyczną z podstawą na nóżkach wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (1.4301) o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania? Stopki wykonane z tworzywa sztucznego zabezpieczającego przed zarysowaniem.

Odpowiedź: Tak – pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18: Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby tylko nóżki były malowane w kolorze RAL 7035 czy również fronty szuflad?

Odpowiedź: Również fronty szuflad.

Pytanie 19: Czy Zamawiający może doprecyzować zastosowanie praktyczne szafki medycznej? Czy będzie ona spełniała funkcje laboratoryjne? Czy Zamawiający może odstąpić od wymogów dołączenia atestów do stołów roboczych dla laboratoriów i mebli laboratoryjnych, jeżeli szafka nie będzie miała takiego zastosowania praktycznego? Czy Zamawiający zgodzi się na dołączenie tylko certyfikatu PZH dotyczącego mebli medycznych oraz certyfikatu PN-EN ISO 9001 wystawionego na producenta?

Odpowiedź: Tak.

Część 5 – Pozostałe wyposażenie medyczne

Pozycja 1 – Parawan teleskopowy

Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan teleskopowy składający się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowych trzech elementów rurowych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 21: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan teleskopowy o długości w stanie złożonym 880 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 22: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan teleskopowy o długości w stanie rozłożonym 2060 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan teleskopowy z zasłonką z materiału wykonanego z poliestru 65% oraz bawełny 35%, zasłonka zmywalna, odporna na dezynfekcję, możliwość prania w temp. 90 st. w kolorze wybranym przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak.

Pozycja 2 – Parawan medyczny 2-częściowy

Pytanie 24: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan medyczny 2 częściowy o wymiarze 2x700x1880 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 25: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan medyczny z szerokością podstawy 600 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 26: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan teleskopowy z zasłonką z materiału wykonanego z poliestru 65% oraz bawełny 35%, zasłonka zmywalna, odporna na dezynfekcję, możliwość prania w temp. 90 st. w kolorze wybranym przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak.

Pozycja 3 – Taboret obrotowy pneumatyczny

Pytanie 27: Czy Zamawiający dopuści taboret z kołami o średnicy 50 mm? Koła 60 mm nie są standardowym wymiarem zatem ich cena jest znacznie wyższa, zaś proponowane koła o średnicy 50 mm są powszechnie

stosowane w taboretach medycznych. Ponadto zastosowanie kół o średnicy 50 mm nie ma wpływu na obniżenie dopuszczalnego obciążenia

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 28: Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości 630-830 mm? Proponowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 29: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret medyczny z średnicą podstawy 480 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 30: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret medyczny z regulacją wysokości siedziska w zakresie 490/630 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 31: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret medyczny wyposażony w koła o średnicy 50 mm, ogumienie nie brudzące posadzki?

Odpowiedź: Nie.

Pozycja 6 – Taboret obrotowy niski

Pytanie 32: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret medyczny z średnicą podstawy 480 mm?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 33: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret medyczny z regulacją wysokości siedziska w zakresie 490/630 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pozycja 7 – Stojak na kroplówki

Pytanie 34: Czy Zamawiający dopuści stojaki kroplówki z podstawą z tworzywa sztucznego o średnicy 580 mm? Proponowane wykonanie jest znacznie tańsze, kolumna i głowica, czyli najistotniejsze elementy stojaka wykonane zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 35: Czy Zamawiający dopuści stojaki kroplówki z hamulcem 2 kół?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 36: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak na kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 szlifowanej z podstawą wykonaną ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak na kroplówki o średnicy podstawy 560 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 38: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak na kroplówki o wysokości regulowanej w zakresie 1200/2150 mm? Podany parametr jest lepszym parametrem od parametru określonego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający nie określa który z parametrów jest lepszy.

Pozycja 8 – Podest jednostopniowy

Pytanie 39: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podest jednostopniowy o wymiarze 500x300x250 mm? Podany parametr nieznacznie odbiega od parametru określonego przez Zamawiającego


Odpowiedź: Tak

Pozycja 12 – Kozetka lekarska

Pytanie 40: Czy Zamawiający dopuści kozetkę o szerokości 550 mm i kącie nachylenia wezgiłowia +/- 40°?

Odpowiedź: Tak.

Uwaga: Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na 8 czerwca 2017 r na godz. 10:00

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Diagnostyki i Terapii, prof. K. Górnego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Paschewicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych