



Katowice 06.09.2017r.

DZP/381/90B/2017

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Obsługa serwisowa respiratorów Puritan Bennett 840 firmy Medtronic - DZP/381/90B/2017

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie czasu pracy respiratorów.

Odpowiedź

Czas pracy dla respiratorów wynosi :

Respirator NPB 840:

s/n: 3121128340 - 2625 godzin

s/n: 3512133248 - 2945 godzin

s/n: 3512133247 - 1952 godzin

s/n: 3512133149 - 2970 godzin

Pytanie nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź

Zakres czynności serwisowych zgodnie z wymaganiami producenta.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki jest rok produkcji urządzeń wymienionych w SIWZ ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź

rok produkcji 2011, 2625 godzin pracy, ostatni przegląd 31.01.2017

rok produkcji 2013, 2945 godzin pracy, ostatni przegląd 14.08.2017

rok produkcji 2013, 1952 godzin pracy, ostatni przegląd 14.08.2017

rok produkcji 2970, 2945 godzin pracy, ostatni przegląd 14.08.2017



Pytanie nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaka jest dokładnie (dzień/miesiąc/rok) data ostatniego przeglądu urządzeń wymienionych SIWZ ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią nr 3.

Pytanie nr 5

Dotyczy projektu umowy – paragraf 2 ust. 8:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców nie posiadających certyfikatów z autoryzowanych szkoleń producenta aparatury wymienionej SIWZ? Niniejszy wniosek uzasadniamy okolicznościami z których wynika, że na gruncie obowiązujących przepisów oraz standardów prawa zamówień publicznych tego rodzaju wymagania stanowią naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, ponieważ aktualnie na rynku funkcjonują podmioty gwarantujące możliwość wykonania przeglądu wg. tych samych standardów co autoryzowany przedstawiciel producenta lub producent. Pragniemy zauważyć, że m.in. wdrożenie systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012, personel posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczne (udokumentowane) wykształcenie i przeszkolenie, jak również bezpośredni dostęp do materiałów oraz części zamiennych pochodzących bezpośrednio od producenta daje tę samą gwarancję wykonania zamówienia w sposób należyty, co autoryzowany przedstawiciel producenta.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapis punktu IV.1 B SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: - zdolności technicznej lub zawodowej -
za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców którzy złożą wykaz osób posiadających kwalifikacje do konserwacji i naprawy urządzeń będących przedmiotem zamówienia (potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dopuszcza się certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające ukończenie takiego szkolenia zarówno w Polsce jak i zagranicą.
Ponadto zmianie ulega &2 ust.8, który otrzymuje brzmienie:
8. Wykonawca gwarantuje, że Obsługa serwisowa będzie wykonywana przez osoby posiadające kwalifikacje w zakresie konserwacji, przeglądów i bieżących napraw respiratorów - pracownicy serwisowi odbyli szkolenia uprawniające do ich przeglądów oraz napraw.

Jednocześnie Zamawiający informuje że:

- przedłuża termin składania ofert do dnia 12.09.2017r. do godz. 10:00
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2017r o godz. 11:00

Z upoważnienia Dyrektora
Hieronim Gajda
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Artur Gajda
Kierownik Działu Zamówień Publicznych