



DZP.381.54A.2022

Katowice 22.08.2022 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa implantów neurochirurgicznych - **DZP.381.54A.2022**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE NR 1

Pakiet 14: Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze śrubami
Czy w Pakiecie nr 14 o nazwie: Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze śrubami, Zamawiający dopuści do zaoferowania implanty wykonane z PEEK oraz tytanu, pozwalające na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa, w trzech rozmiarach wielkości implantów small, standard oraz large (odpowiednio: 16,8mmx12,5mm; 16,8mmx14,5mm; 17,8mmx15mm). Wysokości klatek od 4mm do 10mm stopniowane co 1mm. Implanty tytanowe bez otworu zewnętrznego i bez konieczności użycia substytutu kostnego. Śruby kostne o średnicach 3,5mm oraz 3,9mm oraz długościach od 10mm do 20mm. Możliwość implantacji wielopoziomowej, śruby o zdeterminowanym kącie wkręcenia, uniemożliwiającym ich zetknięcie/ kolizję. Zintegrowane zabezpieczenie śrub przed wykręceniem. Narzędzia zawierają, m.in. dwa typy podajników do implantów (do wyboru przez operatora), przebijak oraz nawiertak kostny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający w opisie przedmiotu zawarł informację o wymogu obecności w implancie otworu wewnętrznego do implantacji materiału kościozastępczego lub kostnego. Rezygnacja z tego wymogu zmienia charakter przedmiotu i sprowadza się do klatek opisanych w pakiecie nr 1.

PYTANIE NR 2

Pakiet 14: Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze śrubami
Czy w Pakiecie nr 14 o nazwie: Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze śrubami, ze względu na wielkość zamówienia (5 sztuk implantów), Zamawiający dopuści możliwość użyczenia zestawu do operacji zamiast tworzenia depozytu implantów na czas trwania umowy?

Odpowiedź:

Nie.

Konieczność stałej gotowości do operacji kręgosłupowych z użyciem implantu w trybie ostrodyżurowym zmusza Zamawiającego do utrzymania tego warunku.

PYTANIE NR 3

Pakiet 18 - Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wymogów w pakiecie nr 18: czy Zamawiający wymaga zaoferowania implantu tytanowego o porowatości 60%, w wysokościach od 4-10mm i trzech rodzajach wielkości: small, standard oraz large, odpowiednio: 13x11mm; 15x13mm; 17x15mm, przeznaczonego do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa? Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera informacji jaki typ produktu jest zamawiany.

Odpowiedź:

Dotyczy klatek do zastosowania w chirurgii kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego.

PYTANIE NR 4

Pakiet 18 - Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej
Czy w Pakiecie nr 18 o nazwie: Klatki do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej, Zamawiający dopuści możliwość użyczenia zestawu na czas trwania operacji?

Odpowiedź:

Nie.

Konieczność stałej gotowości do operacji kręgosłupowych z użyciem implantu w trybie ostrodyżurowym zmusza zamawiającego do utrzymania tego warunku.



UNIwersYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

PYTANIE NR 5

Część 14,15 oraz 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zestaw instrumentarium był dosyłany każdorazowo na planowaną operację?

Odpowiedź:

Nie.

Konieczność stałej gotowości do operacji kręgosłupowych z użyciem implantu w trybie ostrodyżurowym zmusza zamawiającego do utrzymania tego warunku.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Karolina Madej
mgr Karolina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych