

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

DYREKTOR

mgr Renata Wachowicz
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

DZP.381.72A.2023

Katowice 02.08.2023

**Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

ZMIANA TREŚCI SWZ , ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn:Dostawa urządzenia do termoablacji

1. **PYTANIE** - Czy Zamawiający dopuści równoważne urządzenie do sferycznej termoablacji mikrofalowej różnego typu tkanek, które jest stosowane w większości placówek w Polsce jak i UE. Pragniemy podkreślić, że jesteśmy liderem w zakresie termoablacji, jako producent sprzętu medycznego oferujemy wysoką konkurencyjność cenową w zakresie generatora jak i anten do termoablacji, które w późniejszym czasie będą stanowiły główny koszt Zamawiającego.

Poniżej parametry uwzględniające uszczegółowienie:

Punkt 4, 5 rozwiązanie równoważne, kanał wyjściowy (pomiar na porcie wyjściowym) 0–150 W (+20%/-5%) Rozwiązanie zaproponowane daje zwiększoną strefę ablacyną na jednym kanale wyjściowym.

Punkt 6 rozwiązanie równoważne, praca generatora: 2450 MHz $\pm$ 50 MHz. Generator osiąga równoważną moc.

Punkt 8, 9 rozwiązanie równoważne składające się z: generatora, niezintegrowanej z generatorem pompy perystaltycznej o ciśnieniu zwrotnym pozwalającym na obieg chłodzenia w systemie zamkniętym, całość umocowana na wózku z blokadą kół, uwzględniający pomiar temperatury w czasie rzeczywistym na sondzie temperatury.

Punkt 12 rozwiązanie równoważne, skalowane jednorazowe anteny o co najmniej 3 różnych długościach (15/20/30 cm) wraz ze strefą emisji ablacji 2.8 cm.

Punkt 15 rozwiązanie równoważne, maksymalny czas trwania ablacji przy jednym nastawieniu: 10 min. Przy tym krótszym nastawieniu uzyskujemy już maksymalną strefę ablacyną > 4 cm.

Punkt 16 rozwiązanie równoważne : czas ablacji ustawiany z lepszą dokładnością 30 sekundową i minutową

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza równoważne urządzenie do termoablacji, ale jednocześnie zmienia kryteria oceny ofert i wprowadza punktację za parametry techniczne. W załączeniu przekazuje zmieniony załącznik nr 4 Wymagane parametry techniczne użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia oraz dodany Załącznik 4A - Formularz do oceny parametrów technicznych

2. **PYTANIE** - Czy Zamawiający w punkcie 4 ma na myśli maksymalną moc dostarczaną do pojedynczej anteny, która może być ustawiona na generatorze do 150 W ?
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający ma na myśli łączną moc w obu kanałach o wartości 150W.

3. **PYTANIE** - Czy Zamawiający w punkcie 11 ma na myśli Antena chłodzoną solą fizjologiczną na całej długości ? Wg Naszej wiedzy do zabiegów termoablacji stosowana jest sól fizjologiczna do chłodzenia anteny podczas zabiegu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza stosowanie soli fizjologicznej do chłodzenia anteny podczas zabiegu.

KRS: 0000049660

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Stosownie do art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ .

1. punkt - XI. 4) OPISU SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY otrzymuje brzmienie :

Zamawiający wymaga, złożenia oferty zawierającej następujące dokumenty:

- 1) wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej specyfikacji ;
- 2) w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, pełnomocnictwo w formie oryginału podpisanego przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.
- 3) wypełnione, podpisane przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie Wykonawcy może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
- 4) deklaracje zgodności UE (dotyczy wszystkich wyrobów medycznych), certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (o ile jest wymagany dla danej klasy wyrobu medycznego)
- 5) w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ oświadczenie wykonawcy tymczasowo zastępujące wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia ,spełniania warunków udziału w postępowaniu , odpowiednio na dzień składania ofert , w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ
- 6) **wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz do oceny w kryterium oceny ofert parametrów technicznych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4A niniejszej specyfikacji ;**

2. punkt

XV.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena **80%** wagi

Okres gwarancji – 10%wagi

Parametry techniczne 10% wagi

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana według wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_o} \times 100 \times 80 \%$$

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

C_n - najniższa cena spośród ofert ocenianych

C_o - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena ofertowa brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia podana w formularzu ofertowym.

W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 punktów.

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za okres gwarancji

W ramach kryterium „okres gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób :

Okres gwarancji 24 miesiące – ilość przyznanych punktów 0 pkt

Okres gwarancji 36 miesięcy- ilość przyznanych punktów 10 pkt

Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w miesiącach.

Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 10 punktów.

W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym okresu gwarancji zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje 24 miesięczny okres gwarancji.

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za parametry techniczne

Kryterium parametrów technicznych polegać będzie na ocenie dokonanej zgodnie z załącznikiem 4A do SWZ formularz do oceny parametrów technicznych.

W przypadku nie dołączenia do oferty formularza do oceny parametrów technicznych, Zamawiający przyzna ofercie 0 punktów w/w kryterium.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni poszczególnych punktów w dołączonym formularzu do oceny parametrów technicznych, Zamawiający przyzna w niewypełnionych punktach 0 pkt.

Ocena ostateczna dla tego kryterium będzie obliczana wg wzoru:

$$PT = P_{of} / P_{max} \times 100 \times 10\%$$

PT - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium parametry technicznych

P_{max} – największa wartość punktowa parametrów technicznych spośród złożonych ofert

P_{of} – wartość punktowa parametrów technicznych badanej oferty

100 – stały współczynnik

W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 punktów

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, złożoną przez Wykonawcę, która łącznie uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną wg następującego wzoru:

$$P = C + G + PT$$

gdzie:

P- łączna liczba punktów jaką uzyskała oceniana oferta

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium cena

G - liczba punktów w ramach kryterium okres gwarancji

PT - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium parametry technicznych

3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Dla dokonania punktacji ofert, ranga w kryteriach oceny ofert określona w procentach, zostanie przeliczona na punkty 1 % = 1 punkt.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

W załączeniu Zamawiający przekazuje Zmieniony załącznik 4 i dodany Załącznik 4A

W związku z art.137 ust.6) Zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2023 o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2023 o godz. 10:30

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.11.2023

Sposób składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie obowiązują zgodnie z zapisem w pkt. XII i XIII SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie obejmującym powyższe informacje. Opublikowane Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania



DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Renata Wachowicz