

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę inkubatora

Załącznik nr 1 do SIWZ - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE INKUBATORA

Pytanie 1: Do punktu I.3: Czy Zamawiający dopuści inkubator z maksymalnym poborem mocy 1300W ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2: Do punktu I.5: Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD bez możliwości regulacji wysokości oraz kąta odchylenia, umożliwiający obsługę i obserwację ekranu z lewej i prawej strony inkubatora ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3: Do punktu II.2: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator wyposażony w czułą podnoszoną elektrycznie jednak bez funkcji reagowania na przeszkody ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4: Do punktu II.3: Czy Zamawiający dopuści inkubator bez specjalnego mechanizmu otwierania ścianek wyposażonego w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki, który jest charakterystyczny dla jednego konkretnego producenta ? Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5: Do punktu II.4: Czy Zamawiający dopuści materacyk, bez wewnętrznych demontowalnych ścianek zabezpieczających pacjenta ? Chcemy zwrócić uwagę, że urządzenie jakie chcemy zaoferować jest wyposażone w materacyk wypełniający całą powierzchnię inkubatora, w związku z czym takie ścianki nie są potrzebne.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6: Do punktu II.5: Czy Zamawiający dopuści inkubator z zespołem grzewczym który jest zintegrowany z kopułą ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7: Do punktu II.6: Czy Zamawiający dopuści inkubator, który jest wyposażony w elektrostatyczny filtr jednak bez informowania o potrzebie jego wymiany ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8: Do punktu II.11,12: Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia materacyka od wewnątrz inkubatora, w zakresie $\pm 12^\circ$?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9: Do punktu III.2: Czy Zamawiający dopuści inkubator z układem automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie do 95% ze skokiem 5% ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10: Do punktu IV.2,3: Czy Zamawiający dopuści inkubator z układem automatycznej regulacji temperatury (Servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 35-37,5°C ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11: Do punktu V.1: Czy Zamawiający dopuści monitorowanie temperatury w powietrzu pod kopułą w zakresie 20-39°C ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12: Do punktu VIII.2: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym głowicę pomiarową odkręca się za pomocą jednego śrubokręta ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 13: Do punktu IX.8: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanym zegarem Apgar jednak bez zegaru CPR ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 14: Do punktu IX.10: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na dołączeniu do Zamówienia dodatkowego pulsoksymetru, który nie jest wbudowany w aparat ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15: Do punktu X.3: Czy Zamawiający dopuści lampę z dominującym zakresem fali 450-465 nm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 16: Do punktu X.4: Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością wyboru jednego z dwóch poziomów iradiacji, 45 lub 22 $\mu\text{W}/\text{cm}^2\text{nm}$ w odległości 35 cm od źródła światła?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 17: Do punktu X.6: Czy Zamawiający dopuści lampę z wbudowanym licznikiem całkowitej ilości przepracowanych godzin, natomiast bez licznika aktualnego czasu naświetlania?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 18: Do punktu X.7: Czy Zamawiający dopuści lampę o wadze ok 2 kg?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 19: Do punktu X.8: Czy Zamawiający dopuści lampę z żywotnością diod na poziomie 50000 godzin?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 20: Do punktu IV (INNE). 3 oraz par 4 ust. 8 wzoru umowy- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego ustępu: „W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego podzespołu spowodują wymianę tego podzespołu na nowy” ? Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany całego urządzenia niepotrzebnie może podwyższyć koszt zamówienia. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Odpowiedź: Tak.


Pytanie 21: Do punktu IV (INNE). 2 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 5 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): Czas naprawy bez konieczności wymiany części do 5 dni roboczych, oraz czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności wymiany części?

Odpowiedź: Tak

Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ

Pytanie 22: Par. 4 ust. 9 – Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści tego punktu SIWZ, poprzez nadanie mu następującej postaci: „Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas, wydłużającej się naprawy, tj. czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w umowie?

Odpowiedź: Nie.

Z upoważnienia Dyrektora
Urzędu Miejskiego w Katowicach
Sędzię Powiatowego w Katowicach

Kierownik Działu Zamówień Publicznych