



DZP/381/65A/2017

Katowice / 26.07.2017

Do wszystkich Wykonawców

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

mgr Andrzej Rechowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury laboratoryjnej

PYTANIE 1 : dot. zapisów SIWZ rozdz. III pkt 3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot posiadał aktualne dokumenty dopuszczające ich stosowanie na terenie RP zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych . Prosimy o modyfikację tego zapisu na następujący: „ Przedmiot zamówienia **będący wyrobem medycznym** musi posiadać aktualne dokumenty dopuszczające ich stosowanie na terytorium RP, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych”. Prośbę swoją motywujemy tym, że w części 2 urządzenie do rozmrażania osocza jest wyrobem medycznym, natomiast urządzenia peryferyjne takie jak drukarka czy UPS wymagane przez Zamawiającego, nie są wyrobami medycznymi i nie podlegają przepisom ww. ustawy. Urządzenia te posiadają natomiast dokumenty dopuszczające do używania i do obrotu oraz są oznakowane znakiem CE na mocy innych przepisów tj. dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej i napięciowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający doprecyzowuje treść Pkt.III.4 SIWZ w następujący sposób: „*Przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym musi posiadać aktualne dokumenty dopuszczające ich stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.*”

PYTANIE 2 : dot. zapisów SIWZ rozdz. XIII pkt 4 – kryterium „jakość” . Zgodnie z art. 36 pkt 13 ustawy PZP SIWZ zawiera co najmniej opis kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Jednym z kryteriów oceny podanych w SIWZ jest jakość -20%. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, jak będzie oceniana jakość tzn. jakie parametry będą oceniane i jak będą punktowane.


ODPOWIEDŹ: Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „jakość” został opisany w Pkt XIII.4 SIWZ i będzie liczony zgodnie z punktacją w Załączniku nr 4.2 (poz. 18).

PYTANIE 3 : dot. załącznika nr 4.2 – wymagane parametry techniczno-użytkowe pkt. 6 . Zamawiający wymaga, aby urządzenie do rozmrażania osocza posiadało kontrole temperatury póltek i nawiewanego powietrza. Prosimy o rezygnację z tego wymogu. Temperatura podawana przez urządzenie oferowane przez naszą firmę jest temperaturą rozmrażanego produktu o nie temperaturą otoczenia (w tym póltek).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 4 : dot. załącznika nr 4.2 – wymagane parametry techniczno-użytkowe pkt. 10. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez „procedury rozmrażania i podgrzewania osocza krwi”. Czy Zamawiającemu chodzi o podanie trybów rozmrażania jakie posiada oferowane urządzenie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 10 Załącznika nr 4.2 urządzenie ma rozmrażać i podgrzewać osocze krwi.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik Działu Zamówień Publicznych