



DZP.381.78A.2022

Katowice 21.10.2022

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę okulistycznego mikroskopu operacyjnego z OCT**

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

- PYTANIE** - Dotyczy wzoru umowy par. 4 pkt. 6-Zwracamy się do Zamawiającego o na zmianę zapisu na następujący: „Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego lub wadliwego Aparatu w czasie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności wymiany części zamiennych 10 (dziesięć) dni roboczych od daty zgłoszenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapis w zakresie naprawy uszkodzonego lub wadliwego Aparatu w czasie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze, natomiast w przypadku konieczności wymiany części zamiennych wyraża zgodę na termin 7 (siedem) dni roboczych od daty zgłoszenia.
- PYTANIE** - Dotyczy wzoru umowy par. 4 pkt. 7- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Nasza prośbę uzasadniamy tym że mikroskopu tak wysokiej klasy nie da się z przyczyn logistycznych dostarczyć w tak krótkim czasie jaki jest przewidziany na naprawę.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wykreśla we wzorze umowy w §4 ustęp 7 .
W konsekwencji wykreślenia całościowo ustępu 7 w §4 zmianie ulegają zapisy we wzorze umowy odnoszące się do ust.7 :

 - w §4 ust.8 wykreślony zostaje zapis „.....i niedostarczenie aparatu zastępczego.....”.
 - w §4 ust.15 wykreślony zapis dotyczący ust.7
 - w § 5 ust.1 b) wykreślony zostaje zapis „.....o ile nie zostanie dostarczone tożsame urządzenie na czas przedłużającej się naprawy zgodnie z §4 ust.7 umowy „
- PYTANIE** - Dotyczy wzoru umowy par. 4 pkt. 9- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisu na następujący: „W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tej samej części (podzespołu) stanowiącego wyposażenie Aparatu przekroczy 3 (trzy), Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany części (podzespołu) na nowy.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza zmian we wzorze umowy w zakresie objętym pytaniem.

W związku z art.137 ust.6) Zmianie ulegają następujące terminy:

**Termin składania ofert upływa dnia 31.10.2022r. o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2022r. o godz. 10:30**

Sposób składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie obowiązując zgodnie z zapisem w pkt. XII i XIII SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie obejmującym powyższe informacje. Opublikowane Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych