



Do wszystkich Wykonawców

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na dostawę monitorów opisowych

1. Pytanie 1

Załącz. nr 2.1, Załącz. nr 2.2 – zapisy pod tabelą oraz Załącz. nr 3 – wzór umowy, § 4 ust. 5 – autoryzacja producenta

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w w/w postępowaniu wykonawcę, który nie jest autoryzowanym serwisem technicznym producenta, natomiast posiada odpowiednią do przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje inżynierem, który będzie wykonywał instalację aparatury będącej przedmiotem zamówienia.

W wyroku KIO z 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 wskazano wprost, że art. 90 Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych w żaden sposób nie określa, że działania serwisowe mogą wykonywać jedynie podmioty autoryzowane przez producenta. Przepis tego artykułu „adresowany jest do podmiotów dokonujących wprowadzenia wyrobów medycznych do obrotu i nie jest zasadne rozszerzanie adresatów tego przepisu” (wyrok w załączeniu – str. 9).

Jednocześnie, wyrok ten podaje, że: „Możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów publicznych)”. Ponadto, w w/w wyroku KIO podkreśla, że autoryzowany serwisant producenta nie będzie pozbawiony możliwości uczciwego konkurencyjnego z innymi podmiotami świadczącymi usługi serwisowe i pozyskania zamówienia.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż w trosce o zachowanie zasady konkurencyjności, Zamawiający zrezygnuje z ww. zapisów oraz dopuści do udziału w przetargu małe i średnie przedsiębiorstwa, w zamian wymagając stosownego certyfikatu ISO 13485 oraz ISO 9001, co jest równoznaczne z posiadaniem wysokiej jakości standardów świadczenia usług serwisowania wyrobów medycznych do diagnostyki obrazowej, a jednocześnie nie stanowi ograniczenia zasady uczciwej konkurencji (o certyfikację w zakresie w/w normy może ubiegać się każdy podmiot, jeśli spełnia kryteria określone normą).

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza na wykonywanie serwisu w okresie gwarancyjnym przez Wykonawcę, który nie jest autoryzowanym serwisem technicznym.

Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany zapisu pod tabelą w załącz. nr 2.1, załącz. nr 2.2 w następującym brzmieniu „Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez serwis techniczny...” oraz w załącz. nr 3 – wzór umowy, § 4 ust. 5 wykreśla słowo „autoryzowany”.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych