

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

DZP.381.55A.2023

Katowice 21.07.2023

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

SZANOWNNI WYKONAWCY

Dotyczy:

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **dostawa zestawu endoskopowego wraz z zestawem do jego mycia.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU:

Pytanie nr 1

Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 4 ust. 2: „Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Zestawu nie wynikające z winy Zamawiającego, w tym będące wynikiem eksploatacyjnego zużycia Zestawu lub jego części (podzespołów), poza wideoendoskopami, dla których gwarancja obejmuje również uszkodzenia mechaniczne (np. przegryzienia, zalanania itp.).”

Na zapis następującej treści:

„Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Zestawu nie wynikające z winy Zamawiającego, w tym będące wynikiem usterki lub wady ukrytej, która ujawniła się w okresie gwarancji, a nie powstała na skutek użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi przez użytkownika dotyczy oferowanego Zestawu lub jego części (podzespołów), poza wideoendoskopami, dla których gwarancja obejmuje również uszkodzenia mechaniczne (np. przegryzienia, zalanania itp.).”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 2

Dotyczy: projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 4 ust. 3: „W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 (obejmującego koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy albo wymiany Zestawu lub (jeżeli to możliwe) wymiany poszczególnych części (podzespołów) także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany tych części (podzespołów) jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia Zestawu lub jego części (podzespołów).”

Na zapis następującej treści:

„W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 (obejmującego koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy albo wymiany Zestawu lub (jeżeli to możliwe) wymiany poszczególnych części (podzespołów) także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany tych części jest wynikiem usterki lub wady ukrytej, która ujawniła się w okresie gwarancji, a nie była wynikiem użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi przez użytkownika.”? **Zakres usług opisanych w § 4, ust. 3 poszerza ogólnie określone warunki gwarancji o eksploatacyjne zużycie, które, co do zasady nie jest przedmiotem**

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

gwarancji, a może spowodować zwiększenie wartości oferowanego sprzętu. Urządzenia, sprawne użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i ich zastosowaniem podlegają eksploatacyjnemu zużyciu, ale nie świadczy to, że są uszkodzone lub wadliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 3

Dotyczy: projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 4 ust. 6: „Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego lub wadliwego Zestawu w czasie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności wymiany części zamiennych 5 (pięć) dni roboczych od daty zgłoszenia.”

Na zapis następującej treści:

„ Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego lub wadliwego Zestawu w czasie nie dłuższym niż 5 (pięciu) dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności wymiany części zamiennych 14 (czternastu) dni roboczych od daty zgłoszenia.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 4

Dotyczy: projektu umowy par. 5 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar nie mogła przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust 1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający w poz. VIII pkt. 66, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia realizującego funkcję: „Koagulacja monopolarna: min. 3 tryby.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w załączniku nr 3 – w załączeniu.

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający w poz. VIII pkt. 67, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia realizującego funkcję „Min. dwa rodzaje trybów monopolarnych.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w załączniku nr 3 – w załączeniu.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Pytanie nr 7

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający w poz. VIII pkt. 68, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia realizującego funkcję: „Min. dwa różne programy do polipektomii – różne funkcje o różnych przebiegach prądowo-napięciowych do ustawienia na urządzeniu.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w załączniku nr 3 – w załączeniu.

Pytanie nr 8

Dotyczy SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyposażenia, która nie jest wyrobem medycznym, objęte jest stawką VAT 23% i nie posiada dokumentów dopuszczających, np. akcesoria do wózka, akcesoria do ssaka, butla do argonu, rejestrator parametrów mycia i dezynfekcji, zmiękcacz wody, szafa do suszenia i przechowywania endoskopów i jej wyposażenie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 9

Dotyczy: formularza ofertowego

Czy w związku z powyższym dopuści podanie ceny w formularzu ofertowym w dwóch pozycjach, zawierających różne stawki VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Przeliczenie formularza zgodnie z pkt 10 rozdział XIV.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonuje następujących zmian:

1) SWZ : rozdział III punkt 5 – Opis przedmiotu zamówienia:

Było:

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w programie pn. „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie onkologii poprzez modernizację i zakup nowoczesnej aparatury medycznej w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU”

Powinno być:

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w programie pn. „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie onkologii poprzez modernizację i zakup nowoczesnej aparatury medycznej w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU” - [POIS.11.03.00-00-0103/22-00/260/2023/344](#)

2) Wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ § 1 PRZEDMIOT UMOWY pkt 1

Było:

Na podstawie oferty wybranej w postępowaniu na: Dostawę zestawu endoskopowego wraz z zestawem do jego mycia w ramach realizacji projektu pn. „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie onkologii poprzez modernizację i zakup nowoczesnej aparatury medycznej w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU” Zamawiający zamawia,

Powinno być:

Na podstawie oferty wybranej w postępowaniu na: Dostawę zestawu endoskopowego wraz z zestawem do jego mycia w ramach realizacji projektu pn. „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie onkologii poprzez modernizację i zakup nowoczesnej aparatury medycznej w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU” - [POIS.11.03.00-00-0103/22-00/260/2023/344](#) Zamawiający zamawia,

3) Zamawiający uzupełnia dokumentację postępowania o oświadczenia dotyczące procedury BHP o której mowa w pkt 4 § 7 Wzoru umowy.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający informuje o przesunięciu terminu:

składania ofert:


z 28.07.2023 godzina 10.00 na 31.07.2023 godzina 10:00

otwarcia ofert:

z 28.07.2023 godzina 10:30 na 31.07.2023 godzina 10:30

Załączniki:

- 1) Zmodyfikowany OPZ - załącznik nr 3
- 2) Oświadczenie dotyczące procedury BHP

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych