



DZP.381.35B.2023

Katowice 25.04.2023r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

Dot. postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na obsługę serwisową aparatury monitorującej parametry pacjenta

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

1 PYTANIE

Czy w związku z zaleceniami producenta Zamawiający wymaga wymiany akumulatorów w trakcie przeglądu w urządzeniach wchodzących w skład pakietów nr 3 i 7?

ODPOWIEDZ

Zgodnie z zapisami umowy §2 pkt 7 obsługa serwisowa będzie realizowana zgodnie z zaleceniami producenta aparatów.

Zamawiający nie wymaga aby podana cena zawiera koszty związane z wymianą akumulatorów.

2 PYTANIE

Część 2 Obsługa serwisowa aparatury monitorującej parametry pacjenta(Welch Allyn)

Czy zamawiający zezwoli na wykonywanie napraw wyłącznie w siedzibie wykonawcy?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga obsługi serwisowej zgodnie z zapisami we wzorze umowy §2 pkt. 5 i §2 pkt 6

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych