



DZP.381.12B.2021

Katowice 24.05.2021 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) p.n.:
Dostawa jednorazowych akcesoriów do aparatu do biopsji mammotomicznych pod kontrolą rezonansu magnetycznego wraz z dzierżawą aparatu - DZP.381.12B.2021

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – Punkt 1

W celu złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty prosimy o uznanie za równoważne:
Sterylna igła wraz z drenami, kompatybilna do wykonania biopsji pod kontrolą MRI:
9G 14cm, okno biopsyjne 20 mm i 12 mm. Igła wyposażona w koszyk na biopaty i konektor Y umożliwiający podanie znieczulenia w czasie trwania zabiegu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2: Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – Punkt 2

W celu złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty prosimy o uznanie za równoważne:
Znacznik tkankowy widoczny trwale w MRI i RTG wraz z kaniulą dostosowaną do aplikacji poprzez zestaw wprowadzający.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3: Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – Punkt 4 i 6

Każda oferowana przez nas igła składa się z ostrza, rękojeści, zestawy rurek do podłączenia z pojemnikiem próżniowym i systemem próżniowym. Dodatkowo igły przeznaczone do MRI posiadają dłuższe i grubsze rurki. Nie ma potrzeby stosowania „Rozszerzenie Tubbing do MRI” (pozycja 4) oraz „Zestaw jednorazowy uzupełniający do biopsji mammotomicznych wspomagających próżniowo” (pozycja 6) ponieważ wszystko jest sterylnie zapakowane w jednym opakowaniu razem z igłą. W związku z powyższym prosimy o możliwość pozostawienia wiersza 4 i 6 pustego w przypadku opisanym jak powyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4: Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ – Punkt 7

W celu złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty prosimy o dopuszczenie systemu ATEC Sapphire amerykańskiej firmy Hologic o następujących parametrach:

	System do grubo igłowej biopsji pod kontrolą RTG, USG i MRI
1.	Zasilanie 230V/50Hz
2.	Modułu kontrolny zainstalowany na zespole jezdnym, zapewniający sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia.
3.	Zintegrowany system próżniowy wytwarzający podciśnienie niezbędne do pobierania próbek z automatyczną kontrolą siły ssania w trakcie wykonywania procedury.
4.	Urządzenie zapewnia realizację biopsji pod kontrolą systemu stereotaktycznego oraz pod kontrolą USG bez konieczności wymiany systemu rękojeści i igieł.
5.	Urządzenie zapewnia realizację biopsji pod kontrolą rezonansu
6.	Możliwość stosowania znaczników biopsyjnych.
7.	Możliwość pobierania kolejnych wycinków bez konieczności wyjmowania igły biopsyjnej z miejsca badanej zmiany i zatrzymywania procesu biopsji i pracy igły.
8.	Obrót igły RTG o 360° wokół własnej osi
9.	System zapewnia możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu, przy zatrzymanym procesie pobierania biopłatów jak i w trakcie pracy igły. Proces podawania ręczny i automatyczny
10.	System zapewnia możliwość automatycznego podawania znieczulenia bez konieczności podawania go przez operatora
11.	System zapewnia możliwość przepłukiwania miejsca wycinka.

KRS: 0000049660



12.	Koszyczek na biopaty z siateczką o szczelinie nie większej niż 180 mikronów zabezpieczająca możliwość wydostania się mikro zwapnień podczas biopsji lub płukania
13.	Urządzenie zapewniające szybki proces pobierania wycinków, długość cyklu (otwarcie igły, wycięcie zmiany, zamknięcie igły)
14.	Proces wycinania - bez ruchów oscylacyjnych szarpiących tkanek
15.	Rękojeść, igła, węże ciśnieniowe do każdego zabiegu sterylne i jednorazowego użytku.
16.	Możliwość stosowania, dwóch rozmiarów igieł: 9 G, 12 G
17.	Długość okna biopsyjnego w dwóch rozmiarach 12 mm i 20 mm
18.	Długości igieł: 9cm, 12 cm i 14cm
19.	Igła z ostrzem trokarowym i tępym (zaokrąglonym)
20.	Urządzenie nie pozwala na pozostawienie igły niezamkniętej, każde zatrzymanie biopsji wiąże się z zamknięciem igły. Możliwość otwarcia igły tylko w trybie ręcznym
21.	Możliwość instalacji pojemnika na płyny powstałe podczas biopsji
22.	Na wyposażeniu przycisk nożny sterowany pneumatycznie
23.	Urządzenie w pełni zautomatyzowane bez wyświetlaczy, klawiatura membranowa
24.	System biopsyjny fabrycznie nowy, rok produkcji 2020/2021

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5: Dotyczy ust. 9 § 2 projektu umowy

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz rozprzestrzeniającym się zagrożeniem związanym z chorobą COVID-19, która zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 14 dni roboczych.

Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne, ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia.

Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu wirusa

COVID-19 i związanych z obecną sytuacją działań służb sanitarnych wielu państw mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach.

Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez Firmę Hologic z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony. Należy pamiętać również o czasie transportu, który w przypadku poczty kurierskiej z zagranicy w obecnej sytuacji trwa nawet 10 dni roboczych.

W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia do 14 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6: Dotyczy ust. 1 § 3 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu dostawy aparatu do 21 dni. Wyjaśniamy, iż obecna (trudna) sytuacja na świecie może mieć znaczący wpływ na możliwość dostarczenia aparatu, który pochodzi od producenta z zagranicy (USA).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7: Dotyczy ust. 4 § 4 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu usunięcia awarii i wyodrębnienie naprawy bez użycia części i z użyciem części zamiennych.

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych



(w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8: dotyczy ust. 4 § 4 projektu Umowy

W nawiązaniu do w/w zapisów, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy (ponad terminy określone przez Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9: Dotyczy ust. 2 § 7 projektu umowy

Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10:

W nawiązaniu do ust. 1.a i 1.b § 8 Projektu Umowy zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12:

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

UWAGA

Zamawiający modyfikuje zapis XIII.13.1 SWZ, który przyjmuje następujące brzmienie:

„13.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25.06.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Zamawiający niniejszym przesuwą termin składania ofert:

z 26.05.2021 r. godz. 10⁰⁰ na 27.05.2021 r. godz. 10⁰⁰

oraz przesuwą termin otwarcia ofert

z 26.05.2021 r. godz. 10³⁰ na 27.05.2021 r. godz. 10³⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Karolina Madej
mgr Karolina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych