



DZP.381.68B.2022

Katowice 11.10.2022

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

Dot. postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na dostawę wyrobów medycznych

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

1 PYTANIE

Część 3, poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Czy zamawiający dopuści kieliszki w kolorze przezroczystym / białe?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wydzielił poz. 2 do osobnej części, w formularzu asortymentowo – cenowym nie wskazuje ilości sztuk w opakowaniu. To wykonawca oferuje ilość sztuk w opakowaniu zgodnie z zapisem w załączniku 4,3 pod tabelą.

2 PYTANIE

Część 6, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści prześcieradło j.u. wykonane z warstwy papieru u warstwy folii PE?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w tym zakresie.

3 PYTANIE

Część 6, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści jednorazowe ściereczki do osuszania ciała w rozmiarze 30 33 lub 40 x 70 cm, pakowane w opakowanie foliowe?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w tym zakresie.

4 PYTANIE

Część 6, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny piankę która delikatnie oczyszcza skórę, pozostawiając na niej warstwę ochronną. Polecana przede wszystkim do pielęgnacji i oczyszczania wrażliwej, narażonej na podrażnienia skóry. Delikatnie i skutecznie nawilża, natłuszcza, koi i pielęgnuje skórę. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, w tym zapach moczu. Ma przyjazne dla skóry pH – stabilizuje kwaśny płaszcz ochronny skóry. Posiadająca składniki aktywne:

Biokompleks lniany – działa odżywczo, wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka i podwyższa odporność skóry na czynniki drażniące.

Pantenol - odpowiada za utrzymanie prawidłowego nawilżenia naskórka. Szczególnie ważny składnik w przypadku skóry łatwo ulegającej podrażnieniom.

Kwas mlekowy - wpływa na nawilżenie i nawodnienie skóry, utrzymując prawidłowy poziom wilgoci w naskórku. Skutecznie odbudowuje pH skóry i przywraca jej naturalny, fizjologiczny odczyn. Wykazuje działanie antybakteryjne.

Oliwa z oliwek – koi i łagodzi podrażniony naskórek. Wzmacnia naturalną odporność skóry, likwiduje jej szorstkość.

Sinodor® - pochłania nieprzyjemny zapach np. moczu czy kału.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

5 PYTANIE

Dotyczy Wzór umowy – zał. nr 3

§5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §5. brzmienia na następujące:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:



- a) w przypadku niedostarczenia zamówienia częściowego lub stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego - w wysokości 0,2% wartości brutto wyrobów medycznych, niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego - za każdy dzień zwłoki w dostawie,
- b) w przypadku stwierdzenia braku oznakowania dostarczonych wyrobów medycznych w sposób określony w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, wadliwości lub niezgodności dostarczonego wyrobu medycznego ze złożoną ofertą oraz zwłoki w dostarczeniu przez Wykonawcę wyrobów medycznych prawidłowo oznaczonych, wolnych od wad lub zgodnych ze złożoną ofertą - w wysokości 0,2% wartości brutto wyrobów medycznych dostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego, których dotyczy brak oznakowania, wadliwość lub niezgodność ze złożoną ofertą - za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,
- c) w wysokości 2% wartości brutto wyrobów medycznych niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup wyrobów medycznych od podmiotu trzeciego w okolicznościach określonych w § 2 ust. 13 niniejszej umowy, niezależnie od obowiązku pokrycia przez Wykonawcę różnicy pomiędzy ceną zakupu zastępczego i ceną przetargową,
- d) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca.
2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę na podstawie umowy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 ust.1.
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Należność z tytułu kary umownej będzie płatna w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej.
5. Dla skuteczności oświadczenia o obciążeniu karą umowną, wystarczające jest jego przesłanie na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy.

6 PYTANIE

Część 4, poz.5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej nierozciągliwej 4m x 5cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie opisane w pytaniu.

7 PYTANIE

Część 4, poz.5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej nierozciągliwej 4m x 10cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w tym zakresie

8 PYTANIE

Część 4, poz.6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zakładania szwów o składzie:

- 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 50cm x 60 cm, z centralnym otworem przylepnym o średnicy 8 cm, gramatura 60g/m²
- 1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 45cm x 75cm, gramatura 60g/m²
- 3 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20cm x 20cm 17-nitkowa
- 5 szt. Kompres włókninowy 7,5cm x 7,5cm włóknina 30G, 4-warstwowy
- 1 szt. Pęseta anatomiczna, metalowa dł. 12cm; stal nierdzewna
- 1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor zielony
- 1 szt. Igłotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy dł. 13 cm; stal nierdzewna
- 1 szt. Nożyczki ostre/ostre, metalowe dł. 11,4cm; stal nierdzewna

Pakiet jednorazowego użytku, o okresie przydatności: 3 lata; wyposażony w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy; narzędzia metalowe bez znaku CE, ze znakiem jednorazowości; opakowanie twardy blister dwukomorowy?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w tym zakresie



9 PYTANIE

Część 5, poz.1 – Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ściśnione w celu zminimalizowania odcisnąć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym w okolicy pięty. Rozmiar 19 cm x 20 cm (wkład chłonny 12,5 cm x 13 cm)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w tym zakresie

10 PYTANIE

Część 5, poz.2 – Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepną stanowi delikatna powłoka silikonowa zapewniająca lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem małym, średnim i obfitym. Rozmiar 12,5cmx12,5cm.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w tym zakresie

11 PYTANIE

Część 5, poz.3 – Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepną stanowi delikatna powłoka silikonowa zapewniająca lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem małym, średnim i obfitym. Rozmiar 17,5cmx17,5cm.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w tym zakresie

12 PYTANIE

Część 5, poz.4 – Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ściśnione w celu zminimalizowania odcisnąć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym w okolicy krzyżowej. Rozmiar 23cmx23cm (wkład chłonny 12,5cmx13cm).

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w tym zakresie

13 PYTANIE

Część 5, poz.5 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek do rurek tracheostomijnych w rozmiarze 8cm x 9cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w tym zakresie

14 PYTANIE

Część 5, poz.6 – Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ściśnione w celu zminimalizowania odcisnąć na skórze;



wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym. Rozmiar 18 cm x 18 cm (wkład chłonny 13cmx13cm)

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w tym zakresie

15 PYTANIE

Część 5, poz.7 – Czy Zamawiający dopuści przyklepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu. Część przyklepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ściśnione w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym. Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm (wkład chłonny śr. 3 cm)

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w tym zakresie

16 PYTANIE

Część 5, poz.8 – Czy Zamawiający dopuści przyklepny opatrunek z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu. Część przyklepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ściśnione w celu zminimalizowania odcisnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym w okolicy krzyżowej. Rozmiar 23cmx23cm (wkład chłonny 12,5cmx13cm).

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w tym zakresie

17 PYTANIE

Część 6, poz.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wykonanego z włókniny polipropylenowej foliowanej?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie opisane w pytaniu

18 PYTANIE

Część 6, poz.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wykonanego z papieru laminowanego folią wzmocnionego 8 nitkami, o gramaturze 40g/m2?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w tym zakresie

19 PYTANIE

Część 6, poz.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła wykonanego z papieru laminowanego folią wzmocnionego 48 nitkami, o gramaturze 40g/m2?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w tym zakresie

20 PYTANIE

Część 6, poz.3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oczyszczającej, nie zawierającej mydła pianki do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału. Pianka umożliwia wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna. Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące. Minimalizuje podrażnienia, tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Zawiera w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie. Opakowanie aluminiowe o pojemności 400 ml zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. Na opakowaniu nadrukowany skład oraz miejsce do opisu danych pacjenta oraz wskazówki dotyczące



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

stosowania w języku polskim. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowana jako kosmetyk.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie opisane w pytaniu

21 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 4, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 4m x 5cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

Zamawiający zmienia termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2022r godz. 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 17.10.2022r godz. 10:30

Termin związania ofertą : 15.11.2022r

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Mady
mgr Katarzyna
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

