



DZP/381/87A/2018

Katowice /21.09.2018

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

**Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
Rezonansu magnetycznego 3T z wyposażeniem oraz z adaptacją pomieszczeń na
potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego**

**ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE ZMIAN TREŚCI OGŁOSZENIA I SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:**

1. Załącznik nr 1 ZMIENIONY2 – wymagane parametry techniczne rezonansu magnetycznego 3T z wyposażeniem – ulegają zmianie w załączeniu zmieniony załącznik 1 – **ZMIENIONY 3**
2. Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych ulega zmianie – w załączeniu zmieniony załącznik nr 6
3. Zmiana treści zapisów SIWZ

W pkt VI.5.7) opisu oferowanego rezonansu magnetycznego 3T z wyposażeniem np. katalogi, ulotki lub inne materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w określonych pozycjach zmienionego załącznika nr 1 do SIWZ tj. 1.1; 2.2; 5.2 oraz w przypadku oferowania punktowanych parametrów tj. 1.8.1; 1.9; 1.10; 2.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3 ; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.5; 4.2.2; 4.3; 4.14; 4.16; 5.1; 5.9; 5.20; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6; 6.2.3; 6.3.3; 6.10.4; 6.10.10; 6.11.7; 6.11.8; 6.12.2; 6.13.3; 7.18; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.4; 8.3.8; 9.1.1; 9.4.6; 9.4.8; 10.3.2; 10.3.5; 10.3.10; 10.3.20; 10.3.21; 10.3.22; 10.3.23; 10.3.24;

Zamawiający zaleca aby w dokumentach **wskazać czytelnie pozycje** dotyczące wyznaczonych powyżej punktów.

W pkt. XIII. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium jakość (parametry techniczne):

Zamawiający dodaje dodatkowy opis:

W przypadku pozycji, gdzie punktacja wyliczana jest proporcjonalnie Zamawiający będzie stosował podane poniżej wzory, gdzie:

W_{max} – wartość parametru najwyższej ocenianego;

W_{min} – wartość parametru najniższej ocenianego;

W₁, W₂,... – wartości parametrów pośrednich, mieszczących się pomiędzy W_{min} a W_{max} ;

p_{max} - maksymalna liczba punktów;

p_{min} – min liczba punktów;

p_{x1}, p_{x2},... – wyliczana proporcjonalnie liczba punktów dla W₁, W₂,...

a) w pozycjach, w których najwyższą liczbę punktów otrzymuje najwyższa wartość parametru:

$$p_{x1} = (W_1 - W_{min}) \times p_{max} / (W_{max} - W_{min})$$

$$p_{x2} = (W_2 - W_{min}) \times p_{max} / (W_{max} - W_{min})$$

itd.

b) w pozycjach, w których najwyższą liczbę punktów otrzymuje najniższa wartość parametru:

$$p_{x1} = (W_{min} - W_1) \times p_{max} / (W_{min} - W_{max})$$

$$p_{x2} = (W_{min} - W_2) \times p_{max} / (W_{min} - W_{max})$$

itd.

c) w przypadku gdy zaoferowana wartość parametru jest taka sama we wszystkich złożonych ofertach (lub jest tylko jedna oferta) i jest ona odpowiednio większa/mniejsza od wartości granicznej (parametru wymaganego), Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów

d) w przypadku gdy zaoferowana wartość parametru jest taka sama we wszystkich złożonych ofertach (lub jest tylko jedna oferta) i jest ona równa wartości granicznej (parametr wymagany), Zamawiający przyzna 0 punktów.



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

4. Zmianie ulegają następujące terminy:

Termin wykonania wszystkich robót wraz z wyposażeniem oraz dostawą, instalacją rezonansu magnetycznego uzyskaniem niezbędnych odbiorów (w tym odbioru końcowego) nie później niż **do 17.12.2018 roku.**

Termin składania ofert upływa dnia 09.10.2018r o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2018r. o godz. 10:30

Oferta musi zachować ważność do 07.12.2018

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie obowiązują zgodnie z zapisem w pkt. X SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w zakresie obejmującym powyższe informacje, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Możej