



DZP/381/16B/2018

Katowice /06.03.2018

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu

**Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych**

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

mgr Andrzej Rechowicz
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

- 1. Pytanie** -Czy Zamawiający w Części 2 dopuści: Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?lub Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w załączniku 4.2 SIWZ.
- 2. Pytanie** -Czy Zamawiający w Części 3 dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amonowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby? lub Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amonowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w załączniku 4.3 SIWZ.
- 3. Pytanie** - Wzór umowy par. 5 ust. 1 lit c). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia określonego w par. 3 ust 1 niniejszej umowy - (...)" na zapis: "(...) w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część niniejszej umowy - (...)".
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.
- 4. Pytanie** - Czy Zamawiający w Części 19 dopuści enzymatyczny preparat – zawierający enzym proteaza do jednoczesnego manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i endoskopów, płyn do przygotowywania roztworów, może być stosowany w myjniach ultradźwiękowych, wysoka kompatybilność materiałowa, nie uszkadzający wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, roztwór roboczy aktywny przez 14 dni, roztwór 0,5% ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze (zgodnie z normą EN 14348), wirusobójcze, czas ekspozycji 15 min., opakowanie 5l z pompką dozującą?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w załączniku 4.19 SIWZ.



5. **Pytanie** - Czy Zamawiający w Części 9 w poz. 1 dopuści preparat w proszku do przygotowania roztworów, preparat do dezynfekcji narzędzi z aktywnym nadwęglanem sodu do dezynfekcji i mycia narzędzi okulistycznych, sprzętu anestezjologicznego, sprzętu wyposażonego w elementy optyczne, endoskopów, szkła laboratoryjnego, środek w postaci proszku bez aktywatora do przygotowywania wodnych roztworów użytkowych, 2% roztwór wykazuje działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze w czasie 30 min, badania według normy PN – EN nie mniej niż faza 2 etap 1 dla warunków czystych i brudnych, opakowanie do 1 kg z miarką?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w załączniku 4.9 SIWZ.
6. **Pytanie** - Czy Zamawiający w Części 9 w poz. 2 dopuści preparat do mycia i dezynfekcji urządzeń termolabilnych, narzędzi chirurgicznych, endoskopów, masek oddechowych, środek bezaldehydowy, zawierający nadwęglan sodu i enzymy, nie wymagający użycia aktywatora, spektrum działania: B, V, F, Tbc, S. Czas działania 30 min., przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej, preparat w proszku do przygotowywania roztworów, opakowanie 1 kg z miarką?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w załączniku 4.9 SIWZ.
7. **Pytanie** - Czy Zamawiający w Części 7 w poz. 1 dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu, gotowy do użycia środek do szybkiej dezynfekcji wyposażenia, do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością, nie zawierający aldehydów, wyrób medyczny, działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, unieczynnienie wirusy HBV, HCV, HIV, Rota, Vaccinia, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola, Noro, badania wg normy PN-EN nie mniej niż faza 2 etap 1 dla warunków czystych i brudnych, czas ekspozycji do 1 minuty, opakowanie z tworzywa sztucznego 1 litr ze spryskiwaczem?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w załączniku 4.7 SIWZ.
8. **Pytanie** - Czy Zamawiający w Części 7 w poz. 2 dopuści gotowy do użycia środek bezalkoholowy do szybkiej dezynfekcji wyposażenia z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, do głowic USG, nie zawierający aldehydów, fenoli, chloru, wyrób medyczny, do stosowania bez sputkiwania wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, unieczynnienie wirusy HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Ebola w czasie do 1 minuty, w czasie do 10 minut wykazuje działanie prątkobójcze, badania wg normy PN-EN nie mniej niż faza 2 etap 1 dla warunków czystych i brudnych, opakowanie z tworzywa sztucznego 1 litr ze spryskiwaczem?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie w części nr 7 poz. 2 również preparatu opisanego w pytaniu.
9. **Pytanie** - Czy Zamawiający w Części 3 dopuści chusteczki bezalkoholowe do szybkiej dezynfekcji wyposażenia z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, do głowic USG, nie zawierający aldehydów, fenoli, chloru, wyrób medyczny, do stosowania bez sputkiwania, do dezynfekcji inkubatorów, wykazujące działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, unieczynnienie wirusy HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Ebola w czasie do 1 minuty, w czasie do 10 minut wykazuje działanie prątkobójcze, badania wg normy PN-EN nie mniej niż faza 2 etap 1 dla warunków czystych i brudnych, rozmiar 13 x 20 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w załączniku 4.3 SIWZ.
10. **Pytanie** - Czy Zamawiający w Części 2 dopuści chusteczki dezynfekcyjne nasączone alkoholem, amina, QAV, do szybkiej dezynfekcji powierzchni, wyposażenia metoda przecierania, nie zawierają aldehydów, wyrób medyczny, chusteczki z włókniny wiskozowej odrywane pojedynczo, działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, unieczynnienie wirusy HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola, Rota, Adeno, badania wg normy PN-EN nie mniej niż faza 2 etap 1 dla warunków czystych i brudnych, czas ekspozycji do 1 minuty, rozmiar 13 x 20 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w załączniku 4.2 SIWZ.



- 11. Pytanie** - Część 2 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści chusteczki z włókna mieszanego działające na podane spektrum w czasie do 1 minuty, Adeno 3 minuty, posiadające badania wg norm EN 14476 wobec wirusa rota, adeno, Noro oraz wg RKI wobec wirusów HIV, HBV, HCV w opakowaniach wyłącznie flow pack, chusteczki pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 1875 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w załączniku 4.2 SIWZ.
- 12. Pytanie** - Część 3 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści chusteczki o działaniu B (wg EN 13727), F- drożdże (wg EN 13624), V (Vaccinia, BVDV – HIV, HBV, HCV, Rota) wg RKI w czasie do 1 minuty, Papova wg EN 14476 – 2 minuty, przebadane wg normy EN 16615 – 1 minuta, w opakowaniu wyłącznie flow pack po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 3500 op., spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w załączniku 4.3 SIWZ.
- 13. Pytanie** - Część 4 – 1 – Czy Zamawiający dopuści tabletki do mycia i dezynfekcji powierzchni o spektrum B, F, Tbc, V, S – do 15 minut warunki czyste, B, F, Tbc, V – do 15 minut warunki brudne spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w załączniku 4.4 SIWZ.
- 14. Pytanie** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 4 pozycji nr 1? Zadając to pytanie mamy pełną świadomość, że proponowane rozwiązanie jest dla Zamawiającego trudniejsze ze względów technicznych, gdyż wymaga oddzielnego oceniania pozycji w pakiecie. Jednak korzyści ekonomiczne dla Zamawiającego mogą być istotne.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje podziału Części nr 4 na kolejne części.
- 15. Pytanie** - Część 7 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści preparat działające na podane spektrum w czasie do 1 minuty, Adeno 3 minuty, posiadające badania wg norm EN 14476 wobec wirusa rota, adeno, Noro oraz wg RKI wobec wirusów HIV, HBV, HCV spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w załączniku 4.7 SIWZ.
- 16. Pytanie** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 7 pozycji nr 1? Zadając to pytanie mamy pełną świadomość, że proponowane rozwiązanie jest dla Zamawiającego trudniejsze ze względów technicznych, gdyż wymaga oddzielnego oceniania pozycji w pakiecie. Jednak korzyści ekonomiczne dla Zamawiającego mogą być istotne.
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje podziału Części nr 7 na kolejne części.
- 17. Pytanie** - Część 7 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści preparat o działaniu B (wg EN 13727), F- drożdże (wg EN 13624), V (Vaccinia, BVDV – HIV, HBV, HCV, Rota) wg RKI w czasie do 1 minuty, Papova wg EN 14476 – 2 minuty, przebadane wg normy EN 16615 – 1 minuta spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w załączniku 4.7 SIWZ.
- 18. Pytanie**- Pakiet nr 11 - Do jakich urządzeń zamawiający planuje używać preparatów z pakietu nr 11?
Odpowiedź: Preparaty będą stosowane w urządzeniach do dekontaminacji naczyń sanitarnych.
- 19. Pytanie** - Część 6, poz. 1- Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek, przeznaczonych do dezynfekcji matych powierzchni, na bazie kwasu nadoctowego. Spektrum działania B, F, V (Polio, Adeno, Noro), Tbc (M.terrae), S (C. difficile, B. subtilis). Redukcja wszystkich patogenów w czasie max 15 minut. Opakowanie po 50 szt. o wymiarach 20 x 30 cm. Opakowanie 50 szt. chusteczek. Wyrób medyczny.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.



- 20. Pytanie-** Część 7, poz. 1- Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu zarejestrowanego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny i/ lub produkt biobójczy.
- 21. Pytanie-** Część 9, poz. 2- Prosimy o dopuszczenie preparatu działającego bez dodatku aktywatora na: B, F (*C.albicans*, *A.niger*), Tbc (*M.terrae*, *M.avium*), V (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno, Noro, Rota w czasie max 15 minut, w stężeniu max 2%; pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 22. Pytanie-** Część 10, poz. 2- Prosimy o dopuszczenie do oceny lekko alkalicznego koncentratu o wysokiej wydajności do maszynowego mycia endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego, narzędzi medycznych i sprzętu medycznego, z zawartością enzymów i środków powierzchniowo czynnych. Dozowanie: 0,3%-0,8% (3/8 ml/L) w zakresie temperatur 30-65 stopni C. Gęstość ok. 1,1 g/cm³. Opakowanie 5L. Wyrób medyczny.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 23. Pytanie-** Część 19, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów i oprzyrządowania anestetycznego, na bazie kompleksu trzech enzymów oraz substancji powierzchniowo czynnych, usuwający zanieczyszczenia w postaci białek, tłuszczów i cukrów? Nadaje się również do stosowania w kąpieli ultradźwiękowej. Posiada wysoką kompatybilność materiałową. Spektrum działania obejmuje bakterie, drożdże, wirusy w stężeniu 0,5% w czasie oddziaływania do 15 min. Opakowanie 5L z pompką dozującą. Wyrób medyczny.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 24. Pytanie** – do formularza cenowego – załącznik nr 4.10 (część 10, poz. 1)-Czy Zamawiający dopuści preparat zgodny z SIWZ o gęstości 1,0 g/cm³ i wartości PH ok.4,3?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 25. Pytanie** – do formularza cenowego – załącznik nr 4.10 (część 10, poz. 2) - Czy Zamawiający dopuści preparat zgodny z SIWZ o gęstości 1,1 g/cm³?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 26. Pytanie** – Część 3- Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojczy: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakterio-bójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.



27. Pytanie – Część 8- Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro – w stężeniu 1% i czasie działania 15 minut oraz Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.

28. Pytanie – Część 8 - Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniają zapisy SIWZ wykazującegoznacznie szersze spektrum działania wobec B(MRSA, Legionella, Salmonella),Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV,Rota) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.

29. Pytanie – Dot. - załącznik 4.10-Czy Zamawiający w części 10 poz. 1. wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o następujących parametrach:„Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD. Zawiera w swoim składzie aldehyd glutarowy, inhibitory korozji(niezawierający gliksalu oraz soli kwasów organicznych). Przeznaczony do dezynfekcji termicznie - chemicznej w myjniach Olympus ETD . Dezynfekcja w temp max. 58°C. Spektrum działania: B, F, Tbc (Mycobacterium tuberculosis), V - 5 min. Opakowanie: 5l?Oferowany środek spełniałby wymóg deklaracji zgodności uzyskanej w wyniku przeprowadzenia badań z użyciem urządzenia myjącego tj. myjni endoskopowej ETD 3 firmy Olympus i oferowanego środka chemicznego w celu udokumentowania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności mycia i dezynfekcji całego zestawu, na który składa się zarówno urządzenie, jak i środki myjąco - dezynfekujące w nim zastosowane , zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN ISO 15883-4 (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.

30. Pytanie – Dot -załącznik4.10-Czy Zamawiający w części 10 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o następujących parametrach: „Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej ETD. Zawiera w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące. Niezawierający soli kwasów organicznych, z wykluczeniem substancji łatwopalnych .Przeznaczony do mycia maszynowego w myjniach Olympus ETD. Mycie w temp. max. 45°C. pH neutralne. Deklaracja zgodności CE. Opakowanie: 5L?Oferowany środek spełniałby wymóg deklaracji zgodności uzyskanej w wyniku przeprowadzenia badań z użyciem urządzenia myjącego tj. myjni endoskopowej ETD 3 firmy Olympus i oferowanego środka chemicznego w celu udokumentowania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności mycia i dezynfekcji całego zestawu, na który składa się zarówno urządzenie, jak i środki myjąco - dezynfekujące w nim zastosowane , zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN ISO 15883-4 (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.

31. Pytanie – Dot -załącznik 4.10- . Czy Zamawiający części 10 poz. 1, wyrazi zgodę na zaokrąglenie w górę ilości oferowanego środka dezynfekującego do pełnych opakowań (opakowanie 15L 3 x 5l), tj. zaokrąglenie do 162 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ. (opakowania muszą mieścić się w obu typach myjni opisanych w SIWZ)



- 32. Pytanie** – Dot. - załącznik 4.10- Czy Zamawiający części 10 poz. 2, wyrazi zgodę na zaokrąglenie w poz. 2 w górę ilości oferowanego środka myjącego do pełnych opakowań (opakowanie 15L 3 x 5l), tj. zaokrąglenie do 81 opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ. (opakowania muszą mieścić się w obu typach myjni opisanych w SIWZ)
- 33. Pytanie** – Dot. pakietu 10 - załącznik 4.10- Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane płyny spełniały wymóg deklaracji zgodności uzyskanej w wyniku przeprowadzenia badań z użyciem urządzenia myjącego tj. myjni endoskopowej ETD 3 firmy Olympus i oferowanych środków chemicznych w celu udokumentowania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności mycia i dezynfekcji całego zestawu, na który składa się zarówno urządzenie, jak i środki myjąco - dezynfekujące w nim zastosowane, zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN ISO 15883-4 (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych DZ. U. nr. 16 poz. 74)? W przypadku przeprowadzenia badań typu, podmiot odpowiedzialny - Oferent, przejmuje pełną odpowiedzialność za efektywność i bezpieczeństwo procesu mycia i dezynfekcji, oraz za wszelkie szkody związane z uszkodzeniami sprzętu, niebezpieczeństwem stosowania dla personelu i pacjentów.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 34. Pytanie** – Dotyczy Części 1- Poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu jednodniowego, na bazie czwartorzędowego węglanu amonu, niejonowych związków powierzchniowo-czynnych i kompleksu enzymów, wykazującego skuteczność bójczą wobec B (EN14561), F - Candida albicans (EN 14562), V – HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia (EN 14476) w stężeniu 0,5% w czasie do 15 min.; Tbc – Mycobacterium terrae (EN 14348) w 15 min. - 2%, w opakowaniach 1L, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 35. Pytanie** – Dotyczy Części 2- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, o minimalnym rozmiarze 247cm² w opakowaniu po 100 szt. lub 360cm² w opakowaniu po 48 szt., z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 36. Pytanie** – Dotyczy Części 2-Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, o minimalnym rozmiarze 360cm² w opakowaniu po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, wykazujące działanie wobec bakterii, drożdży, wirusów (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes, VRS, Polyoma, Corona) w czasie do 5 min., grzyby, adeno i noro do 30 min. oraz M. terrae do 60 min.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 37. Pytanie** – Dotyczy Części 7- Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, wykazujący działanie wobec B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Herpes, Corona, Rota, Vaccinia, A H1N1) w czasie do 30 sek., Noro do 5 min. w warunkach czystych, gdyż preparaty alkoholowe do szybkiej dezynfekcji powierzchni powinny być aplikowane na niezanieczyszczone organicznie powierzchnie?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 38. Pytanie** – Dotyczy Części 7- Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, wykazujący działanie w czasie do 5 min. zamiast 1min.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 39. Pytanie** – Dotyczy Części 9- Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, wykazujący działanie w czasie do 15 min.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.



- 40. Pytanie** – Dotyczy Części 9- Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu wykazującego skuteczność bójczą wymaganą w SIWZ bez użycia aktywatora, w opakowaniach 1kg, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 41. Pytanie** – Dotyczy Części 14 - Poz. 2 - Czy Zamawiający oczekując preparatu skutecznego wobec *S.*, wymaga działania na *B. subtilis* i *C. difficile*?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby działanie preparatu było nie mniejsze niż w normie PN-EN 14347:2005 -*B. subtilis* i *B. Cereus*.
- 42. Pytanie** – Dotyczy Części 14- Poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający wymaga preparatu gotowego do użycia, bez konieczności aktywacji?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 43. Pytanie** – Dotyczy Części 14 - Poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający wymaga preparatu wykazującego działanie grzybobójcze wobec szczepów normalnych *Candida albicans* i *Aspergillus niger*?
Odpowiedź: TAK Zamawiający wymaga .
- 44. Pytanie** – Dotyczy Części 14 Poz. 2 - Czy Zamawiający oczekując preparatu skutecznego wobec *S.*, wymaga działania na *B. subtilis*, *B. cereus*, *C. difficile*, *C. sporogenes*?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby działanie preparatu było nie mniejsze niż w normie PN-EN 14347:2005 -*B. subtilis* i *B. Cereus*.
- 45. Pytanie** – Dotyczy Części nr 15- Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suchych chust nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, o wymiarach 16x39 cm – 150 szt. chusteczek lub 18x39 cm – 256 szt. chusteczek, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 46. Pytanie** – Dotyczy części nr 18- Poz. 1 – Czy Zamawiający zgodnie z normą 1500 „Higieniczne odkażanie rąk” Zamawiający wymaga działania wobec B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro) w czasie do 30 sek.?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu, który wykazuje działanie bójcze na wirus Adeno w czasie określonym dla higienicznego odkażania rąk
- 47. Pytanie** – Dotyczy części nr 18- Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie etanolu 70g, zawierający substancje nawilżające typu gliceryna, glicerydy, bisabolol, o gęstości 0,86g/cm², spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu o zawartości etanolu mniejszej niż 85 g/ 100ml wykazującego wymagane działanie bójcze.
- 48. Pytanie** – Dotyczy części nr 18- Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie etanolu, spełniający wymagania SIWZ? Wymóg posiadania co najmniej 3 substancji aktywnych z różnych grup chemicznych jest wskazaniem na jednego wykonawcę, poza tym jedna substancja aktywna nie musi być gorsza od trzech innych, na co dowodem są badania skuteczności preparatu (oferowany preparat posiada działanie pełne wirusobójcze tzn. na poziomie Polio i Adeno). Poza tym im więcej różnych substancji zawiera dany środek tym więcej różnych czynników obciąża / podrażnia skórę rąk.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.
- 49. Pytanie** – Dotyczy Części nr 19 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparaty wykazujące działanie prątkobójcze wobec *Mycobacterium tuberculosis* wg metody Bactec – dopuszczonej i zaakceptowanej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu, którego działanie prątkobójcze badano wg metody opisanej w pytaniu.



50. Pytanie - Pakiet nr 7- Poz 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu spełniającego zapisy SIWZ, sklasyfikowanego i oznakowanego zgodnie z REACH Sekcja 2 jako substancja żrąca, drażniąca. Identyfikacja zagrożeń potwierdzona dla oddychania, błon śluzowych, oczu, skóry i inne.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.

51. Pytanie - Pakiet nr 7- Poz 2. Prosimy o dopuszczenie preparatu z fabrycznie zamontowanym spryskiwaczem. I odstąpienie od wymogu ograniczającego konkurencję i wskazującego na konkretne znaki towarowe cyt „Opakowanie zamykane nakrętką. Dodatkowo spryskiwacz tworzący pianę w cenie.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przypadku preparatu bezalkoholowego opakowanie ze spryskiwaczem pianowym zamontowanym fabrycznie.

52. Pytanie - Pakiet 8-Prosimy o dopuszczenie koncentratu w płynie do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wymienionych w SIWZ wyrobów medycznych o szerokim spektrum działania wobec: B(w tym MRSA i Legionella) warunki brudne, F (C. albicans) warunki brudne, Tbc (M.Avium i M.Terrae), V (HIV, HBV,HCV, ROTA) w czasie 15 minut w stężeniu max. 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Poli i Adeno zgodnie z PN EN 14885. Dobre właściwości myjące i wysoka kompatybilność materiałowa, nie uwalniający aktywnego chloru, tlenu, biguanidyny, związków fenolowych i aldehydów. Może być stosowany w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych, waniach z hydromasażem, do zalewania chust, oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wyrób medyczny. Kolor przezroczysty bezbarwny żółtawy opalizujący. Kanister twardościenny 5L. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania i automatycznego dozowania w systemach 4MedDozProfi, MedForteDoz, i SForteExtraDoz tego samego producenta. W ilości 400 szt. opakowań 5L co stanowi równoważną ilość r-ru roboczego niezbędną zamawiającemu na okres postępowania w stosunku do opisanego stężenia 0,5%. Zwracamy uwagę zamawiającemu że zastosowany opis przedmiotu zamówienia preferuje znaki towarowe o słabszych parametrach koncentracji substancji czynnych czyli wyższych stężeniach użytkowych. Naturalną kolejną rzeczą jest że preparaty wyżej skoncentrowane w opakowaniach 5L są droższe a zamawiający nakazuje wycenić zawsze 800 kanistrów. Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia tak aby składane oferty były porównywalne. Zatem powinien dopuścić stosowne przeliczenie lub podać ile r-ru roboczego potrzebuje na okres postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.

53. Pytanie - Pakiet 9 -POZ 11 POZ 2 Prosimy o dopuszczenie do oceny produktu - Preparat na bazie aktywnego tlenu - Preparat w proszku na bazie nadwęglanu nie wymagający aktywatora do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych o szerokim spektrum działania w warunkach brudnych: B, F, Tbc, V (Polio i Adeno), S EN 13704 (Clostridium Difficile, B.Subtilis, B.Cereus, C.Sporogenes) i niskim stężeniu roboczym w czasie do 10 min. Stężenie użytkowe 1,75%. DLA opakowanie lkg z miarką 17,5 g, ze stosownym przeliczeniem ilości opakowań dla zachowania ilości litrów roboczych wymaganych przez zamawiającego o opisanej skuteczności bójczej i stężeniu 2%. Zwracamy uwagę zamawiającemu że zastosowany opis przedmiotu zamówienia preferuje znaki towarowe o słabszych parametrach koncentracji substancji czynnych czyli wyższych stężeniach użytkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.

54. Pytanie - Pakiet 18- Zamawiający opisał konkretne znaki towarowe uniemożliwiając konkurencję i uniemożliwiając dostęp do zamówienia publicznego konkurencyjnym znakom towarowym z tej uwagi domagamy się dopuszczenia na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 w

Poz 2

Żelowego preparat na bazie alkoholu etylowego (72g/100g), będący mieszaniną alkoholi bez zawartości chlorheksydyny, biguanid, butanu-2-on i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia, Rota, Adeno, Polio) w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk PN-EN 1500 w czasie 30 sekund, Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 1,5 minuty.

POZ 3



Płynnego preparat na bazie alkoholu etylowego (72g/100g), będący mieszaniną alkoholi bez zawartości chlorheksydyny, biguanid, butanu-2-on i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia, Rota, Adeno, Polio) w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk PN-EN 1500 w czasie 30 sekund, Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 1,5 minuty.

Poz 4


Żelowego preparat na bazie alkoholu etylowego (72g/100g), będący mieszaniną alkoholi bez zawartości chlorheksydyny, biguanid, butanu-2-on i pochodnych fenolowych do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o szerokim spektrum mikrobójczym: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia, Rota, Adeno, Polio) w czasie do 30 sekund. Higieniczna dezynfekcja rąk PN-EN 1500 w czasie 30 sekund, Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791 w czasie 1,5 minuty. Opakowanie 1L SYSTEM dispenso wraz z 50 dozownikami.

Odpowiedź: W części nr 18 pozycji 2 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu zawierającego mniej etanolu niż 85g/100 ml, przy zachowaniu opisanego działania bójczego.

W części 18 pozycji 3 i pozycji 4 Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w SIWZ.

55. Pytanie - Część 8, poz. 1- Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat typu Taski Sprint Degerm zarejestrowany jako wyrób biobójczy, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu zarejestrowanego jako wyrób medyczny i/ lub preparat biobójczy.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych