

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Wideokolposkop - 1 szt.

Lp.	Opis parametrów, funkcji	Parametry wymagane
1.	Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2023	TAK
2.	Oświetlenie (zimne światło): Podłączenie światłowodowe typu Storz Wbudowany filtr zielony Bezzumowy – chłodzony 10 stopniowa regulacja natężenia światła Możliwość łatwego wymontowania ze stojaka	TAK
3.	Głowica mikroskopu: Stereoskopowa - wbudowana 5 stopniowa lunetka Galileusza.	TAK
4.	Typ optyki: apochromatyczna	TAK
5.	Zakres pochylenia głowicy w płaszczyźnie pionowej: +12° / -25°	TAK
6.	Zakres przesuwu głowicy w pionie: 730 min / 980 max	TAK
7.	Obrót głowicy prawo / lewo: 90° / 90°	TAK
8.	Obrót ramienia podstawy kolposkopu: 360°	TAK
9.	Max wysuw głowicy w poziomie: 920mm	TAK
10.	Regulacja przeciwwagi ciężaru głowicy kolposkopu: Pokrętło regulacyjne min /max	TAK
11.	Zmieniacz powiększeń pięciopozycyjny: Powiększenia osiągnane: 18x, 11x, 7x, 5x, 3x	TAK
12.	Średnica pola widzenia: 14mm, 25mm, 35mm, 50mm, 85mm	TAK
13.	Głębina pola: 3-32mm	TAK
14.	Regulacja micro: W obiektywie, bez konieczności przesuwu głowicy – zakres regulacji 25mm	TAK
15.	Obiektyw stereoskopowy: Ogniskowa f=300mm	TAK
16.	Okulary stereoskopowe o pow. min 8x powiększenie >8x– 5 pkt. powiększenie ≥ 8x – 0 pkt	TAK Parametr punktowany zgodnie z Formularzem do oceny parametrów technicznych - zał. nr 4A
17.	Oświetlenie koaksjalne przez obiektyw: Odchylenie ±0,5°	TAK
18.	Średnica pola oświetlonego: min 80mm średnica pola > 90mm – 5 pkt. Średnica pola 80mm -90mm – 0 pkt	TAK Parametr punktowany zgodnie z Formularzem do oceny parametrów technicznych - zał. nr 4A

19.	Regulacja dioptryjna na obu okularach w zakresie +/- 6 dioptrii	TAK
20.	Mocowanie na statywie samojezdnym, pięciokołowy (hamulce na wszystkich kołach)	TAK
21.	Wysokorozdzielcza kamera CCD 1/3", rozd. 470 linii, kontrola balansu bieli, manualne ustawienie kolorów	TAK
22.	Opcje balansu bieli kamery: automatyczny i manualny	TAK
23.	Monitor medyczny AG Neovo 17" format obrazu 4:3	TAK
24.	Oprogramowanie do tworzenia raportów z badań kolposkopowych, endoskopowych i archiwizacji w postaci elektronicznej	TAK

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w zestawieniu parametrów techniczno - użytkowych
- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.
- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo
- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.