



DZP.381.73A.2021

Katowice 14.01.2022 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczenia parametrów z zakresu hemostazy wraz z najmem analizatorów - DZP.381.73A.2021**

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: Dotyczy: "ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO DO NAJMU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "

ad. pkt.5. Czy wymagany "przebijak korków dla próbek aspiracyjno-próżniowych" ma dotyczyć również próbek umieszczonych/zaprogramowanych w pozycjach dla próbek pilnych?

Odpowiedź:

Z treści pytania wynika, iż dotyczy poz. 4. Wymagany w poz. 4 Zestawienia Parametrów Technicznych (załącznik nr 7 do SWZ) przebijak ma dotyczyć również próbek umieszczonych/zaprogramowanych w pozycjach dla próbek pilnych w związku z czym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SWZ zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją w/w załącznika.

Pytanie nr 2: Dotyczy: "ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO DO NAJMU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "

ad.pkt.15. Czy "automatyczna identyfikacja dzięki wbudowanemu czytnikowi kodów kreskowych" ma dotyczyć zarówno próbek badanych jak i odczynników? Czy identyfikacja ta powinna być w pełni automatyczna, nie wymagająca manualnego, pojedynczego skanowania wkładanych na pokład materiałów?

Odpowiedź:

Z treści pytania wynika, iż dotyczy poz. 14. Wymagana w poz. 14 Zestawienia Parametrów Technicznych (załącznik nr 7 do SWZ) Automatyczna identyfikacja dzięki wbudowanemu czytnikowi kodów kreskowych ma dotyczyć zarówno próbek badanych jak i odczynników. Identyfikacja ta musi być w pełni automatyczna, nie wymagająca manualnego, pojedynczego skanowania wkładanych na pokład materiałów. w związku z powyższym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SWZ zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją w/w załącznika.

Pytanie nr 3: Dotyczy umowy RODO

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, kiedy do takiego przetwarzania nie dochodzi w związku z uwzględnieniem przez Wykonawcę ochrony danych osobowych w fazie projektowania analizatorów i ich oprogramowania oraz stosowaniem domyślnej ochrony danych w ustawieniach analizatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie odstępuje od wymogu podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pytanie nr 4: Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ Zestawienie parametrów technicznych oferowanego do najmu przedmiotu zamówienia Opis parametru, funkcji

Poz. 2.: „Analizatory pracujące metodami krzepnięciowymi / na zasadzie optycznej / chromogennymi oraz immunologicznymi.”

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści analizatory pracujące metodami krzepnięciowymi / na zasadzie optyczno-mechanicznej / chromogennymi oraz immunologicznymi?

Uzasadnienie:

Metoda optyczno-mechaniczna jest udoskonaloną metodą optyczną wpływającą na poprawienie jakości otrzymywanych wyników.



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Zamawiający niniejszym przesuwą termin składania ofert:

z 18.01.2022 r. godz. 10⁰⁰ na 25.01.2022 r. godz. 10⁰⁰

oraz przesuwą termin otwarcia ofert

z 18.01.2022 r. godz. 10³⁰ na 25.01.2022 r. godz. 10³⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Korina Małoj
mgr Karina Małoj
* w imię Działu Zamówień Publicznych