



DZP/381/35/EAT/2018

Katowice 20.08.2018

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

Dot. postępowania poniżej 30 000 euro na
dostawę urządzenia do ćwiczeń w podwieszeniu,

p.o.Dyrektora

mgr. Tomasz Kajor

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60


tel.: (32) 358 12 00

fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

PYTANIE - jaka jest wysokość pomieszczenia, w którym docelowo ma wisieć aparat opisany
w przetargu oraz jakiego rodzaju jest to sufit (podwieszany, żelbetonowy)?

ODPOWIEDZ : Wysokość pomieszczenia , w którym docelowo ma wisieć urządzenie do ćwiczeń w
podwieszeniu wynosi około 3metry . Sufit jest żelbetonowy.



p.o. DYREKTORA
mgr Tomasz Kajor