



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE  
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach

DZP/381/116A/2020

Katowice dn. 04.12.2020 r.

Kierownik Działu  
Zamówień  
Publicznych

mgr Karina Madej  
ul. Ceglana 35  
40-514 Katowice  
SEKRETARIAT  
tel.: (32) 358 14 60  
tel.: (32) 358 12 00  
fax : (32) 251 84 37  
sekretariat@uck.katowice.pl

**Do wszystkich wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

**Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę stacji dokujących z pompami strzykawkowymi (XIX) – DZP/381/116A/2020**

Informujemy, że w trakcie w/w przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy punktu nr 15-Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z automatycznym mocowaniem strzykawki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy punktu nr 19- Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne, gdzie komunikacja z systemem zarządzania infuzją jest realizowany przez stacje dokujące za pomocą portu Ethernet lub Wi-Fi, a komunikacja pomiędzy pompami za pomocą optodiody?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy punktu 21- Czy Zamawiający dopuści pompy infuzyjne z kolorowym wyświetlaczem dotykowym o bardzo dobrej czytelności oraz widoczności z daleka i pod kątem, o przekątnej 7,7 cm i powierzchni 25,53 cm<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy punktu nr 22- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z rejestrem pozwalającym na przechowywanie rejestru m.in. 2000 pełnych infuzji z datą i czasem każdego ze zdarzeń, co umożliwia zapis kilkunastu tysięcy zdarzeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy punktu nr 36- - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy bez możliwości manualnego przesunięcia tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości. Naszą prośbę motywujemy tym, że funkcja ta uznana jest jako bardzo niebezpieczna i nie powinna być stosowana. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie pompy, w której dostępny jest szybki bolus manualny, uruchamiany po dwukrotnym naciśnięciu przycisku „Bolus”. Czas uruchomienia takiego bolusa jest porównywalny lub krótszy od rozwiązania z bolusem w trybie „z ręki”. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż pompa wyświetla podaną aktualnie dawkę bolusa. Natomiast przy manualnym przesunięciu tłoka strzykawki pompa informuje o dawce wyłącznie po fakcie jej podania. Oferowane przez nas rozwiązanie jest bardzo korzystne dla Zamawiającego, gdyż

prawdopodobieństwo podania nieprawidłowej (nadmiernej) dawki leku ograniczone zostało do minimum.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy punktu nr 48- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych z trybem stand-by w zakresie od 1 min do 23h59min z programowaniem co 1 minutę. Ograniczenie funkcji Stand-by czasem wynika ze świadomego wyboru użytkownika pompy i ma wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i przydatność pompy, ze względu na przypomnienie o zaplanowanej czynności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający wymaga aby pompa była wyposażona w kolorowy, dotykowy wyświetlacz? Takie rozwiązanie znacznie ułatwia i przyspiesza obsługę pompy i programowanie parametrów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 8:**

Czy zamawiający wymaga aby pompa była wyposażona w klawiaturę numeryczną ułatwiającą i przyspieszającą programowanie infuzji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy SIWZ w następującym zakresie:**

a) punkt III.2. SIWZ:

Przedmiot zamówienia jest finansowany w ramach projektu: „**Zakup niezbędnej aparatury medycznej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach**”. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. POIS.09.02.00-00-0192/20

b) punkt 4.1 SIWZ:

4.1. Realizacja zamówienia: w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż do **30.04.2021**

c) wzór umowy (załącznik 6 do SIWZ) **§2 ust 1**, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić Aparaty oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do **6 tygodni od dnia zawarcia umowy, ale nie później niż do 30.04.2021 r.**, co zostanie potwierdzone dokumentem z odbioru podpisanym i opieczętowanym przez obie Strony. W/w termin nie może być wcześniejszy niż 04.01.2021.”

e) wzór umowy (załącznik 6 do SIWZ) Zamawiający wykreśla **§8 ust. 5 i 6**, jednocześnie zmianie ulega numeracja w dalszych punktach.

§ 8.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zmiany numeru rachunku bankowego wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
4. Strony dopuszczają zmiany danych stron w umowie (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), które wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony.
- ~~5. Strony dopuszczają możliwość zmiany ostatecznej daty wykonania przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 pod warunkiem:  
a) pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej na przesunięcie terminu,  
b) przesunięcia terminu przez Instytucję Pośredniczącą.~~
- ~~6. Zmiana, o której mowa w ust. 5, może dotyczyć zmiany daty określonej w § 2 ust. 1 tak, aby termin wykonania umowy wynosił **6 tygodni w sytuacji, gdy data 15.03.2021** nastąpi wcześniej niż **6 tygodni** od daty zawarcia umowy\*.~~
5. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przejąć jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.


6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawca powołuje koordynatora w osobie:..... a Zamawiający koordynatora w osobie: Kierownik Działu Aparatury Medycznej.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

#### **UWAGA**

**Zamawiający niniejszym przesuwą termin składania ofert:  
z 15.12.2020 r. godz. 10<sup>00</sup> na 22.12.2020 r. godz. 10<sup>00</sup>  
oraz przesuwą termin otwarcia ofert  
z 15.12.2020 r. godz. 10<sup>30</sup> na 22.12.2020 r. godz. 10<sup>30</sup>**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji:

- Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją w uwadze powyżej.
- Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia
- Zamawiający zmieniła nazwę projektu zgodnie z informacją w uwadze powyżej.

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
  
mgr Karina Madej  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych