



DZP.381.05.EAT.2023

Katowice 13.06.2023r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania 3

*Dot. postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert
„Dostawa 3 szt. Wideolaryngoskopów”*

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z dwiema wymiennymi rękojeściami pasującymi do różnych tyżek oraz z wyświetlaczem o stopniu ochrony IPX3, który nie pozwala na dezynfekcję całego urządzenia, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza

PYTANIE 2

Czy Zamawiający w §4 ust. 3 poprzez części/podzespoły ulegające eksploatacji rozumie także elementy jednorazowego użytku?

ODPOWIEDZ

Nie

PYTANIE 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 4 do 8 tygodni?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 4

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje by tyżki w rozmiarze 3 były przeznaczone do trudniejszych intubacji - tj były w specjalnym anatomicznym kształcie a nie zwykłymi standardowymi tyżki do normalnych intubacji

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

PYTANIE 5

Prosimy o potwierdzenie, że przez możliwość dezynfekcji całego aparatu zamawiający rozumie możliwość czyszczenia całego urządzenia tj: rękojeść z baterią, monitor, trzpień) jedną i tą samą metodą, i tym samym że urządzenie ma posiadać pełną ochronę przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia oraz pełną ochronę przed strumieniem wody z dowolnego kierunku.

ODPOWIEDZ


Zamawiający potwierdza powyższe

PYTANIE 6

Prosimy o potwierdzenie, że dla zamawianych 3 sztuk wideolaryngoskopów zamawiający oczekuje łącznie 50 sztuk tyżek jednorazowych w rozmiarze 3.

ODPOWIEDZ

Zamawiający potwierdza powyższe.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych