



DZP.381.68A.2021

Katowice 17.12.2021r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych,
trombektomii oraz diagnostyki wewnątrznaczyniowej

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

1 PYTANIE

Dotyczy przedmiotu zamówienia- część nr 10

Czy Zamawiający z części nr 10 wydzieli pozycję nr 3- Urządzenie do zamykania miejsc nakłucia tętnicy i utworzy nowy pakiet? Proszę swą motywujemy tym, iż Producent tegoż urządzenia wydał oświadczenie o problemach w dostawie zamykaczy naczyniowych trwających przynajmniej przez 2 kwartały roku 2022r. Znacznie utrudni to realizację umowy zawartej w zakresie części nr 10 lub ów problemy, niezawinione przez Wykonawcę, będą prowadziły do jej rozwiązania.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dokonuje podziału w zakresie części 10.

2 PYTANIE

Dot. Części 6, poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 5 z pakietu 6 i dopuszczenie SUBSTANCJI DO EMBOLIZACJI naczynek na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu o poniższych parametrach:

- Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH
- DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH
- Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie
- Dostępny w trzech lepkościach 18, 20 oraz 34.
- W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dokonuje podziału w zakresie części 6.

3 PYTANIE

pakiet 7 pkt 1.

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności a tym samym możliwość uzyskania lepszych (niższych), wartości ofert, czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 pkt 1 możliwość repositionowania do 90% oraz czy Zamawiający dopuści oraz w pkt. 5 czy zamawiający dopuści długości 115mm, 125mm, 135mm, 145mm (z wyłączeniem rozmiaru 105mm)

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza w części 7 pozycja 1 możliwość repositionowania do 90%, jednocześnie odpowiedź dotycząca części 7 poz. 5 znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 5

4 PYTANIE

pakiet 7 pkt. 1

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności a tym samym możliwość uzyskania lepszych (niższych), wartości ofert, czy Zamawiający dopuści w pakiecie 7 pkt 1 dodatkowo wersję mini w rozmiarze 2,5; 3,0; 3,5,

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie

5 PYTANIE

pakiet 7 pkt. 5

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

konkurencyjności a tym samym możliwość uzyskania lepszych (niższych), wartości ofert, w pkt. 5 czy zamawiający dopuści długości 115mm, 125mm, 135mm, 145mm (z wyłączeniem rozmiaru 105mm).

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie

Stosownie do art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 28.12.2021r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2021r. o godz. 10:30

Oferta musi zachować ważność do 27.03.2022r.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karolina Kozłowska
Kierownik Działu Zamówień Publicznych