



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

DZP.381.6B.2023

Katowice 20.03.2023 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy postępowania w trybie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji p.n.
Dostawa specjalistycznych pojemników na odpady medyczne - DZP.381.6B.2023

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

PYTANIE NR 1

pojemniki - pakiet nr 1 i nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane pojemniki na odpady medyczne posiadały odpowiednią opinię PZH, która potwierdza, że oferowane pojemniki mogą być stosowane w zakładach udzielających świadczenia zdrowotne, do zbierania niebezpiecznych odpadów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga opinii PZH.

PYTANIE NR 2

pakiet nr 1 i nr 2

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opinii PZH, która potwierdza, że oferowane pojemniki mogą być stosowane w zakładach udzielających świadczenia zdrowotne, do zbierania niebezpiecznych odpadów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga opinii PZH.

PYTANIE NR 3

pakiet 1 Poz. 6

Czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki 60 L były wyposażone w uszczelkę klejową umieszczoną pod pokrywą, która zapewnia pełną hermetyczność pojemnika po zamknięciu? Zamknięcie takie gwarantuje bezpieczne przechowywanie szczególnie niebezpiecznych odpadów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga uszczelki klejowej.

PYTANIE NR 4

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 2l wykonane metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości(HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemniki 2l wykonane metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości(HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP).

PYTANIE NR 5

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 60l wykonane z polietylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemniki 60l wykonane z polietylenu.

PYTANIE NR 6

Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 2l wykonane metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości(HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemniki 2l wykonane metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości(HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP).

KRS: 0000049660
Księga rej.: 000000018597



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Zamawiający:

- przesługuje termin składania ofert z dnia 24.03.2023r. godz. 10:00 **na dzień 27.03.2023 r. godz. 10:00**
- przesługuje termin otwarcia ofert z dnia 24.03.2023 r. godz. 10:30 **na dzień 27.03.2023 r. godz. 10:30**

W załączeniu zmodyfikowane formularze cenowe dla Pakietów 1 i 2

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. M.
mgr Karina M. M.
Pracownik Działu Zamówień Publicznych