



Katowice 27.08.2018r.

DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa wyrobów medycznych neurochirurgicznych - DZP/381/80A/2018**

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Część nr 5 - Zestaw do zewnętrznego drenażu komorowego dla dorosłych

L p.	Przedmiot zamówienia
1	Drenaż komorowy zewnętrzny dla dorosłych: lina pacjenta 185cm z trójkowym zaworem odcinającym, komora kroplowa 100ml ze skalą 1ml, worek 600-700 ml z kranikiem i plastikowym zatrzaskiem oraz filtrem, dren komorowy silikonowy ze znacznikiem co 1 cm, dł 29-35 cm, średnica zewnętrzna 3mm, średnica wewnętrzna 1,5mm z tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem impregnowany barem

Prosimy o dopuszczenie również drenażu komorowego z komorą kroplową 120 ml ze skalą 1 ml, drenem komorowym impregnowanym barem z 3 markerami długości – co 5 cm od końca proksymalnego, średnica wewnętrzna 1.5 mm, zewnętrzna 2.8 mm. Pozostałe bez zmian.

Prosimy o dopuszczenie również drenażu komorowego z komorą kroplową 75 ml ze skalą 1 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie również drenażu komorowego z komorą kroplową 120 ml ze skalą 1 ml, drenem komorowym impregnowanym barem z 3 markerami długości – co 5 cm od końca proksymalnego, średnica wewnętrzna 1.5 mm, zewnętrzna 2.8 mm. Pozostałe bez zmian.

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie również drenażu komorowego z komorą kroplową 75 ml ze skalą 1 ml.

Pytanie 2

Część nr 6 - Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego

L p.	Przedmiot zamówienia
1	Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego płynu mózgowo-rdzeniowego dla dorosłych: dren lędźwiowy poliuretanowy ze znacznikami, długość 80cm (+/- 5 cm), średnica zewnętrzna 1,55mm (+/- 2mm), wewnętrzna 0,7mm (+/- 2mm), z otworami i igłą Touhy 14G, łącznikiem luer oraz silikonowym motylkiem/ uchwytem do mocowania: metalowy, pokryty materiałem hydrofilnym przewodnik drenu lędźwiowego, długość 90cm (+/- 2 cm), średnica 0,4mm (+/- 2 mm), drenaż zewnętrzny płynu mózgowo-rdzeniowego, dren łączący 185cm (+/- 5 cm) z wkłuciem, komora kroplowa 100ml z filtrem, zatrzaskiem i skalą/podziałką co 1ml, worek 700ml z odpływem, filtrem i zatrzaskiem.

Prosimy o dopuszczenie również drenażu komorowego z komorą kroplową 120 ml ze skalą 1 ml, drenem lędźwiowym impregnowanym barem, pozostałe bez zmian

Prosimy o dopuszczenie również drenażu komorowego z komorą kroplową 75 ml ze skalą 1 ml.



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie również drenażu komorowego z komorą kroplową 120 ml ze skalą 1 ml, drenem lędźwiowym impregnowanym barem. Pozostałe bez zmian.

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie również drenażu komorowego z komorą kroplową 75 ml ze skalą 1 ml

Pytanie 3

Dotyczy Części 5:

Prosimy o dopuszczenie zestawu z linią pacjenta 150 cm, komorą kroplową 75 ml, worek 500 ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy Części 6:

Prosimy o dopuszczenie zestawu z linią pacjenta 150 cm, komorą kroplową 75 ml, worek 500 ml, dren lędźwiowy długość 80 cm i średnica zewnętrzna 1,8 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5

Dotyczy Części 8:

Prosimy o dopuszczenie wchłanianego produktu umożliwiającego regenerację tkanki własnej w postaci matrycy kolagenowej zewnątrzkomórkowej posiadającej strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości, umożliwiające szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej, ulegającej wchłanianiu w ściśle zaprojektowanym czasie. Materiał wykonany z czystego, 100% kolagenu bydlęcego typu I. Materiał posiadający właściwości hemostatyczne, adhezyjne, nie wymagający szycia. Materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniu, sterylny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6

pytanie do zadania nr 4 – markery optyczne, zestawy do biopsji

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 4 pozycje nr 1 i utworzy z niej odrębny pakiet?

Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie oferentów, zwiększając konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 4 pozycji nr 1 utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Z upoważnienia Dyrektora
Instytutu Medycyny
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik Biura Zamówień Publicznych