



DZP.381.20A.2022

Katowice dn. 17.05.2022 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawa odczynników do badań diagnostycznych- DZP.381.20A.2022**

Kierownik Działu

Zamówień

Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: Dotyczy rozdziału V pkt 6 SWZ oraz §2 ust. 1a wzoru umowy

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia poza odczynnikami będącymi wyrobami medycznymi są również produkty RUO oraz odczynniki chemiczne, zwracamy się z prośbą o dodanie do rozdziału V pkt 6 SWZ oraz par 2 ust. 1a zastrzeżenia „o ile dotyczy”

Odpowiedź:

Z kontekstu pytania wynika, iż dotyczy ono rozdziału III pkt 6 SWZ oraz §2 ust. 1a wzoru umowy w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis rozdziału III pkt 6 SWZ, który przyjmuje następujące brzmienie:

„6. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1565 z późn. zm. o ile dotyczy) i z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie”

W zakresie §2 ust. 1a wzoru umowy Zamawiający zmienia załącznik nr 5 (wzór umowy) zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją.

Pytanie nr 2: Dotyczy §3 ust. 3 wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu płatności z 30 na 60 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3: Dotyczy §5 ust. 1d) wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4: Dotyczy §5 ust. 1b) wzoru umowy

Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisu stanowiącego §5 ust. 1b) dotyczącego możliwości zlecenia badań w innej placówce na koszt wykonawcy, w przypadku zwłoki w dostawie ponad 5 dni od wymaganego terminu. Kara za każdy dzień zwłoki w dostawie została przewidziana w §5 ust. 1a

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5: Dotyczy §2 ust. 9 wzoru umowy

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności dostarczenia SDSów wraz z pierwszą dostawą w zamian za udostępnienie strony internetowej producenta, z której użytkownik będzie mógł samodzielnie pobrać SDSy w j. polskim?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie dokumentacji drogą mailową w terminie pierwszej dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza udostępnienie strony internetowej producenta, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać karty charakterystyki SDS w j. polskim

w związku z czym zmienia załącznik nr 5 (wzór umowy) zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktury mailem w formacie pdf?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wystawiał i przysyłał faktury, duplikaty faktur oraz ich korekty, a także noty obciążeniowe i noty korygujące w formacie pliku elektronicznego PDF na adres e-mail: faktury@uck.katowice.pl pod warunkiem, iż Zamawiający również będzie mógł dokonywać powyżej wskazanych czynności na wskazany przez Wykonawcę w umowie adres e-mail.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy).

Pytanie nr 7: Dotyczy formularza ofertowego pkt 6.1 oraz 6.2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podanie wyłącznie adresu email dot. składania zamówień z pominięciem numeru faksu (pkt. 6.1) oraz składania reklamacji również tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej bez konieczności podania numeru faksu.

Odpowiedź:

W formularzu ofertowym Zamawiającego brak jest wskazanego w zapytaniu punktu 6.1 oraz 6.2. Jeśli Wykonawca miał na myśli nr faksu wskazany w danych adresowych formularza ofertowego to Wykonawcy nie posiadający numeru faksu mogą nie wypełniać pozycji.

W zakresie zamówień na dostawy częściowe Wykonawca nie jest zobowiązany podawać nr faxu (patrz §2 ust 7 wzoru umowy).

Jedyna wzmianka w umowie dot. faxu znajduje się w §4 ust 1 wzoru umowy, lecz niniejszym Zamawiający wykreśla ten wymóg zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy).

Pytanie nr 8: Dotyczy pakietu nr 1 poz. 6

Ze względu na rozporządzenia UE REACH, które reguluje obrót substancjami chemicznymi na terenie UE okazało się, że detergent FACSRinse do czyszczenia igły i układu przepływowego w cytometrze, nie spełnia norm chemicznych, które są wymagane, aby ten produkt utrzymać w obrocie. Zamiennikiem w przypadku FACSCalibura, jest użycie dejonizowanej wody. Każdy nasz klient został wcześniej poinformowany o tym drogą mailową, oraz otrzymał instrukcję dotyczącą użycia dejonizowanej wody. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie poz. 6 z pakietu 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9: Dotyczy Pakietu 1

Informujemy, że odczynniki z poz. 1 i 4 mogą być niedostępne z uwagi na zaprzestanie ich produkcji, co na ten moment jest jednak okolicznością przyszłą i niepewną. Wykonawca nie ma wpływu jako firma handlowa na decyzje producenta w tym zakresie ani na terminy ewentualnego zaprzestania ich produkcji i dystrybucji. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na umieszczenie zapisu w umowie:

„Wykonawca oświadcza, a Zamawiający przyjmuje to do wiadomości i wyraża na to zgodę, że w sytuacji jeżeli dojdzie do zaprzestania produkcji odczynnika/odczynników będących przedmiotem niniejszej umowy, będzie to oznaczało, że doszło do obiektywnej niemożności świadczenia o jakiej mowa w art. 475 paragraf 1 kc w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy PZP. Gdyby w związku z zamówieniem jakiego dokona Zamawiający tego rodzaju sytuacja miała miejsce, Wykonawca poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. W takim przypadku nie zachodzi causa do naliczenia kar umownych z tytułu braku lub opóźnienia w dostawie, Zamawiający nie odstąpi od umowy w części lub całości lub nie dokona jej wypowiedzenia z tego tytułu, a zamówienie publiczne w postaci umowy jaka łączy strony, nie zostanie uznane za nienależycie wykonane. Zobowiązanie wygaśnie bowiem tylko w tej części, które stało się niemożliwe do wykonania z uwagi na zaprzestanie produkcji konkretnego odczynnika/odczynników”. Informujemy, że bez powyższego zapisu złożenie oferty na odczynniki w postępowaniu nie będzie możliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 10: dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu każdorazowo, wcześniejszej zgody Zamawiającego, zezwoli na dostarczenie towaru o dacie ważności krótszej niż określona zapisami SIWZ? Jednocześnie zapewniamy, iż dostarczymy towar z możliwie najdłuższą, dostępną datą ważności na moment realizacji zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11: Pytanie dotyczy pakietu nr 2 poz. 1 i 2

Ze względu na uwarunkowania produkcyjne i specyfikę krwi kontrolnej (poz.1 i 2 pakiet 2), które są produkowane na zamówienie wg. harmonogramu ustalonego na cały rok kalendarzowy w ściśle określonej ilości zgodnej ze złożonymi zamówieniami, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość załączenia harmonogramu produkcji niniejszych kontroli i aktualizowanie go pod koniec każdego roku kalendarzowego, aby Zamawiający miał możliwość zadeklarowania, kiedy oczekuje dostawy niniejszej kontroli w ciągu trwania kontraktu, aby zapewnić dostępność i ciągłość dostaw. Jeśli zamówienie nie zostanie złożone zgodnie z harmonogramem produkcji, nie ma możliwości dostępności tego produktu w naszym magazynie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

UWAGA

Zamawiający niniejszym modyfikuje załącznik nr 5 (wzór umowy) zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją

Zamawiający niniejszym przesługuje termin składania ofert:

z 24.05.2022 r. godz. 10⁰⁰ na 30.05.2022 r. godz. 10⁰⁰

oraz przesługuje termin otwarcia ofert

z 24.05.2022 r. godz. 10³⁰ na 30.05.2022 r. godz. 10³⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Górskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych