



DZP/381/84B/2020

Katowice / 07.10.2020

SZANOWNI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy postępowania p.n.: „Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej” –
DZP/381/84B/2020

Pytanie 1: Pytanie dot. SIWZ roz. XIII Ad. 2 (dot. pakietu nr 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wykonania naprawy bez użycia części zamiennych max. do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii?

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin wykonania naprawy bez konieczności użycia części zamiennych (dotyczy pakietu 4) w związku z powyższym modyfikuje formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem) oraz punkt XIII ad. 2) SIWZ:

Dotyczy pakietu 1-3:

Ad. 2 kryterium Termin wykonania naprawy bez konieczności użycia części zamiennych (Tnb) – waga 40%

Kryterium **Termin wykonania naprawy bez konieczności użycia części zamiennych** będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu wykonania naprawy bez konieczności użycia części zamiennych.

Sposób obliczania punktów dla w/w kryterium:

$$T_{nb} = \frac{T_{of}}{T_{max}} \times 100 \times 40 \%$$

termin wykonania naprawy bez użycia części zamiennych	liczba punktów
3 dni robocze	1
2 dni robocze	5
1 dzień roboczy	10

T_{of} – wartość punktowa terminu wykonania naprawy bez użycia części zamiennych badanej oferty

T_{max} – największa wartość punktowa terminu wykonania naprawy bez użycia części zamiennych

T_{nb} – liczba punktów w ramach kryterium „Termin wykonania naprawy bez konieczności użycia części zamiennych”

Maksymalny termin to: 3 dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 40 punktów.

W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje 3 dniowy termin.

Dotyczy pakietu 4:

Ad. 2 kryterium Termin wykonania naprawy bez konieczności użycia części zamiennych (Tnb) – waga 40%

Kryterium **Termin wykonania naprawy bez konieczności użycia części zamiennych** będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu wykonania naprawy bez konieczności użycia części zamiennych.

Sposób obliczania punktów dla w/w kryterium:

$$T_{nb} = \frac{T_{of}}{T_{max}} \times 100 \times 40 \%$$



termin wykonania naprawy bez użycia części zamiennych	liczba punktów
5 dni robocze	1
2 -4 dni robocze	5
1 dzień roboczy	10

T_{of} – wartość punktowa terminu wykonania naprawy bez użycia części zamiennych badanej oferty

T_{max} – największa wartość punktowa terminu wykonania naprawy bez użycia części zamiennych

T_{nb} – liczba punktów w ramach kryterium „Termin wykonania naprawy bez konieczności użycia części zamiennych”

Maksymalny termin to: **5 dni robocze** (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 40 punktów.
W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki zamawiający uzna, że wykonawca deklaruje **5 dniowy termin**.

Pytanie 2: Pytanie dot. Załącznika nr 6 (dot. pakietu nr 4) – Wzór umowy §2 pkt 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wykonania naprawy max. do 10 dni roboczych przy konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje wzór umowy dotyczący pakietu 4 par. 2 pkt. 11 w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii (dokonania naprawy) w terminie nie dłuższym niż dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (za pomocą faxu lub poczty elektronicznej). W przypadku, gdy usunięcie awarii wymaga użycia części zamiennych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ciągu 3 dni roboczych Zamawiającemu kalkulacji określającej koszt tych części i niezbędnej do oceny przez Zamawiającego zasadności naprawy. Wykonawca może przystąpić do naprawy po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnej akceptacji kosztów naprawy i jej zleceniu (e-mail lub fax), a termin naprawy (maksymalnie do 10 dni roboczych) liczony jest od dnia wystania akceptacji i pisemnego zlecenia naprawy.

Pytanie 3: Pytanie dot. Załącznika nr 6 (dot. pakietu nr 4) – Wzór umowy §2 pkt 13

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wstawienia urządzenia zastępczego?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje wzór umowy dotyczący pakietu 4 par. 2 pkt. 13 poprzez wykreślenia par. 2 ust. 13. Jednocześnie zmianie ulega numeracja kolejnych punktów a punkt 17 (przed modyfikacją 18) otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku opisanym w ust. 16, a także w przypadku gdy naprawa aparatu będzie nieoptymalna, Wykonawca wyda bez dodatkowych kosztów ze strony Wykonawcy orzeczenie techniczne kwalifikujące aparat do wycofania z eksploatacji

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje par. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

§4.

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100)– za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii względem terminu określonego zgodnie z §2 ust. 11 umowy, o ile ~~nie zostanie dostarczone tożsame urządzenie na czas przedłużającej się naprawy lub~~ Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużony termin naprawy zgodnie z § 2 ust.12,
- w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100)– - za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu kalkulacji wskazanej §2 ust. 11 umowy
- w wysokości w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) - za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu przeglądów technicznych względem terminu ustalonego zgodnie z § 2 ust. 5 umowy,
- w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy –w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.



2. Należność z tytułu kary umownej będzie płatna w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej.
3. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pytanie 4: Pytanie dot. Załącznika nr 6 (dot. pakietu nr 4) – Wzór umowy §3 pkt 3 oraz Załącznika nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody, aby wynagrodzenie zostało rozbite na dwie równe raty, na podstawie faktur wystawionych po wykonanej usłudze serwisowej w każdym roku obowiązywania umowy oraz o zmodyfikowanie załącznika nr 2 – wprowadzenie opłaty jednorazowej (w miejsce raty miesięcznej) oraz liczby lat (w miejsce liczby miesięcy)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

UWAGA

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert:
z 08.10.2020 r. godz. 10⁰⁰ na 13.10.2020 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesunął termin otwarcia ofert
z 08.10.2020 r. godz. 10³⁰ na 13.10.2020 r. godz. 10³⁰**

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karolina Mudry
mgr Karolina Mudry
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

