



DZP.281.43A.2024

Katowice dn. 01.07.2024 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

DYREKTOR

mgr Renata
Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawa odczynników chemicznych oraz odczynników laboratoryjnych do oznaczania autoprzeciwciał i alergenów i do oznaczania parametrów krytycznych wraz z najmem analizatorów**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Załącznika nr. 8 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Dot. Pakietu 2 pkt 33:

Prosimy o doprecyzowanie, że przeglądy nie będą wymagane przez Zamawiającego w przypadku analizatorów, które decyzją producenta takim przeglądom nie podlegają. Oferent przedłoży stosowne pismo.

Odpowiedź:

Niniejszym Zamawiający modyfikuje zapis punktu 33 Zestawienia parametrów Technicznych zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją w/w załącznika.

Jednocześnie zmianie ulega treść wzoru umowy dla pakietu 2, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją w/w załącznika.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Załącznika nr 5 Wzoru umowy dla Pakietu nr 2:

Par.4 ust. 3 Prosimy o dodanie następującego zapisu: *"W przypadku, gdy liczba napraw tego samego rodzaju Analizatora przekroczy 5 (pięć) w okresie kolejnych 12 m-cy"*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Załącznika nr 5 Wzoru umowy dla Pakietu nr 2:

Par. 8 ust. 1 lit g) – prosimy o usunięcie zapisu, gdyż w par.1 ust. 4 nie jest określona kwota. Poza tym skoro Zamawiający zleca wykonanie badań na koszt Wykonawcy, w tym wypadku kara jest tu podwójna

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym poprawia omyłkę w zakresie odniesienia do par.1 ust. 4 poprawiając zapis na par.1 ust. 2 w związku z czym zmianie ulega treść załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy) w zakresie pakietu 2 zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Załącznika nr 5 Wzoru umowy dla Pakietu nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zamianę treści umowy przez usunięcie zapisu par.2 ust 14 w całości?

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym wykreśla zapis w związku z czym zmianie ulega treść załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy) w zakresie pakietu 2 zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Załącznika nr 5 Wzoru umowy dla Pakietu nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy przez zastąpienie wartością 0,1% zapisu „...w wysokości 0,5% ..” w par. 8 ust 1 lit. a)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie nr 6:

Dotyczy Załącznika nr 5 Wzoru umowy dla Pakietu nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy przez zastąpienie wartością 0,1% zapisu „...w wysokości 0,5% ..” w par. 8 ust 1 lit. b)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie nr 7:

Dotyczy Załącznika nr 5 Wzoru umowy dla Pakietu nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy przez zastąpienie wartością 0,5% zapisu „...w wysokości 2% ..” w par. 8 ust. 1 lit. e)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie nr 8:

Dotyczy Załącznika nr 5 Wzoru umowy dla Pakietu nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy przez zastąpienie wartością 5% zapisu „...w wysokości 10% ..” w par. 8 ust 1 lit f)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie nr 9:

Dotyczy Załącznika nr 5 Wzoru umowy dla Pakietu nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy przez zastąpienie wartością 0,1% zapisu „...w wysokości 0,5% ..” w par. 8 ust 1 lit b)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie nr 10:

Dotyczy Załącznika nr 5 Wzoru umowy dla Pakietu nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy przez usunięcie zapisu par. 8 ust. 1 lit. g) w całości gdyż w opisanym przepisie nie może być mowy o winie Wykonawcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zapis dotyczący przyczyn za które odpowiada Wykonawca jest prawidłowy.

Pytanie nr 11:

Dotyczy Załącznika nr 5 Wzoru umowy dla Pakietu nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy przez zastąpienie wartością 20% zapisu „...nie przekroczy 50%..” w par. 8 ust. 2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 12:

Dotyczy Załącznika nr 5 Wzoru umowy dla Pakietu nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy przez zastąpienie wartością 2% zapisu „... jako 5 %..” w par. 11 ust. 9 lit. c)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 13:

Dotyczy Załącznika nr 5 Wzoru umowy dla Pakietu nr 2:

Na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP wnioskujemy o dodanie n/w zapisu do umowy celem doprecyzowania warunków świadczeń serwisowych dla personelu zajmującego się jego obsługą: W celu wykonania usług serwisowych analizatora/ów personel Wykonawcy uzyska nieograniczony dostęp do analizatora/ów stanowiących przedmiot dzierżawy w

uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że analizator/y jak również pomieszczenia, w których analizator/y jest zainstalowany nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu w brzmieniu proponowanym przez Wykonawcę lecz niniejszym modyfikuje zapis § 4 wzoru umowy (w zakresie pakietu 2) dodając ustęp 7 zgodnie z treścią dołączonego do niniejszych odpowiedzi modyfikacji wzoru umowy w zakresie pakietu nr 2.

Pytanie nr 14: Dotyczy pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów zużywalnych, niezbędnych do obsługi analizatorów tj. buforu czyszczącego, końcówek pipetujących, płyt do rozcieńczeń podstawowych, płyt do szeregów rozcieńczeń, butelki na koniugat FITC oraz tonerów, które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15: Dotyczy pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń, wchodzących w skład zestawu analizatorów, tj. kamery do mikroskopu, skanera, mieszadła, worteksu, drukarki oraz zestawu komputerowego, które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym modyfikuje w rozdziale IV SWZ punkt 1, który przyjmuje poniższe brzmienie:

„1. Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć w zakresie pakietu 1:

deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro dla następujących urządzeń wchodzących w skład najmowanego zestawu analizatorów: analizatora do metody Elisa, analizatora do testów paskowych, analizatora do testów IIFT, mikroskopu fluoroscencyjnego - dotyczy samych urządzeń bez dodatkowego wyposażenia”

Pytanie nr 16: Dotyczy pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kryterium oceny oferty PJ tj. nieodpłatna kontrola zewnątrz laboratoryjna w zakresie oferowanych testów (2x w roku) wraz z opracowaniem wyników i certyfikatem, nie obejmowała w swoim zakresie testu do diagnostyki twardziny układowej, ze względu na brak dostępnych programów na rynku dla tego parametru?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym przyzna punkty w zakresie pakietu 1 zgodnie z dołączonym do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanym wykazem do oceny parametrów jakościowych wskazanym w załączniku nr 1 do SWZ. W związku z powyższym zmianie ulega również treść załącznika nr 8 do SWZ (zestawienie parametrów technicznych) dla pakietu 1 zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 17: Dotyczy pakietu nr 1: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zapis załącznika nr 8 tj. „Analizator do metody ELISA z płuczką do mikroplutek”, odnosi się do wymogu posiadania przez analizator modułu płuczającego czy do konieczności zaoferowania dodatkowego urządzenia (płuczki do mikroplutek)?

Odpowiedź:

Zapis odnosi się do wymogu posiadania przez analizator modułu płuczającego. W związku z powyższym zmianie ulega treść załącznika nr 8 do SWZ (zestawienie parametrów technicznych) dla pakietu 1 zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 18: Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga dostarczenia kamery do mikroskopu fluorescencyjnego, która została przedstawiona w załączniku nr 8 jako akcesorium do analizatora do testów IIFT?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 19: Dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu §2. ust. 14 umowy tj.: „Zamawiający ma prawo zgłosić chęć zwrotu części zakupionego przedmiotu zamówienia, najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia dostawy, a Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony maksymalnie do 30 dni kalendarzowych.”?

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym wykreśla zapis w związku z czym zmianie ulega treść załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy) w zakresie pakietu 1 zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 20:

Zamawiający w umowie wskazuje iż:

„Umowa obowiązuje od dnia 29.09.2024 przez okres 24 miesięcy lub do dnia wyczerpania pełnej ilości Odczynników stanowiących przedmiot umowy, o ile nastąpi to wcześniej.” Jednocześnie w treści SWZ okres obowiązywania jest wskazany 12 miesięcy dla pakietu 3 i 4 – prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź:

Zarówno w specyfikacji jak i w załączniku nr 5 (wzór umowy dla pakietu 3 i 4) Zamawiający wskazał termin obowiązywania 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w związku z czym zapisy są jednolite i nie wymagają modyfikacji.

Pytanie nr 21:

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawę towar dla Zamawiającego.

Odpowiedzi:

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości

Pytanie nr 22:

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 23:

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 24:

W związku z tym iż zgodnie z art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 8, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25: Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26: Pytanie handlowe: Pakiet 4

Ze względu na użycie w pozycji 1 nazwy własnej produktu DPX, prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym usuwa pozycję nr 1 z pakietu nr 4 w związku z czym zmiana ulega treść załącznika nr 7 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy) dla pakietu 4 zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 27: Pytanie handlowe: Pakiet 4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 ksylenu o składzie: Ksyleny (o-, m-, p- izomery) - 85%, Etylobenzen – 10-15%, Toluen 0 – 0,5%, Benzen 0 – 0,01, opakowanie plastikowe sztywne wykonane z HDPE o pojemności 5L z nakrętką. Odczynnik posiadający deklarację IVDR

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ksylenu o podanym składzie.

Pytanie nr 28: Pytanie handlowe: Pakiet 4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 ksylenu o składzie: Ksylen 75 - <100 %, Etylobenzen – 10- <25%, opakowanie plastikowe sztywne wykonane z HDPE o pojemności 5L z nakrętką. Odczynnik posiadający deklarację IVDR

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ksylenu o podanym składzie.

Pytanie nr 29: Pytanie handlowe: Pakiet 4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 odczynnika Sirius Red w opakowaniach a'10 g

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odczynnik Sirius Red w maksymalnym opakowaniu 10 g w związku z czym zmiana ulega treść załącznika nr 7 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy) dla pakietu 4 zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

UWAGA

Zmianie ulegają następujące punkty SWZ:

1. Rozdział IV punkt 1 SWZ zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 15
2. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) w zakresie wszystkich pakietów, przy czym w zakresie Wykonawców nie składających oferty w zakresie pakietu 1 dopuszczalne jest złożenie pierwotnej wersji formularza ofertowego (tj. sprzed niniejszej modyfikacji).
3. Zmianie ulega treść załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy (dotyczy pakietów 1 i 2) zgodnie z treścią dołączonego do niniejszych odpowiedzi załącznika

4. Zmianie ulega treść załącznika nr 7 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu 4 zgodnie z treścią dołączonego do niniejszych odpowiedzi załącznika
5. Zmianie ulega treść załącznika nr 8 do SWZ – zestawienie parametrów technicznych dla pakietu 1 i 2 zgodnie z treścią dołączonego do niniejszych odpowiedzi załącznika

Zamawiający niniejszym przesuwą termin składania ofert:

z 08.07.2024 r. godz. 10⁰⁰ na 15.07.2024 r. godz. 10⁰⁰

oraz przesuwą termin otwarcia ofert

z 08.07.2024 r. godz. 10³⁰ na 15.07.2024 r. godz. 10³⁰

jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą

z 05.10.2024 r. na 12.10.2024 r.

