

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000,00 euro)

Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-952 Katowice, ul. Ceglana 35, zaprasza do składania ofert na **obsługę serwisową sterylizatorów plazmowych Sterrad 100S i Sterrad 100NX**

Szczegóły zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa sterylizatora plazmowego STERRAD 100S sterylizatora plazmowego Sterrad 100NX w zakresie konserwacji, napraw i przeglądów technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 Wykaz czynności do wykonania w trakcie przeglądu;
- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.
- Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczetowany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy – załącznik nr 1 oraz Formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 2.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

Miejsce i termin składania ofert - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-952 Katowice, ul. Ceglana 35 – Sekretariat – pokój nr D021 - w terminie do dnia 09.05.2018 r. do godz. 12:00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opisanej według poniższego wzoru kopercie :

„ Nazwa , adres Wykonawcy

.....

**Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35 40-952 Katowice
„Oferta: obsługa serwisowa Sterrad”
– Nie otwierać przed 09.05.2018 r. godz.12:00”**

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

W sprawach formalnych – Andrzej Rechowicz, Dział Zamówień Publicznych pok. 758 tel 32 3581-332


e-mail : zp@uck.katowice.pl

w godzinach pracy od poniedziałku do piątku godz. 7.25 – 15.00.

Zapraszający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Formularz cenowy
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy
4. Opis przedmiotu zamówienia

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

DZP/381/11/EAT/2018

Załącznik nr 1

Formularz cenowy

Tabela I – przeglądy i konserwacje

Nazwa aparatu	Data wykonania przeglądu	Rodzaj zestawu przeglądowego	Cena zestawu przeglądowego		Cena ryczałtowa za roboczogodziny w ramach przeglądu		Sumaryczna wartość (zestaw przeglądowy + roboczogodziny)**	
			Netto	Brutto(VAT 8%)	Netto	Brutto(VAT 23%)	Netto	Brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sterylizator plazmowy Sterrad 100NX s/n: 1042110030	(4-6.06.2018 r)	PM1						
	do 6 miesięcy od daty wykonania poprzedniego przeglądu*	PM2						
Sterylizator plazmowy Sterrad 100S s/n: 973706	(4-6.06.2018 r)	PM2						
	do 6 miesięcy od daty wykonania poprzedniego przeglądu*	PM1						
Razem:								

* dopuszcza się wykonanie przeglądu do 3 dni wcześniej,

** podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi przeglądu tzn.: robocizna, części zużywalne, materiały do konserwacji, dojazd itp.

Tabela II – naprawy

Nazwa aparatu	Liczba aparatów	Planowana liczba zryczałtowanych wizyt naprawczych dla określonych w kol. 2 ilości aparatów	Cena ryczałtowa jednej wizyty w ramach naprawy*	Wartość netto (kol. 3 x kol. 4)	Wartość brutto (23% VAT)
1	2	3	4	5	6
Sterylizator plazmowy Sterrad 100NX s/n: 1042110030	1	4			
Sterylizator plazmowy Sterrad 100S s/n: 973706	1				

* Podana cena wizyty zawiera koszt roboczziczny wraz z dojazdem bez względu na czas trwania usługi.

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA
dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa wykonawcy

Siedziba:

REGON NIP

Tel. fax

Internet e-mail

Osoba do kontaktów

Ubiegając się o zamówienie publiczne na **obsługę serwisową sterylizatorów plazmowych Sterrad 100S i Sterrad 100NX**, oferujemy realizację całości zamówienia za następującą cenę:

cena netto zł

podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa brutto: zł

(słownie:.....)

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Oświadczamy, że

- zawarta w Zaproszeniu treść projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- przeglądy będą wykonane zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń,

- dysponujemy częściami zamiennymi do urządzenia objętego serwisem oraz personelem przygotowanym do realizacji zamówienia

- Załącznikami do niniejszej oferty są *(wymienić wszystkie załączniki)* :

.....

.....

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/
osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

UMOWA – wzór

(do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro)

zawarta w dniu w Katowicach.

Strony umowy:

Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

KRS 0000049660, NIP 954-22-74-017, REGON 001325767

reprezentowane przez:

Dyrektora – Ireneusza Ryszkiel

Wykonawca –

KRS NIP, REGON

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wykonaniu przeglądów technicznych i napraw sterylizatorów plazmowych STERRAD, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Przez przegląd techniczny rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
3. Przez naprawy urządzenia rozumie się wszelkie prace wykonane w celu przywrócenia pełnej sprawności technicznej i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego urządzenia.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, rozpoczynający się od dnia2018 r.
2. W ramach umowy, Wykonawca wykona 2 przeglądy techniczne każdego ze sterylizatorów w terminach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
3. W przypadku wystąpienia awarii, będzie ona usunięta w czasie 48 godzin od zgłoszenia faksem lub mailem przez Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego, jeśli naprawa nie wymaga użycia części zamiennych. Awaria wymagająca użycia części zamiennych będzie usunięta w terminie do 5 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kosztów naprawy.
4. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.).
5. Na zastosowane części zamienne, Wykonawca udzieli Zamawiającemu 6-miesięcznej gwarancji jakości, rozpoczynającej swój bieg od dnia następnego po dniu, w którym zainstalowano część zamienną w urządzeniu, polegającej na nieodpłatnej wymianie uszkodzonej części na nową.
6. Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonywaniem umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
7. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zaleceniami producenta aparatów, obowiązującymi normami i przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż., a także przez osoby posiadające potrzebne kwalifikacje.
8. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów aparatury, chyba, że ma pisemne upoważnienie producenta oraz pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizacji oprogramowania.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przeglądu lub naprawy.

§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji nie może przekroczyć kwoty netto brutto: zł (słownie:), netto VAT.....

2. Ceny jednostkowe obsługi serwisowej określone zostały w załączniku nr 1 do umowy.
3. W przypadku zlecenia naprawy, zryczałtowane wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie netto zł, VAT, brutto za wizytę . W wynagrodzeniu ujęto wszystkie koszty wykonania naprawy wraz z dojazdem, jednakże bez kosztu części zamiennych użytych do wykonania naprawy. Łączna wysokość wynagrodzenia z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty zł brutto.
4. Zapłata za każdą naprawę lub przegląd techniczny nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. W przypadku, gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.
5. Faktura, o której mowa w ust. 6 nie może być wystawiona z datą wcześniejszą niż dzień wykonania usługi potwierdzonej podpisaniem protokołu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego aparatu.
6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii naprawy względem któregośkolwiek terminu określonego zgodnie z § 2 ust. 3 umowy,
 - b) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakiegokolwiek należnościami Wykonawcy. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 5

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
 - a) Wykonawca trzykrotnie nie dotrzyma terminu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;
 - b) Wykonawca opóźni się z usunięciem awarii względem terminów określonych w § 2 ust. 3 ponad 10 dni.
3. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.
4. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6

Zintegrowany System Zarządzania Jakością

1. W związku z wdrożeniem przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania środowiskowego (zgodnie z normą ISO14001:2004) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (zgodnie z normą OHSAS 18001:2007) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Informacją dla Wykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podczas wykonywania prac na jego terenie” oraz z „Zasadami środowiskowymi dla Wykonawców”.
2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu „Zobowiązanie Wykonawcy”, „Listę pracowników poinformowanych o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” oraz „Zasady środowiskowe dla Wykonawców”.
3. Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy posiadają wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami aktualne badania lekarskie i specjalistyczne oraz odbyli szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy, przebywający na terenie Zamawiającego będą wyposażeni w identyfikatory lub ubrania robocze z widoczną nazwą firmy.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji, przeglądów i bieżących napraw tj. utrzymania w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej aparatury medycznej.

Przez naprawy urządzeń medycznych rozumie się wszelkie prace wykonywane w celu przywrócenia im pełnej sprawności technicznej, w tym także: demontaże, montaż, transport do miejsca użytkowania, instalacje oraz potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego aparatu.

Przez przeglądy techniczne rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta aparatu, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego aparatu.

Zakres przedmiotu zamówienia oraz rodzaje aparatury medycznej wymienione są w *Formularzu cenowym*.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:

- zgłaszanie awarii odbywało się w formie elektronicznej (email) lub fax-em,
- wymagany termin wykonania naprawy – max 5 dni roboczych od daty zlecenia. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością sprowadzenia części zamiennych z zagranicy możliwe jest przedłużenie tego terminu po uprzednim uzgodnieniu terminu i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego na wydłużony termin,
- w ramach umowy zostaną wykonane cztery przeglądy techniczne (po dwa przeglądy każdego z urządzeń),
- przeglądy techniczne wykonywane były w ilościach wynikających z zaleceń producenta w następujących terminach zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym (Dział Aparatury Medycznej):

Aparat	Termin pierwszego przeglądu (2018r.)*	Termin drugiego przeglądu (2018r.)*
Sterylizator plazmowy Sterrad 100NX s/n: 1042110030	Przegląd PM1 (4-6.06.2018r.)	Przegląd PM2 (do 6 miesięcy od daty wykonania poprzedniego przeglądu**)
Sterylizator plazmowy Sterrad 100S s/n: 973706	Przegląd PM2 (4-6.06.2018r.)	Przegląd PM1 (do 6 miesięcy od daty wykonania poprzedniego przeglądu**)

* przegląd rozpocznie się w godzinach 8:00 – 8:30

** dopuszcza się wykonanie przeglądu do 3 dni wcześniej

- każda czynność (naprawa lub przegląd) wpisana była do paszportu technicznego urządzenia,
- konieczność przeprowadzenia naprawy z wymianą części zamiennych na nowe Wykonawca uzgadniał z Działem Aparatury Medycznej, z przedstawieniem oferty cenowej na w/w części, a jej wykonanie następowało po akceptacji kosztów przez kierownika Zamawiającego,
- w sytuacji, gdy wymiana części zamiennych jest prostą czynnością serwisową dopuszczał możliwość jej samodzielnej wymiany przez pracowników Działu Aparatury Medycznej Zamawiającego,
- przedmiot zamówienia wykonywały osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji i napraw urządzeń medycznych,
- wydawane były orzeczenia techniczne kwalifikujące urządzenie do wycofania z eksploatacji bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego
- naprawy urządzeń medycznych płacone wg stawek zamieszczonych w *Formularzu cenowym* (cena

zawiera wszelkie poniesione przez Wykonawcę koszty, w tym dojazd, części zamienne płatne oddzielnie),

- przeglądy techniczne płatne wg stawek zamieszczonych w *Formularzu cenowym* (cena zawiera wszelkie poniesione przez Wykonawcę koszty, w tym dojazd)

W związku z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania środowiskowego (norma ISO14001:2004) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (norma OHSAS 18001:2007),

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających przeglądom w przypadku, gdy zostaną one wyłączone z eksploatacji.

Na dostarczone części zamienne i podzespoły wymaga gwarancji **minimum 6 miesięcy**.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem naprawy.