



DZP.381.112B.2023

Katowice 09.11.2023r

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania w trybie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji p.n. Obsługa serwisowa aparatury anestezjologicznej - DZP.381.112B.2023

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE 1

dot umowy par 4 pkt 1 a,b

Celem Miarkowania kar prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% wynagrodzenia umownego brutto do 0,2%. Kary mają na celu dyscyplinowanie Wykonawcy. Kara w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto w niektórych pakietach jest zbyt wygórowana w stosunku do ewentualnego uchybienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 2

W przedmiotowym pakiecie znajduje się respiratory Babylog VN500, w którym podczas procedury przeglądowej należy sprawdzić czas reakcji zaworu proporcjonalnego sprężonego powietrza, czas reakcji zaworu proporcjonalnego O2, zerowanie wszystkich czujników, różnicy między czujnikami przepływu. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl