



DZP/381/73A/2017

Katowice / 28.07.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Andrzej Rechowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37

sekretariat@ucc.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ultrasonografów

PYTANIE 1 : Część 2 – ultrasonograf Jednostka główna Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o wadze ok. 115 kg ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 2 dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu USG o wadze ok. 115 kg.

PYTANIE 2 : Część 2 – ultrasonograf Jednostka główna Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu USG z monitorem o rozdzielczości 1600x1200 px ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 2 dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu USG z monitorem o rozdzielczości 1600x1200 px.

PYTANIE 3 : Część 2 – ultrasonograf Obrazowanie i prezentacja obrazu Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG z możliwością wykonywania Elastografii fali poprzecznej tzw. Shear Wave bez kodowania kolorem do zastosowania w badaniach brzusznych na głowicy konweksowej, w tym opcja do oceny włóknienia wątroby umożliwiającą wykonanie do min. 10 przypisanych pomiarów z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub w m/s i z możliwością uzyskania średniej pomiarów. Pomiary dostępne w trybie: live oraz na obrazach i klipach zachowanych w pamięci aparatu z możliwością edycji raportu. Uzasadnienie: Kodowanie kolorem podczas wykonywania Elastografii fali poprzecznej tzw. Shear Wave jest absolutnie niepotrzebna nawet nie jest pomocna a przede wszystkim nie jest metodą diagnostyczną. Wynika to z metody wykonywania badania. Podczas wykonywania Elastografii fali poprzecznej tzw. Shear Wave wykonuje się ok 10 pomiarów w różnych miejscach całej wątroby, aby aparat mógł uśrednić wynik. Nie jest potrzebna precyzja znalezienia jednego interesującego punktu. Zwłaszcza, że metoda ta jest wykorzystywana wyłącznie w badaniu zwłóknienia wątroby - największego organu w ludzkim organizmie. Kodowanie kolorem zatem niczego nie wnosi do badania w tej metodzie, poza walorami „kwiecistości” Tym bardziej, że w pkt 66 – obrazowanie i prezentacja obrazu, Zamawiający nie wymaga SWE (elastografii fali poprzecznej) kodowanej kolorem.


ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 2 (pkt 61) dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu USG z możliwością wykonywania Elastografii fali poprzecznej tzw. Shear Wave bez kodowania kolorem.

PYTANIE 4 : Część 2 – ultrasonograf Możliwość rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania ofert) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG z możliwością rozbudowy o opcję łączenia (fuzji-nakładania na siebie) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MR jednak bez możliwości łączenia z PET/CT z funkcją nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target). Uzasadnienie: Jeśli dojdzie kiedykolwiek do rozbudowy systemu o opcję łączenia (fuzji-nakładania na siebie) żywych obrazów ultrasonograficznych to owa fuzja w pierwszej kolejności łączy dostępne obrazy z pamięci ultrasonografu z danymi obrazowymi z CT i MR a dopiero na końcu z PET/CT co oznacza wykorzystywanie tej funkcji okazjonalnie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 2 nie wyraża zgody na wyżej proponowane rozwiązanie.

PYTANIE 5 : Część 2 – ultrasonograf Możliwości rozbudowy-opcje (dostępne w dniu składania ofert) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższający minimalne wymagania podane przez Zamawiającego alternatywnie zamiast możliwości rozbudowy o czytnik kodów kreskowych do czytania opaski pacjenta o możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 2 wyraża zgodę na wyżej proponowane rozwiązanie.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych