

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

*(do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000,00 euro)*

Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-952 Katowice, ul. Ceglana 35, zaprasza do składania ofert na **dostawę komory laminarnej**

Szczegóły zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory laminarnej o parametrach techniczno-użytkowych opisanych w załączniku nr 2 do Zaprośzenia.
- Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
- Wynagrodzenie Wykonawcy zgodne ze złożoną ofertą, płatne jednorazowo, w terminie 30 dni od zrealizowania zamówienia i dostarczenia Zamawiającemu faktury.
- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczetowany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy według druku stanowiącego Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 1 Parametry techniczno-użytkowe.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Dokument potwierdzający (folder, opis techniczny lub tp.), że oferowana komora ma parametry techniczno-użytkowe zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. W przypadku, gdy wymagany dokument jest dostępny w internecie, Wykonawca zamiast przysyłania dokumentu może się ograniczyć do podania adresu strony internetowej.
4. Certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej na zgodność z normą DIN 12980:2017-05 jako komory bezpiecznej do pracy z cytostatykami z objęciem wszystkich funkcjonalności oferowanej wersji komory.
5. Deklaracja zgodności producenta WE.
6. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

Instrukcja dla wykonawców

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaprośzenia łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w Zaprośzeniu.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia, w której zaoferowano dostawę urządzenia spełniającego warunki określone przez Zamawiającego, na zasadach określonych we wzorze umowy.

Miejsce i termin składania ofert - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-952 Katowice, ul. Ceglana 35 – Sekretariat – pokój nr D021 - w terminie do dnia 25.06.2018 r. do godz. 12:00

Oferte należy złożyć w zamkniętej, opisanej według poniższego wzoru kopercie :

„ Nazwa , adres Wykonawcy

.....
**Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35 40-952 Katowice**

„Oferta: komora laminarna”

– Nie otwierać przed 25.06.2018 r. godz.12:00”

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

W sprawach formalnych – Andrzej Rechowicz, Dział Zamówień Publicznych pok. 758 tel 32 3581-332


e-mail : zp@uck.katowice.pl

w godzinach pracy od poniedziałku do piątku godz. 7.25 – 15.00.

Zapraszający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Parametry techniczno-użytkowe
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Parametry techniczno-użytkowe

Lp	Cecha lub parametr wymagany	Proszę podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK
1	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nierekondycjonowane.	
2	Komora laminarna, certyfikowana do pracy z cytostatykami. <u>Maksymalne wymiary zewnętrzne komory:</u> 1. szerokość 1350 mm, ± 20 mm 2. głębokość: 840 mm, ± 60 mm 3. wysokość całkowita z konstrukcją nośną i wyposażeniem: max. 2300 mm <u>Minimalne wymiary przestrzeni roboczej:</u> 4. szerokość: 1250 mm, ± 10 mm 5. głębokość: 620 mm, ± 30 mm 6. wysokość: 640-700 mm	
3	Zasilanie 230V, 50Hz	
4	Waga max. 350 kg	
5	Szyby boczne i szyba frontowa bez obramowania, ze szkła wielowarstwowego bezpiecznego	
6	Stabilna konstrukcja ze stali: - powierzchnia pracy ze stali szlachetnej (V2A) - obudowa z blachy stalowej powleczonej proszkiem	
7	Blat roboczy podzielony na segmenty, zbudowany ze stali szlachetnej: - wymiar minimum 1250 ± 10 mm x 600 mm ± 10 mm, Wymiar użytkowy (szer. x głęb.) 1220 x 450 mm (± 10 mm) - możliwość dezynfekcji w autoklawie, - stabilna konstrukcja, odporna na wibracje (RMS $\leq 5\mu$ m),	
8	Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie z możliwością otwarcia do 450 mm ± 50 mm i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej	
	SPOSÓB FILTRACJI	
9	Bezpieczny system trzech filtrów HEPA (filtr główny, filtr powietrza zanieczyszczonego i oczyszczonego)	
10	Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie H14 odnośnie EN 1822-1	
11	System 3-filtrowy HEPA, w tym filtr główny jak bezpośrednio pod blatem roboczym	
12	Stopień filtra głównego bezpośrednio pod powierzchnią roboczą, filtr zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie pracy i wymiany.	
	TECHNIKI ZABEZPIECZAJĄCE	
13	Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego	
	STEROWANIE I MONITOROWANIE	
14	Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora	
15	Autoryzowany dostęp do obsługi urządzenia -włączania, przełączania i wyłączania - podać sposób	
16	Praca komory możliwa w następujących regulowanych automatycznie trybach pracy: - normalny („pracy”), - czyszczący (codzienne mycie i dezynfekcja komory) - spoczynkowy ("stand-by") - tryb serwisowy	
17	Złącza sieciowe funkcyjne w przestrzeni roboczej - minimum 2 (na ścianie tylnej)	
18	Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą	

	pokazujący: - bieżący czas i datę, - czas pracy komory laminarnej, - temperaturę w przestrzeni roboczej , - wilgotność w przestrzeni roboczej,	
19	Monitorowanie z wykorzystaniem technik mikroprocesorowych: - pozycji szyby frontowej, - zaopatrzenia w powietrze, - strumienia powietrza wejściowego, - przepływu wypierającego - stopnia zużycia filtrów HEPA	
20	24-godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci.	
21	Prędkość przepływu zgodna z GMP, potwierdzona w certyfikacie przez niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikującą	
	ERGONOMIA	
22	Możliwa pionowa, przechylona do tyłu lub do przodu pozycja siedząca	
23	W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie nóg przez operatora - wolna przestrzeń dla kolan minimum 300 mm	
24	Pochylona o 10° (± 20%) szyba frontowa	
25	Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza znajdują się na tej samej wysokości.	
26	Przedramiona operatora oparte na blacie nie powodują zakłóceń przepływu powietrza w kurtynie (praca bez stosowania podpór na ręce).	
27	Wszystkie przyciski znajdują się poza przestrzenią roboczą muszą być łatwo dostępne z pozycji siedzącej centralnej	
28	Poziom hałasu poniżej 57 dB(A)	
29	Moc oświetlenia nie mniej niż 1000 lx w przestrzeni roboczej.	
30	Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i urządzeń peryferyjnych, celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane - RS 232 (1 sztuka), USB (2 sztuki),	
31	Zintegrowany monitor min. 21" w formacie 16:9	
32	Sonda izokinetyczna (1 szt.), zintegrowana w przestrzeni roboczej, z wyjściem po stronie zewnętrznej umożliwiającą podłączenie do dowolnego licznika cząstek i monitorowanie klasy czystości powietrza w przestrzeni roboczej - ciągle monitorowanie cząstek.	

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA
dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa wykonawcy

Siedziba:

REGON NIP

Tel. fax

Internet e-mail

Osoba do kontaktów

Ubiegając się o zamówienie publiczne na **dostawę komory laminarnej**, oferujemy realizację całości zamówienia za następującą cenę:

cena netto zł

podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa brutto: zł

(słownie:.....)

Oświadczamy, że:

- zawarta w Zaproszeniu treść projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- oferowane urządzenie jest zgodne z opisem zawarty w Zaproszeniu do składania ofert,

- numer rachunku bankowego Wykonawcy

- Załącznikami do niniejszej oferty są *(wymienić wszystkie załączniki)* :

.....

.....

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/
osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

UMOWA – wzór

(do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro)

zawarta w dniu w Katowicach.

Strony umowy:

Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

KRS 0000049660, NIP 954-22-74-017, REGON 001325767

reprezentowane przez:

Dyrektora – Ireneusz Ryszkiewicz

Wykonawca –

KRS, NIP, REGON

reprezentowany przez:

.....
.....

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie oferty wybranej w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprzedaż, dostarczenie, instalację, uruchomienie, przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji oraz obsługę serwisową w okresie gwarancji komory laminarnej zwanej dalej „Aparatem”, którego parametry techniczno-użytkowe określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z treści Zaproszenia do składania ofert.
3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Aparat :
 - a) jest fabrycznie nowy, kompletny (bez konieczności zakupu dodatkowego oprzyrządowania, wyposażenia), zdalny oraz dopuszczony do obrotu i używania
 - b) posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne
 - c) jest wolny od wad
 - d) nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu sprowadzenia na polski obszar celny.

§ 2.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić Aparat oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego terminie dostarczenia Aparatu najpóźniej na trzy dni robocze przed dostawą.
3. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia Aparatu do miejsca odbioru - lokalizacja Katowice ul. Ceglana 35.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z Aparatem:
 - a) dokument informujący o zalecanej przez producenta częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych przez producenta,
 - b) wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych,
 - c) wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych,
 - d) instrukcję obsługi w wersji papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej
5. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 4 zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.
6. Dostarczony Aparat może być rozpakowany wyłącznie w obecności koordynatora Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za braki ilościowe i jakościowe.
7. Dostawa, instalacja i uruchomienie Aparatu zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.
8. Wykonawca przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Aparatu (potwierdzone imiennym certyfikatem) pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie obsługi technicznej aparatów (potwierdzone imiennym certyfikatem)

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za należyte wykonanie całej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z przedstawioną ofertą w kwocie: **brutto:**.....zł (słownie:..... /100)
netto:zł należny podatek VAT zł
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru Aparatu na rachunek bankowy Wykonawcy
W przypadku, gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.
3. Zmiana rachunku Wykonawcy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.
4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji jakości na Aparat, która rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Aparatu nie wynikające z winy Zamawiającego. W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej (obejmującej dojazd, koszt robocizny, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych) naprawy albo wymiany na nowe Aparatu lub poszczególnych części (podzespołów) także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia Aparatu lub jego części (podzespołów). Wyjątek stanowią naprawy uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego.
3. Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez autoryzowany serwis techniczny z siedzibą O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.
4. Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii pracowników Apteki Szpitalnej. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą e-mailową lub faksem na adres/numer Wykonawcy (e-mail :....., fax.)
5. Wymagany termin wykonania naprawy gwarancyjnej – maksymalnie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.
6. W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o pełen okres niesprawności Aparatu.
8. Przeglądy techniczne w okresie gwarancji będą w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie realizowane przez autoryzowany serwis, o którym mowa w ust. 4 w ilości zalecanej przez producenta, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden w ostatnim miesiącu gwarancji.
9. Wykonawca gwarantuje wykonanie przeglądu technicznego Aparatu w ilości zalecanej przez producenta w terminie 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
10. Wszystkie czynności serwisowe (przegląd, naprawy) będą potwierdzane pisemnym protokołem (karta pracy) podpisanym i opieczętowanym przez pracownika serwisu Wykonawcy oraz pracownika Apteki Szpitalnej Zamawiającego.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem naprawy lub przeglądu technicznego.
12. Wykonawca zagwarantuje dostępność części zamiennych w okresie minimum 10 lat.
13. W razie nieprzystąpienia Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej lub przeglądu technicznego niniejszego paragrafu Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady lub wykonania przeglądu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5.

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za opóźnienie w zrealizowaniu któregośkolwiek z obowiązków, względem terminu określonego w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
 - b) za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5 – w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
 - c) za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 9 – w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia;
 - d) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6.

ROZWIĄZANIE I ODSZTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie w zrealizowaniu dostawy Aparatu przekroczy 10 dni kalendarzowych.
3. Dla skuteczności oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy wystarczające jest jego wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.
4. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§ 7.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

1. W związku z wdrożeniem przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania środowiskowego (zgodnie z normą ISO14001:2004) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (zgodnie z normą OHSAS 18001:2007) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Informacją dla Wykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach podczas wykonywania prac na jego terenie” oraz z „Zasadami środowiskowymi dla Wykonawców”.
2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu „Zobowiązanie Wykonawcy”, „Listę pracowników poinformowanych o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach” oraz „Zasady środowiskowe dla Wykonawców”.
3. Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy posiadają wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami aktualne badania lekarskie i specjalistyczne oraz odbyli szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy, przebywający na terenie Zamawiającego będą wyposażeni w identyfikatory lub ubrania robocze z widoczną nazwą firmy.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Strony dopuszczają zmiany danych stron w umowie (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), które wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony.
4. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
5. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

1. Wymagane parametry techniczno-użytkowe

Wykonawca

Zamawiający